

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	CAV-01 Rev-04	
Código:	CAV-01	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	FEBRERO - 2025	
Vigencia:	Desde: 26-02-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo Menor	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	CAVITRON
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Panel	1.01	Con botones y/o perillas de selección
Modo de Operación	1.02	Con depósito de agua o con sistema convencional de agua
Frecuencia de trabajo	1.03	≥ 27000 Hz
Potencia	1.04	Ajustable o regulable
Pieza de Mano	1.05	Desmontable y esterilizable
	1.06	Accionamiento: Por medio de pedal alámbrico o inalámbrico
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	Una (1) Pieza de mano desmontable
	2.02	Cuatro (4) Juegos de puntas para periodoncia diferentes, de acuerdo a necesidad insitucional
	2.03	Cuatro (4) Juego de cuatro de puntas para escarificación diferentes, de acuerdo a necesidad insitucional
	2.04	Un (1) Pedal compatible con el equipo
	2.05	Un (1) Cable de poder
	2.06	Una (1) Llave para ajustar las puntas en la pieza manual
	2.07	Una (1) manguera de agua de acuerdo al equipo y sus respectivos acoples
	2.08	Un (1) Filtro de recambio para el circuito de agua
	2.09	Una (1) Botella reservorio de agua, en caso de que el equipo lo requiera
	2.10	Una (1) Bandeja auxiliar
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Un (1) año a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios