

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
<b>Ficha Técnica:</b>	<b>RET-01 Rev-02</b>	
<b>Código:</b>	<b>RET-01</b>	
<b>Revisión:</b>	<b>Rev-02</b>	
<b>Mes-Año:</b>	<b>Mayo - 2025</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Desde: 01-05-2025</b>	
	<b>Hasta: 31-12-2026</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Equipo médico</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	<b>Nombre:</b>	<b>RETINOGRAFO NO MINDRIATICO</b>
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Control / Visualización / Material</b>		
<b>Tipo</b>	1.01	No midriático
<b>Pantalla táctil</b>	1.02	≥ 8 pulgadas
<b>Campo de visión</b>	1.03	≤ 45°
<b>Mínimo tamaño de pupila</b>	1.04	4.0mm
<b>Distancia de trabajo</b>	1.05	≥ 30mm
<b>Rango de ajuste de enfoque</b>	1.06	De ≤-12D a ≥+12D
<b>Intensidad del flash</b>	1.07	≥ 9 niveles
<b>Fijación</b>	1.08	Al menos 9 puntos
<b>Soporte de barbilla</b>	1.09	Regulable motorizado
<b>Interface</b>	1.10	USB y/o Ethernet y/o LAN
<b>Fuente de luz</b>		
<b>Fuente de luz de observación</b>	2.01	LED infrarrojo y/o halógena con filtro de infrarrojos
<b>Fuente de luz de flash</b>	2.02	LED blanco y/o lámpara xenon
<b>Accesorios</b>		
<b>Mesa</b>	3.01	Requerida
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
<b>Energía/alimentación</b>	4.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz.
<b>Certificación</b>	4.02	Certificación FDA y/o CE.
<b>Garantía técnica</b>	4.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
<b>Garantía de repuestos, piezas y accesorios</b>	4.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
<b>Mantenimiento</b>	4.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
<b>Vida útil</b>	4.06	10 años