

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: MOT-04 Rev-02

Código: MOT-04

Revisión: Rev-02

Mes-Año: Abril - 2025

Vigencia: Desde: 11-04-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo médico

DATOS GENERALES

Nombre: SISTEMA DE MOTORES QUIRÚRGICOS - TRAUMATOLOGÍA

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Sistema	1,01	Para cirugía traumatológica y/o cirugía ortopédica
Piezas de mano 1	1,02	Taladro
Piezas de mano 2	1,03	Sierra oscilante
Piezas de mano 3	1,04	Sierra recíproca
Piezas de mano 4	1,05	Sierra para esternón o equivalente* (*Opción válida para Hospitales Generales o de Especialidades)
Batería	1,06	Para cada piezas de mano.

Accesorios y Consumibles

Cargador de baterías	2,01	Cuatro compartimentos de carga (individuales o en conjunto)
Baterías adicionales	2,02	Dos (2) recargables
Para esterilización	2,03	Dos (2) contenedores
Para la pieza de mano (taladro)	2,04	Tres (3) adaptadores para diferentes tamaños de broca
Set de sierras de diversos tamaños	2,05	Dos (2) para cada pieza de mano
Brocas	2,06	Set de brocas, mínimo 5 piezas

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3,05	Durante la vida útil, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3,06	10 años