

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:

REF-14 Rev-05

Código:

REF-14

Revisión:

Rev-05

Mes-Año:

Octubre - 2025

Vigencia:

Desde: 21-10-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo:

Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre:

REFRIGERADOR - REHABILITACION - COMPRESAS FRIAS

ATRIBUTO

ITEM

VALOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Descripción General

- 1.01 Refrigerador para mínimo 12 compresas estándares
- 1.02 Estructura con estantería
- 1.03 Cubierta de PVC, acero inoxidable o similar

Accesorios y Consumibles

Accesorio

- 2.01 Un (1) juego de compresas frías: 4 Lumbares, 2 dorsales, 2 cervicales y 2 de hombro.
- 2.02 Un (1) juego de compresas de gel: 4 Lumbares, 2 dorsales, 2 cervicales y 2 de hombro.
- 2.03 Un (1) mueble para ubicar el equipo

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación

- 3.01 Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz

Certificación

- 3.02 Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485

Garantía técnica de fábrica

- 3.03 Dos años a partir de la recepción del bien.
Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.

Garantía de repuestos, piezas y accesorios

- 3.04 Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.

Mantenimiento

- 3.05 Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante.
Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.

Vida útil

- 3.06 10 años