

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:

REF-16 Rev-05

Código:

REF-16

Revisión:

Rev-05

Mes-Año:

Mayo - 2025

Vigencia:

Desde: 09-05-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo:

Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre:

REFRIGERADOR - LABORATORIO - ≥ 500 litros a ≤ 650 litros - T: 0 A 10°C

ATRIBUTO

ITEM

VALOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Capacidad	1.01	≥ 500 litros a ≤ 650 litros
Material de la puerta	1.02	Cristal/ vidrio templado
Seguridad de puerta	1.03	Con cerradura de seguridad con y/o junta magnética.
Tipo de material de la superficie interna	1.04	De acero inoxidable
Pantalla	1.05	LED o LCD o Display para visualización de parámetros
Control de temperatura	1.06	Por microprocesador
Temperatura de operación	1.07	Dentro del rango: ≥ 0 °C a ≤ 10 °C
Alarmas mínimas	1.08	Temperatura y puerta abierta.
Sistema de enfriamiento	1.09	No frost o Auto Defrost
Gas Refrigerante	1.10	Libre de CFC y HCFC. (El proveedor deberá entregar carta de fabricante que lo certifique)
Divisiones/ estantes regulables	1.11	≥ 4

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.02	Incluir regulador de voltaje para el equipo.
------------	------	--

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz o 220 60Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años