

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:		EQU-06 Rev-03
Código:		EQU-06
Revisión:		Rev-03
Mes-Año:		Octubre - 2025
Vigencia:		Desde: 21-10-2025
		Hasta: 31-12-2026
Tipo:		Equipo médico
DATOS GENERALES		
Nombre:		ELECTROTERAPIA DE 4 CANALES
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Visualización de parámetros	1.01	LCD o LED o similar
Frecuencia de corrientes	1.02	Media y baja
Tipos de corriente	1.03	≥ Ocho (8)
Canales	1.04	≥ cuatro (4) independientes
Programación	1.05	Independiente para cada canal
Programas preestablecidos	1.06	Requerido
Memoria	1.07	Para programas personalizados
Accesorios		
Banda de sujeción cortas	2.01	Seis (6)
Banda de sujeción largas	2.02	Seis (6)
Electrodos de goma	2.03	Diez (10)
Espojas para electrodos	2.04	Diez (10)
Cable de paciente	2.05	Dos (2) por cada canal
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años