

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	EQU-34 Rev-06	
Código:	EQU-34	
Revisión:	Rev-06	
Mes-Año:	Octubre - 2025	
Vigencia:	Desde: 21-10-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Equipo médico	
DATOS GENERALES		
Nombre:		MAGNETOTERAPIA - CAMILLA INCLUIDA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Características generales		
Pantalla	1.01	Requerido
Frecuencia Regulable	1.02	≥100 Hz
Inducción máxima	1.03	≥100 Gauss
Protocolos de tratamiento	1.04	programables y/o predefinidos
Canales de salida	1.05	≥ Dos (02)
Accesorios		
Aplicadores locales para tratamiento	2.01	Un (1) par
Soleniodes para extremidades	2.02	Uno (1)
Camilla para terapia de magnetoterapia	2.03	Una (1) de la misma marca de equipo, con un (1) solenoide integrado.
Anillo de comprobación	2.04	Uno (1)
Cable de conexión	2.05	Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años