

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR**

**MÉDICO FUNCIONAL DEL CENTRO DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN TIPO C1 “TULCÁN”**

**PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
MEDICO FUNCIONAL DEL CENTRO DE SALUD
TIPO C1 “TULCÁN”**

Elaborado por: Dra. Ximena Narváez M

AÑO 2014



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

INTRODUCCIÓN

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es en nuestra ciudad una Institución que ha prestado innumerables servicios a la población Carchense, especialmente en el campo de la salud, numerosas son las actividades de atenciones médicas, sean estas como tratamientos clínicos, quirúrgicos, de rehabilitación y recuperación de la salud, así como también medicina preventiva; para ello han colaborado todo el personal médico, paramédico y administrativo que por muchos años labora en este Centro de Salud, Tipo C1, todos encaminados a atender en la mejor forma a los afiliados de esta región norte de la patria.

Esta Unidad Médica, inició como un Dispensario Médico, con prestaciones básicas de salud, para luego, apegados a la Misión y Visión institucional, conseguir nuevos objetivos, acreditándonos como Centro de Salud, Tipo C1, integrando especialidades a la cartera de servicios que se venía ofreciendo.

Pero la expectativa no quedó allí, cuando analizando la demanda, encaminados a mejorar nuestros servicios, y con el apoyo de las autoridades, se logró fortalecer nuestra cartera de servicios con la implementación de un Quirófano del Día, que nos permitió resolver una variedad de demandas en el área quirúrgica.

Hoy, acoplándonos a la nueva normativa central, la misma que se enmarca en la normativa nacional, bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública, pretendemos, que sin menoscabo de los servicios que hemos venido ofreciendo a la provincia del Carchi, nuestra unidad, sea fortalecida dentro del primer nivel de atención en la categorización tipo C1, y así complementar adecuadamente a la Red de servicios de nuestra localidad.

Es por ello que hoy queremos plantear ante las autoridades superiores el Proyecto de Ampliación de varias áreas del Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, para de esta forma, alcanzar los parámetros y normas establecidas para el buen funcionamiento de la Unidad de Salud, así como, la adecuada integración de los diferentes factores que inciden en este proceso, y de esta manera lograr un excelente nivel de éstos y brindar un mejor atención en lo que se refiere a la prestación de los servicios de salud.

| [Esta calificado como hospital del día en el permiso de funcionamiento?](#)



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

ANTECEDENTES

El Centro de Salud, Tipo C1 IESS de Tulcán, es una unidad de salud ubicada en la capital de la Provincia del Carchi, el Cantón Tulcán, que concentra el 75% de la población afiliada de dicha provincia.

Eliminado: p

Eliminado: c

Nuestra unidad ha tenido notables avances en la infraestructura física y equipamiento en las diferentes áreas de atención médica, permitiendo la atención oportuna de las demandas de los afiliados adscritos y de la provincia.

Dentro del primer nivel de atención, se ha constituido en la puerta de entrada a la Red Interna y externa, de gran importancia, especialmente para la población afiliada, con la oferta de servicios que se han enmarcado en las necesidades de la localidad.

En la actualidad, el Centro de Salud, Tipo C1, pretende enmarcarse en la racionalización de los recursos, a través de la gestión adecuada de la territorialidad de nuestra unidad médica.

El Cantón Tulcán cuenta con 86948 habitantes, según datos actualizados del INEC. De acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud Pública, en lo que respecta a la tipología de las unidades médicas, ha establecido que el tipo C se corresponde a una población de entre 50001 a 75000.

Eliminado: c

Como se mencionó en párrafos anteriores el centro ha experimentado importantes adecuaciones en infraestructura física y equipamiento, sin embargo, luego de efectuar el auto licenciamiento, es indispensable que se efectivicen nuevos logros en la infraestructura y equipamiento para que de esta manera podamos concretar lo establecido por el Ministerio de Salud Pública en su papel de rector, permitiendo de esta manera brindar a nuestros afiliados, servicios y productos de calidad, dentro de lo que implica la articulación para el funcionamiento adecuado de la Red Pública de Salud.

Eliminado: C

Con estos antecedentes, es preciso, que a través de la categorización tipo C1, junto con la adecuación de nuestro Centro de Salud, Tipo C1 a dicha tipología, en infraestructura y equipamiento, la unidad pueda garantizar el acceso universal a los servicios de salud, con una atención de calidad y oportuna a la población afiliada de nuestra provincia, y por qué no también para el fortalecimiento de la red de servicios de salud en la misma.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL IESS:

1. Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios.
2. Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención Integral de Salud de forma integrada y en red con el resto de las Unidades Operativas de Salud del IESS y otros actores de la red pública y privada complementaria que conforman el sistema nacional de salud del Ecuador.
3. Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir atención, considerando la diversidad de género, cultural, generacional, socio económica, lugar de origen y discapacidades.
4. Involucrar a los profesionales en la gestión de la Red de Servicios de Salud, aumentando su motivación, satisfacción y compromiso con la misión de la red.
5. Garantizar una atención de calidad a los ciudadanos, para lograr la satisfacción con la atención recibida.
6. Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar el manejo de los recursos públicos, y la rendición de cuentas.

MISIÓN DEL CENTRO DE SALUD, TIPO C1, IESS TULCÁN

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con eficiencia, eficacia y efectividad la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, conforme a las políticas del IESS y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social.

VISIÓN DEL CENTRO DE SALUD, TIPO C1, IESS TULCÁN

Ser reconocidos por la ciudadanía como una Unidad de Salud articulada adecuadamente con la Red de Servicios de Salud accesibles, que prestan una atención de calidad, satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, racionalizando el uso de los recursos asignados.

OBJETIVO GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, TIPO C1, IESS TULCÁN

Ampliación, remodelación y equipamiento del Centro de Salud, Tipo C1 IESS Tulcán, de acuerdo a la Tipología C1, fortaleciendo así el Primer Nivel de Atención en la localidad, como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, garantizando de esta manera una referencia adecuada y asegurando la continuidad y longitudinalidad de la atención de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Definir los parámetros mínimos espaciales y equipamiento del Centro de Salud, Tipo C1, describiendo las características y especificaciones requeridas para alcanzar el funcionamiento de los servicios esperado.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2. Contribuir al mejoramiento del nivel de salud de la provincia del Carchi, en especial de su provincia, el cantón Tulcán, que cuenta con una población de 86 498 habitantes.
3. Brindar atención integral de salud con calidad, que sea eficiente, eficaz, con equidad, universalidad y solidaridad.
4. Incorporar los avances científicos y tecnológicos de acuerdo al primer nivel de atención, mejorando así, el desarrollo del talento humano y la capacidad resolutive de nuestra unidad médica.
5. Organizar los servicios de atención de salud en concordancia con los avances tecnológicos, necesidades de la comunidad, integrándolos con la Red Pública de Salud.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD

1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1.1.1 Caracterización del Espacio – Población (Territorio)

1.1.1.1 Aspectos físico Geográficos

a. Orografía

El sistema orográfico es sinuoso y accidentado. Se destacan las estribaciones de Chiltazón y Ostional como también los páramos del Ángel. Las elevaciones de mayor importancia son Chiles con 4.723 metros, Mirador con 4.082 metros, y Cerro Negro con 4.465 metros.

El relieve de la Provincia del Carchi es en general quebrado y se estima como zona plana solamente el 8% de la superficie. Las principales elevaciones son las siguientes:

PRINCIPALES ELEVACIONES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

ELAVACIONES	ALTURA
CHILES	4.768 metros.
PELADO	4.149 metros.
CHILTAZON	3.967 metros.
MIRADOR	3.831 metros.
IGUAN	3.830 metros.
SAN FRANCISCO	3.674 metros.
CERRO NEGRO	3.674 metros.
GOLONDRINAS	3.078 metros.

FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

b. Hidrografía

El sistema de drenaje tiene dos vertientes principales la Pacífica con la cuenca del Mira y Carchi y la Amazónica con la cuenca del Napo, dentro de estas se pueden identificar 26 microcuencas. La producción de agua es uno de las características más importantes del Cantón.

Suelos.

La formación de los suelos jóvenes está caracterizada en general por procesos volcánicos que han permitido el desarrollo de los siguientes tipos más importantes:

- **Mollisoles** Son suelos que se caracterizan por mantenerse en zonas secas a medianamente húmedas, de textura franco arenosa con temperaturas entre 13 y 21°, se localizan en la zona de Tulcán, Chapuel, La Magdalena, Urbina, Julio Andrade y Pioter. Son profundos ricos en materia orgánica con pH que varía de ligeramente ácido a neutro.
- **Andosoles (Distrandepts).** Suelos caracterizados por desarrollarse en zonas con cobertura continua de ceniza volcánica, son andosoles desaturados típicos de color negro con temperaturas de < 13° y con



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

materia orgánica, textura franco arenosa a franca. Se localizan en Tufiño, El Consuelo, San Nicolás del Car, Piedra Hoyada, Guanag, El Fraylejon, Cartagena. El Chical y Maldonado.

- **Suelos Andosoles (Hidrandepts).** Suelos jóvenes desarrollados sobre zonas húmedas con cobertura continua de cenizas volcánicas, con temperaturas $>13^{\circ}$ de textura limosa completamente lixiviados. Se localizan en las zonas de páramo y hacia las zonas de El Chical, Maldonado y, Tobar Donoso presentan menos perspectivas para un desarrollo agrícola intensivo.

Uso y Cobertura del Suelo.

La utilización del suelo con fines agropecuarios alcanza el 31%, Bosque intervenido especialmente dentro del territorio Awa con 11% y las zonas con cobertura vegetal se dividen en Bosque con 23%, Matorral 23% y Páramo con un 12%

Capacidad de Uso.

En base a las características del suelo, relieve, clima se determina que la vocación del cantón es de Protección con un 68%, de uso forestal 5%, para cultivos permanentes 4% y actividades agrícolas y pecuarias el 23 %.

c. Clima

De tipo páramo, mesotérmico, húmedo y semihúmedo. Las temperaturas oscilan entre los 10 y 15 grados centígrados.

Hacia el valle del Chota, el clima está influido por un estado mesotérmico seco.

El cantón Tulcán está caracterizado por temperaturas que tienen un proceso de variación de oriente a occidente, que alcanzan temperaturas de 4 a 24 °C y precipitaciones de 750 mm a > 6000 mm en el mismo sentido. Se pueden definir los siguientes tipos de climas:

- **Ecuatorial Frío de Alta montaña.**- presente sobre los 2900 m.s.n.m. La temperatura máxima rara vez sobrepasa los 20 °C y las medias anuales fluctúan entre 4 y 8 °C. Las precipitaciones anuales están entre los 800 y 2000 mm, las lluvias generalmente son de larga duración pero de baja intensidad. Se localiza en las parroquias de Tufiño, Urbina, El Carmelo y la cabecera cantonal
- **Ecuatorial Mesotérmico Semi – húmedo.**- La temperaturas varían entre los 12 y 20 °C y las precipitaciones fluctúan entre los 500 a 2000 mm. Con dos estaciones lluviosas de febrero a mayo y de octubre a noviembre, estación seca generalmente de junio a septiembre. Se localiza en las parroquias de Santa Marta de Cuba, Julio Andrade, y hacia el oeste la zona de el Laurel, el Plata.
- **Tropical Megatérmico Húmedo.**- Sus temperaturas alcanzan los 24 °C con precipitaciones entre los 1000 a 2000 mm que se concentran en un período único de diciembre a mayo, siendo un poco más seco el resto del año su humedad varía entre los 70 y 90 %, se localiza en las parroquias de El Chical y Maldonado.
- **Tropical Megatérmico lluvioso.**- Este clima es característico de la zona transicional entre la sierra costa. Se encuentra en la parroquia de Tobar Donoso, su temperatura es elevada $>24^{\circ}$ c, mientras que la



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

humedad alcanza 90 %, las precipitaciones que alcanzan una variación entre los 2000 a los 6000 mm.

d. Vías de comunicación

La Provincia del Carchi tiene como eje principal a la vía Panamericana, concesionada por 20 años a la Empresa constructor Panavial, inicia en el Norte en el Puente Internacional de Rumichana y termina en el Sur en el Puente del Río Chota.



1.1.1.2 Aspectos Socio Económicos

El Carchi, como muchas otras regiones del Ecuador, se caracteriza por ser un provincia eminentemente agrícola, productora principalmente de papa y de leche (en la zona alto andina), así como de fréjol (en la zona cálida y cálida ceca) y de ciertos frutales propios de las zonas cálida seca y subtropical del noroccidente y suroccidente de la Provincia. La población económicamente activa (PEA) de la provincia está distribuida de la siguiente manera:

Agricultura	47%
Servicios	32%
Industria	12%
Desocupados	9%

a. Actividad Productiva

El cantón, excepto la ciudad de Tulcán se dedica a la actividad agropecuaria, las parroquias de Tufiño y El Carmelo son zonas ganaderas. La parroquia de Julio Andrade es un emporio papero; de Maldonado a Chical se obtienen productos subtropicales y en la ciudad de Tulcán un 85% se dedica al comercio con el vecino país del norte.

El potencial turístico del cantón, aunque es claro la subdivisión del cantón en tres microrregiones: 1) zona correspondiente al Callejón Interandino; 2) zona correspondiente a Maldonado, El Chical y Tufiño; y 3) zona correspondiente a la Reserva Awá; cada una con



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

características y connotaciones propias, que en su conjunto, expresan el potencial turístico del cantón, pero desde la Alcaldía se debería propiciar el desarrollo como un proyecto único emblemático, para no solamente aprovechar los escasos recursos, sino integrar a los grupos de actores en torno al tema turismo.

Eliminado: ¶

Cantón Tulcán	3,413
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.	3
Explotación de minas y canteras.	1
Industrias manufactureras.	204
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.	1
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.	2
Construcción.	2
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	2,052
Transporte y almacenamiento.	89
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.	338
Información y comunicación.	173
Actividades financieras y de seguros.	17
Actividades inmobiliarias.	1
Actividades profesionales, científicas y técnicas.	90
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.	25
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	60
Enseñanza.	55
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.	63
Artes, entretenimiento y recreación.	19
Otras actividades de servicios.	216
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.	2

San Pedro de Huaca	128
Industrias manufactureras.	9
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	72
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.	10
Información y comunicación.	11
Actividades financieras y de seguros.	2
Actividades profesionales, científicas y técnicas.	2
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.	1
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	1
Enseñanza.	7



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.	1
Artes, entretenimiento y recreación.	1
Otras actividades de servicios.	11

b. Vivienda

El 39% de la población tiene vivienda totalmente pagada, cifra a la que se agrega el 7 % que tiene vivienda propia y la está pagando. Un 8% tiene vivienda que la ha heredado o recibido regalada o donada; un 15% tiene vivienda prestada o cedida; un 2% tiene vivienda por servicios; un 29 % tiene vivienda arrendada; y un 1% la tiene en anticresis.


Tipo de Vivienda:

TIPO DE VIVIENDA CANTÓN TULCÁN		
TIPO DE VIVIENDA	CASOS	%
Casa/Villa	19314	76%
Departamento en casa o edificio	2271	9%
Cuarto(s) en casa de inquilinato	1537	6%
Mediagua	1361	5%
Rancho	571	2%
Covacha	65	0%
Choza	215	1%
Otra vivienda particular	93	0%
Hotel, pensión, residencial u hostel	26	0%
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos	20	0%
Centro de rehabilitación social/Cárcel	1	0%
Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes	1	0%
Hospital, clínica, etc.	2	0%
Convento o institución religiosa	8	0%
Asilo de ancianos u orfanato	1	0%
Otra vivienda colectiva	8	0%
Sin Vivienda	1	0%
Total	25495	100%
FUENTE: INEC - CENSO 2010		



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



TIPO DE VIVIENDA CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA		
TIPO DE VIVIENDA	CASOS	%
Casa/Villa	2030	86%
Departamento en casa o edificio	118	5%
Cuarto(s) en casa de inquilinato	37	2%
Mediagua	125	5%
Rancho	16	1%
Covacha	8	0%
Choza	16	1%
Otra vivienda particular	5	0%
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos	2	0%
Otra vivienda colectiva	1	0%
Sin Vivienda	1	0%
Total	2359	100%

FUENTE: INEC - CENSO 2010



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

A nivel universitario, a la fecha de la investigación existen la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, la Universidad Tecnológica América y la Universidad Regional Autónoma de los Andes.

TABLA DE COBERTURA POR ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA CANTÓN TULCÁN					
ÁREA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	GRUPOS DE EDAD			
		De 0 a 14 años	De 15 a 64 años	De 65 años y más	Total
Área Urbana	Fiscal (Estado)	7361	4525	18	11904
	Particular (Privado)	1572	2095	7	3674
	Fisco misional	1243	588	3	1834
	Municipal	75	99	2	176
	Total	10251	7307	30	17588
Área Rural	Fiscal (Estado)	5867	2427	15	8309
	Particular (Privado)	207	496	1	704
	Fisco misional	472	186	-	658
	Municipal	96	27	2	125
	Total	6642	3136	18	9796
Total	Fiscal (Estado)	13228	6952	33	20213
	Particular (Privado)	1779	2591	8	4378
	Fisco misional	1715	774	3	2492
	Municipal	171	126	4	301
	Total	16893	10443	48	27384

Eliminado: Area

Eliminado: Fiscomisional

Eliminado: Area

Eliminado: Fiscomisional

Eliminado: Fiscomisional

TABLA DE COBERTURA POR ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA					
ÁREA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	GRUPOS DE EDAD			
		De 0 a 14 años	De 15 a 64 años	De 65 años y más	Total
Area Urbana	Fiscal (Estado)	688	322	4	1014
	Particular (Privado)	19	104	-	123
	Fisco misional	79	20	-	99
	Municipal	4	2	-	6
	Total	790	448	4	1242
Area Rural	Fiscal (Estado)	733	296	7	1036
	Particular (Privado)	10	56	-	66
	Fisco misional	18	12	-	30
	Municipal	2	3	-	5
	Total	763	367	7	1137
Total	Fiscal (Estado)	1421	618	11	2050
	Particular (Privado)	29	160	-	189
	Fisco misional	97	32	-	129
	Municipal	6	5	-	11
	Total	1553	815	11	2379

Eliminado: Fiscomisional

Eliminado: Fiscomisional

Eliminado: Fiscomisional




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL


SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

d. Distribución de la tierra

La población según el Censo 2010, se encuentra distribuida de la siguiente manera: La jurisdicción de la cabecera cantonal de Tulcán cuenta con un total de 60.403 habitantes, de los cuales en el área urbana de la cabecera existen 53.558 habitantes que representa el 88,66% de la población de la cabecera; mientras que en su periferia, considerada como rural, existen 6845 habitantes que representan apenas el 11,34%.



e. Nivel de pobreza



En la tabla de porcentaje de personas pobres se puede evidenciar un descenso en los niveles de pobreza en el cantón Tulcán, respecto a la situación en el año 2001.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

1.1.1.3 Perfil Demográfico

En su gran mayoría, el cantón Tulcán está constituido por población blanco-mestiza, asentados en la zona urbana y cabeceras parroquiales. También es significativo el grupo indo-mestizo que se encuentra asentado principalmente en las zonas rurales de las parroquias Maldonado, El Chical y Tobar Donoso y que mantiene rasgos culturales indígenas. Existe un grupo étnico reducido en número de la cultura Awá-Coayquer que habita al occidente de la Provincia en la zona baja y ocupa en parte territorio del Cantón; también existe una colonia afro-ecuatoriana que habita en la parroquia Tobar Donoso.

Su gente lleva la herencia del cacique Tulcanaza y de sus Pupos, valerosos guerreros que llevaron siempre a la patria en el corazón; identificados por su amabilidad, sencillez, sinceridad, rebeldía y coraje, cualidades que se mantienen vigentes en los tulcanesños.

La población en su mayoría es mestiza, pero en la parroquia Tobar Donoso, habita la comunidad Awá, últimos descendientes de los originarios de esta región, que mantienen las tradiciones culturales de sus ancestros, utilizando su idioma original el Awapit.

El grado ocupacional de la población del cantón Tulcán tomando como base la Población Económicamente Activa que representa 36.371 Habitantes es:

POBLACIÓN	PORCENTAJE
OCUPADO	96,45%
DESOCUPADA	3,54%

a. Población Territorio y Comunidad

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TERRITORIO / SEXO

CANTÓN	HOMBRE	MUJER	TOTAL
TULCÁN	42,584	43,914	86,498
BOLIVAR	7,166	7,181	14,347
ESPEJO	6,527	6,837	13,364
MIRA	6,121	6,059	12,180
MONTUFAR	14,910	15,601	30,511
SAN PEDRO DE HUACA	3,847	3,777	7,624
TOTAL	81,155	83,369	164,524

b. Población Territorio y comunidad urbano / rural

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TERRITORIO / ÁREA DISTRITO UNO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

CANTÓN	PARROQUIA	ÁREA		
		URBANA	RURAL	TOTAL
TULCÁN	TULCÁN	53,558	6,845	60,403
	EL CARMELO	-	2,789	2,789

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	JULIO ANDRADE (OREJUELA)	-	9,634	9,634
	MALDONADO	-	1,703	1,703
	PIOTER	-	718	718
	TOBAR DONOSO	-	905	905
	TUFIÑO	-	2,339	2,339
	URBINA	-	2,204	2,204
	CHICAL	-	3,437	3,437
	SANTA MARTHA DE CUBA	-	2,366	2,366
	TOTAL	53,558	32,940	86,498
SAN PEDRO DE HUACA	HUACA	3,859	2,382	6,241
	MARISCAL SUCRE	-	1,383	1,383
	TOTAL	3,859	3,765	7,624
TOTAL GENERAL		57,417	36,705	94,122

c. Población por edad, sexo, territorio y comunidad

La población total en la jurisdicción de la cabecera cantonal Tulcán según el Censo del 2010 es de 60403 habitantes y representa el 69.83% de la población de todo el territorio del cantón Tulcán.


d. Población por nivel educativo.

TABLA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN CANTÓN TULCÁN	
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	POBLACIÓN
Ninguno	3,166
Centro de Alfabetización/(EBA)	277
Preescolar	638
Primario	33,682
Secundario	17,549
Educación Básica	6,730
Bachillerato - Educación Media	4,982
Ciclo Postbachillerato	583
Superior	8,776
Postgrado	558
Se ignora	1,255
TOTAL	78,196
FUENTE: INEC .- CENSO 2010	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



**TABLA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN
CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA**


NIVEL DE INSTRUCCIÓN	POBLACIÓN
Ninguno	243
Centro de Alfabetización/(EBA)	16
Preescolar	46
Primario	3,534
Secundario	1,243
Educación Básica	896
Bachillerato - Educación Media	365
Ciclo Postbachillerato	91
Superior	451
Postgrado	16
Se ignora	66
TOTAL	6,967

FUENTE: INEC .- CENSO 2010



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



e. Población por grupo étnico

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN CULTURA Y COSTUBRES CANTÓN TULCÁN			
ÉTNIA	Sexo		
	Hombre	Mujer	Total
Indígena	2,294	2,314	4,608
Afroecuatoriano/a Afro descendiente	904	957	1,861
Negro/a	98	83	181
Mulato/a	553	489	1,042
Montubio/a	128	94	222
Mestizo/a	37,105	38,512	75,617
Blanco/a	1,436	1,392	2,828
Otro/a	66	73	139
Total	42,584	43,914	86,498

Eliminado: Afrodescendiente

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN CULTURA Y COSTUBRES CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA			
ÉTNIA	Sexo		
	Hombre	Mujer	Total
Indígena	59	47	106
Afroecuatoriano/a Afro descendiente	33	30	63
Negro/a	3	3	6
Mulato/a	36	29	65
Montubio/a	8	5	13
Mestizo/a	3,588	3,531	7,119
Blanco/a	117	125	242

Eliminado: Afrodescendiente



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Otro/a	3	7	10
Total	3,847	3,777	7,624

f. Nacimientos

CANTÓN	TIPO DE NACIMIENTO	Casos
TULCÁN	Simple	1,853
	Doble	12
	Cuádruple y mas	2
	Ignorado	281
	Total	2,148
SAN PEDRO DE HUACA	Simple	41
	Ignorado	4
	Total	45

Eliminado: Cuadruple

g. Defunciones:

Niños.- En el año 2011 se registran los siguientes casos:

CANTON	Casos
TULCAN	2148
SAN PEDRO DE HUACA	45

General.- En el año 2011 se registran los siguientes casos:

CANTÓN	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TULCÁN	180	170	350
SAN PEDRO DE HUACA	14	15	29

1.1.1.4 Aspecto Higiénico Sanitarios

Los servicios en el cantón Tulcán se distribuye de la siguiente manera: en alcantarillado el 64%, en agua potable el 68%, en energía eléctrica 71%, en red vial el 50.5% y en aceras y bordillos el 50.3%.

El acceso de las viviendas a los servicios básicos, de acuerdo a los resultados del Censo 2010 realizado por el INEC, son los siguientes:




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

CATEGORIA	No. CLIENTES	No. USUARIOS	CONSUMO PROMEDIO M3/ABONADO X MES
RESIDENCIAL	248.008	11.230	22,08
COMERCIAL	24.754	463	53,46
INDUSTRIAL	6.339	67	94,61
PUBLICO	21.168	131	161,59
TERECERA EDAD	24.295	841	28,89
TOTAL	324.564	12.732	360,63

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA - TULCÁN



b. Sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos y líquidos

El sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos y líquidos, constituido por el relleno sanitario y el de tratamiento de aguas servidas, que incluye piscinas de oxidación.

La recolección de basura se la realiza a través de carros recolectores los siete días de la semana. En lo que respecta al relleno sanitario se ubica en la Parroquia de Julio Andrade


Eliminado: líquidos




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

TENENCIA DE SERVICIOS HIGIENICOS - TULCÁN



ELIMINACIÓN DE LA BASURA – TULCÁN



c. Servicios Públicos

Los principales componentes del sistema Económico y productivo del cantón Tulcán son: i) Los tipos de actividades: agro-productivas, forestales, pesqueras, extractivas, industriales, manufactureras, servicios, turísticas, entre otras; ii) Las diversas formas de organización social y los modos de producción de la población; iii) La disponibilidad de infraestructura y la



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

institucionalidad de apoyo a las actividades productivas, incluyendo el mercado y iv) Los riesgos presentes y futuros, determinadas por la vulnerabilidad del territorio.

En el cantón Tulcán se estima que existen alrededor de 3500 establecimientos económicos (INEC, 2010), con unos 330 millones de dólares en ingresos por ventas anuales y con empleo para unas 12 mil personas. De estos negocios, apenas 26 corresponden a PYMES y los restantes corresponden a pequeños negocios. En promedio cada negocio pequeño contrata a 1,6 empleados, reflejando su débil estructura económica y muy susceptible a crisis exógenas.

La mayor parte de negocios se dedica a la actividad comercial, seguidos por los servicios y en menor medida a la manufactura, lo cual se podría explicar por ser cantón fronterizo. Efectivamente, el sector servicios tiene un peso del 34% como resultado del flujo de personas que pasan por la frontera. Dentro de la actividad comercial, lo que más peso tiene es la venta al por menor de víveres, así como de prendas de vestir, que son los bienes en los que tiene una importante incidencia la frontera. En el caso de la industria, esta no es diversa ni presenta alto valor agregado. Sin embargo, pese a haber más locales comerciales, el sector de servicios genera el 48.5% de los ingresos del cantón frente al 39.8% del comercio y al apenas 11.7% de manufactura.

La población del cantón Tulcán se encuentra empleada principalmente en dos actividades: comercio y actividad agropecuaria, siendo esta última la principal fuente de ingresos del cantón. Los dos principales productos agropecuarios de las parroquias rurales del cantón son la papa y la leche. Las tres principales actividades del cantón (comercio, agricultura y ganadería y transporte) se encuentran estrechamente interrelacionadas, por lo que promover el fortalecimiento de una cadena productiva en base a productos agropecuarios es muy importante, en relación a su impacto en ingresos y empleo en todo el cantón.

En cuanto a la producción primaria en el cantón Tulcán se encuentran una 3127 UPAS, las cuales representan 63.836 ha., lo cual significa un promedio de 20 hectáreas por UPA, con una clara tendencia al minifundio, especialmente en las áreas más productivas del cantón, como son las parroquias andinas. Dentro de estas, apenas el 4% mantiene un sistema de riego para el cultivo (a pesar de la riqueza del cantón en recurso agua, expresada en agua lluvia). El acceso a crédito, para estas UPAs fue de apenas el 9%. Los sistemas de cultivo en su mayoría son especies anuales, con tecnología convencional y exigencia de labrado del suelo; apenas el 1,1% de la superficie en cultivo esta con cultivos permanentes. Además del tamaño de la UPA, uno de los problemas persistentes, relacionados con la producción agropecuaria es la tenencia de la tierra. Efectivamente se encontró que en el cantón Tulcán, solamente el 75,7% de las UPA tiene un propietario con título, el resto carece de título de propiedad. Esto evidentemente tiene serias connotaciones para los agricultores, que por no tener título de propiedad, se ven privados de muchas oportunidades como crédito, acceso a proyectos de desarrollo, entre otros.

1.1.1.5 Proceso Salud Enfermedad

a. Análisis de la morbilidad

Diez primeras causas de morbilidad del Centro de Salud, tipo C1 de la ciudad de Tulcán

No.	CODIG	ENFERMEDAD
-----	-------	------------



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	O	
1	I10	Hipertensión esencial (primaria)
2	Z00	Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado
3	K29	Gastritis y duodenitis
4	J02	Faringitis aguda
5	K036	Depósitos [acreciones] en los dientes
6	K021	Caries de la dentina
7	M792	Neuralgia y neuritis, no especificadas
8	K02	Caries dental
9	K30	Dispepsia
10	M544	Lumbago con <u>ciática</u>

Eliminado: ciática

b. Mortalidad:

En la siguiente tabla se muestran las principales causas de mortalidad en el país, que consolida la realidad de las diversas provincias, entre ellas la provincia del Carchi, en la cual la realidad es la misma.

Nº Orden	Causas de Muerte	Total Defunciones Generales 2010	
		Número	%
		61.681	
1	Enfermedades hipertensivas	4.309	6,99%
2	Diabetes mellitus	4.017	6,51%
3	Influenza y neumonía	3.381	5,45%
4	Accidentes de transporte terrestre	3.304	5,38%
5	Enfermedades cerebrovasculares	3.289	5,30%
6	Agresiones (homicidios)	2.330	3,78%
7	Enfermedades isquémicas del corazón	1.998	3,24%
8	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	1.933	3,13%
9	Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas	1.850	3,00%
10	Ciertas afecciones originadas en el período prenatal	1.618	2,62%

Nº Orden	Causas de Muerte	Total de Defunciones 2011	
		Número	%
		62.304	
1	Diabetes mellitus	4.455	7,15%
2	Enfermedades hipertensivas	4.381	7,03%
3	Enfermedades cerebrovasculares	3.930	6,31%
4	Demencia y Enfermedad de Alzheimer	3.894	6,25%
5	Accidentes de transporte terrestre	3.351	5,38%
6	Influenza y neumonía	3.087	4,92%
7	Agresiones (homicidios)	2.106	3,38%
8	Enfermedades isquémicas del corazón	2.014	3,23%
9	Cirrosis y otras enfermedades del hígado	1.997	3,21%
10	Enfermedades Inmunoprevenibles	1.974	3,17%

FUENTE: INEC 2011

c. Enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica

La Unidad cumple con la notificación epidemiológica dispuesta por el Ministerio de Salud Pública, semanalmente y en los formularios correspondientes.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
PROCESO DE EPIDEMIOLOGÍA

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE SÍNDROMES Y ENFERMEDADES SEGÚN LA CIE-10

SÍNDROMES QUE PERMITE SUSPECHAR UNA ENFERMEDAD DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA	CÓD. CIE-10	ENF. NOTIF. OBLIGATORIA	CÓD. CIE-10	ENF. NOTIF. OBLIGATORIA	CÓD. CIE-10	ENF. NOTIF. OBLIGATORIA	CÓD. CIE-10	ENF. NOTIF. OBLIGATORIA	CÓD. CIE-10	ENF. NOTIF. OBLIGATORIA
BUBÓNICO	A00	COLERA	A36	DIFTERIA	A92.4	FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT	B15	HEPATITIS AGUDA TIPO A	G00.1	MENINGITIS NEUMOCÓCICA
DIARREICO AGUDO CON DESHIDRATACIÓN GRAVE	A01	FIEBRES TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	A37	TOSFERINA (TOS CONVULSIVA)	A95	FIEBRE AMARILLA	B16	HEPATITIS AGUDA TIPO B	J09	INFLUENZA DEBIDO A VIRUS AVIAR NO ESPECIFICADO
DIARREICO AGUDO CON MOCO Y/O SANGRE	A02	INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA	A39.0 †	MENINGITIS MENINGOCÓCICA (G01*)	A96.2	FIEBRE DE LASSA	B17.1	HEPATITIS AGUDA TIPO C	J10	INFLUENZA DEBIDO A OTROS VIRUS DE INFLUENZA IDENTIFICADO *
FEBRIL SIN FOCO EVIDENTE Y SIN OTROS CRITERIOS	A03	SHIGELOSIS	A80	POLIOMIELITIS AGUDA	A98.4	ENF. POR EL VIRUS DEL EBOLA	B26	PAROTIDITIS INFECCIOSA	J11	INFLUENZA DEBIDO A OTROS VIRUS DE INFLUENZA NO IDENTIFICADO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

FEBRIL ERUPTIVO O NO VESICULAR	A05	INTOXICACIONES ALIMENTARIAS AGUDAS	A82	RABIA HUMANA	B01	VARICELA	B33.4	SINDROME (CARDIO)PULMONAR POR HANTAVIRUS	T60-T65	EFFECTO TOXICO DE DIVERSAS SUSTANCIAS INGERIDAS O POR CONTACTO
FEBRIL ICTERICO AGUDO	A20	PESTE	A90	FIEBRE DEL DENGUE CLASICO	B03	VIRUELA	B50	PALUDISMO (MALARIA) GRAVE COMPLICADO	U04.9	(SARS) SINDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO
FEBRIL ICTERICO HEMORRAGICO AGUDO	A22	ANTRAX	A91	FIEBRE DEL DENGUE HEMORRAGICO	B05	SARAMPION	B57.0 - B57.1	ENFERMEDAD DE CHAGAS (AGUDO)	Y58-Y59	(ESAVI) EFECTOS ADVERSOS A LAS VACUNAS
MENINGEO ENCEFALICO	A27	LEPTOSPIROSIS	A92.2	FIEBRE EQUINA VENEZOLANA	B06	RUBEOLA (SARAMPION ALEMAN)	B83.2	ANGIOESTRONGILIASIS DEBIDA A P. CANTONENSIS (MENINGITIS EOSINOFILICA G05,2)		OTRAS EMERGENCIAS EN SALUD PUBLICA
PARALISIS FLACIDA AGUDA	A33	TETANOS NEONATAL	A92.3	FIEBRE DEL OESTE DEL NILO	P35.0	SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	G00.0	MENINGITIS POR HAEMOPHILUS		

1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

1.2.1 Caracterización de los Recursos del Territorio

La distribución de médico por habitante en la ciudad de Tulcán, según datos del INEC en el censo 2010, es de 10.16 médicos por 10.000 Habitantes.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

1.2.1.1 Unidades de Salud Públicas y privadas

En la siguiente tabla se muestran las unidades de salud públicas y privadas del Distrito 1 de la Provincia del Carchi, correspondiente al Cantón Tulcán y Huaca

UNIDADES DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADAS – DISTRITO UNO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI (DISTRITO 1)						
DISTRITO 1	INSTITUCION	TIPO	SIMBOLOGIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION
MSP	LUIS G DAVILA	M.S.P	H.P	TULCAN	TULCAN	AV SAN FRANCISCO ENTRE GUSITABO BECKER Y GARCIA LORCA
	CENTRO DE SALUD No 1 T	M.S.P	C.S	TULCAN	TULCAN	10 DE AGOSTO Y ESMERLIDAS
	CHICAL	M.S.P	SCR	TULCAN	CHICAL	CHICAL
	EL CARMELO	M.S.P	SCR	TULCAN	EL CARMELO	EL CARMELO
	HUACA	M.S.P	SCU	TULCAN	SAN PEDRO DE HUACA	HUACA
	JULIO ANDRADE	M.S.P	SCR	TULCAN	JULIO ANDRADE	JULIO ANDRADE
	MALDONADO	M.S.P	SCR	TULCAN	MALDONADO	MALDONADO
	SAN FRANCISCO	M.S.P	SCU	TULCAN	GONZALES SUAREZ	LOS BETUNEROS
	TAJAMAR	M.S.P	SCU	TULCAN	TULCAN	BARRIO TAJAMAR
	TUPIÑO	M.S.P	SCU	TULCAN	TUPIÑO	TUPIÑO
	TULCAN SUR	M.S.P	SCU	TULCAN	TULCAN	TULCAN SUR
	URBINA	M.S.P	SCR	TULCAN	URBINA	URBINA
	PIOTER	M.S.P	SCR	TULCAN	PIOTER	PIOTER
MARSICAL SUCRE	SANTA MARTHA DE CUBA	M.S.P	SCR	TULCAN	STA MARTHA DE CUBA	STA MARTHA DE CUBA
	MARSICAL SUCRE	M.S.P	P.S	HUACA	MARSICAL SUCRE	MARSICAL SUCRE
UNIDAD MOVIL	M.S.P	U.M	TULCAN	DIRECCION DE SALUD		
MDI	CUERPO DE POLICIA No 10	M.G	DISP	TULCAN	GONZALES SUAREZ	AV MANABI
	BATALLON MAYOR GALO MOLINA	F.A	DISP	TULCAN	TULCAN	AV VEINTIMILLA
IESS	CENTRO DE ATENCION AMBULATORIO TULCAN	E.S.S	C.A.A	TULCAN	TULCAN	AV RAFAEL ARELLANO Y GARCIA MORENO
	CRUZ ROJA DEL CARCHI	B.S INYACT		TULCAN	GONZALES SUAREZ	OLMEDO Y JUNIN
S.S.C	CENTRO MEDICO MUNICIPAL	DISP		TULCAN	TULCAN	OLMEDO Y PICHINCHA
	IN.F.A	GUARDERIA		TULCAN	GONZALES SUAREZ	BARRIO LOS CIPRES
	CHAPUES	MBS	DISP	TULCAN	GONZALES SUAREZ	CHAPUES
	IPUERAN	MBS	DISP	TULCAN	JULIO ANDRADE	IPUERAN
	PODLAR HUACUÑA	MBS	DISP	TULCAN	SAN PEDRO DE HUACA	MARSICAL SUCRE
	FRALILEON	MBS	DISP	TULCAN	MALDONADO	MALDONADO
	MORAL	MBS	DISP	TULCAN	JULIO ANDRADE	JULIO ANDRADE
	CONSULTORIO OBSTETRICO	VILLAVENCIO REYES JULIO GERMAN	CONSULTORIOS OBSTETRICOS	TULCAN	TULCAN	CALLE 13 DE ABRIL Y TARGUI
	SAN FRANCISCO	PAULIN Y MARQUEZ ROSAM SHAEL	CONSULTORIOS OBSTETRICOS	TULCAN	JULIO ANDRADE	PICHINCHA Y 11 DE ABRIL
	CONSULTORIO OBSTETRICO	ATI ALVAREZ AMPARO GUADALUPE	CONSULTORIOS OBSTETRICOS	TULCAN	JULIO ANDRADE	JUAN MONTALVO Y EL ORO
	SANTA TERESITA	VILLAVENCIO REYES JULIO GERMAN	CONSULTORIOS OBSTETRICOS	TULCAN	JULIO ANDRADE	13 DE ABRIL Y TARGUI
	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BURBANO ROSERO IVAN RODRIGO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	CALLE ROCAFUERTE Y OLMEDO
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	DR. JORGE SANCHEZ	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	VENEZUELA Y AV. CORAL	
CONSULTORIO MEDICO	DR. LOPEZ AGUILAR MARCO ERNESTO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	CALLE BOLIVAR Y ATAHUALPA	
ORTO SALUD	DR. ROSERO RODRIGUEZ JULIO LUIS	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOYACA Y BOLIVAR SECTOR CENTRO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	JATIVA MARCO VINICIO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	9 DE OCTUBRE ENTRE SUCRE Y OLMEDO	
CONSULTORIO MEDICO	MORILLON CAROL LUIS RODRIGO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR Y AYACUCHO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	ORTIZ LOMAS HORRACIO MARCELO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	AV. VEINTIMILLA Y SAN CRISTOBAL	
CONSULTORIO MEDICO	QUIÑONES QUIÑONES MARTHA PATRICIA	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR ENTRE JUNIN Y AYACUCHO	
CONSULTORIO MEDICO	ROBLES REVELLO NELSON GERMAN	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	AYACUCHO Y RAFAEL ARELLANO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	NEJIA HERRERA JIMMY ALBERTO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	OLMEDO, ARAUCO Y ROCAFUERTE	
CENTRO MEDICO QUIRURGICO	POZO CHAVEZ EDWIN ORLANDO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR Y BOYACA	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	MONTENEGRO AGUILAR ANA MARIELA	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR Y ROCAFUERTE	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	JACOME HUIBENA JOSE TULIO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR Y BOYACA	
CONSULTORIO MEDICO EN BUENAS MANOS	BELTRAN PIENTES FRANKLIN FERNANDO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE-EDIFICIO BOLIVAR 1ER. PISO	
CONSULTORIO	MALARI LUDWIG ANGEL ROBERTO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR 3106 ENTRE JUNIN Y BOYACA	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	ESTRELLA BOLAÑOS FRANCISCO JOSE	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	SUCRE Y TARGUI	
CONSULTORIO MEDICO	CORTES MARLA VIRGINIA GUADALUPE	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	CALLE SUCRE ARAUCO Y TARGUI	
CONSULTORIO MEDICO	YAR BOLAÑOS HECTOR LIGANDRO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	CALLE QUITO Y GARCIA MORENO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BURBANO VILLAREAL PAGO MARCELO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	CALLE PICHINCHA ENTRE COLON Y OLMEDO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	PARRA PEREZ GERMAN HILARIO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	10 DE AGOSTO Y BOLIVAR	
CONSULTORIO MEDICO	RODRIGO BARBARO EDWIN MANUEL	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	CADRON ENTRE URUGUAY Y GRIJALVA	
CONSULTORIO MEDICO UPEC	RUIZ ENRIQUEZ HUGO MILTON	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	AV. UNIVERSITARIA Y ANTISANA	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO UPEC	VIZCACHO ERAZO VICTOR HUGO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	AV. UNIVERSITARIA Y ANTISANA	
CONSULTORIO NATURISTA SUPERVENCIA	SANCHEZ ABRIL VINICIO DAVID	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR Y BOYACA	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO PABLO MUÑOZ VEGA	ACOSTA CARRERA CARLOS ALONSO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	COLON Y 10 DE AGOSTO	
CONSULTORIO MEDICO COOP PABLO MUÑOZ VEGA	ACOSTA CARRERA CARLOS ALONSO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	COLON Y 10 DE AGOSTO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORTHO SALUD	ROBERTO RODRIGUEZ JULIO LUIS	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOYACA Y BOLIVAR	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	JATIVA CARLOS HERNAN	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR Y ROBERTO SIERRA	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	CADENA LUGO JAMIE ANIBAL	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	OLMEDO Y PICHINCHA	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	PEREZOS MARQUEZ EDISON ABEL	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	ATAHUALPA Y BOLIVAR	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	PORTILLA ROMO CARLOS ALFONSO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	CALLE BOLIVAR Y AYACUCHO	
CONSULTORIO MEDICO NATURISTA	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA MARTHA	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	RAFAEL ARELLANO Y PASAJE RIBOMBABA	
CONSULTORIO MEDICO	CADENA LUGO JORGE EDUARDO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	OLMEDO Y PICHINCHA	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	CHOCAS CHAMORRO EDWIN MIGUEL	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	CALLE BOLIVAR Y ROCAFUERTE	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	VIVACANO ERAZO VICTOR HUGO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR Y JOSE LUIS CASTILLO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	ROBERTO ESTRELLA BYRON OMAR	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	SUCRE Y JUNIN	
CONSULTORIO MEDICO	MOLINA CADENA FERNANDO GONZALO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	SUCRE Y JUNIN	
DENTAL ANTROPOMETRICO ODONTOLOGICO	REINOL REYES BYRON ARTURO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	ANDRES BILLO E IRLANDA	
CONSULTORIO MEDICO	DAVILA GORDON NELSON POLIVIO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	AV. CORAL Y PARAGUAY	
CONSULTORIO MEDICO	SANCHEZ JACOME WILSON HERNAN	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR Y ROBERTO SIERRA	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	SANCHEZ ESCALANTE JORGE QUITAVO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	VENEZUELA Y CORAL	
CONSULTORIO MEDICO	MANTILLA REGALADO LUIS FERNANDO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	SUCRE Y ATAHUALPA	
CONSULTORIO MEDICO	VILLACRESPE PIN HILARION IGNACIO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	CALLE PICHINCHA Y RAFAEL ARELLANO	
CONSULTORIO MEDICO	NAVARETTE LAGUNA PATRICIA IVAN	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	JULIO ANDRADE	13 DE ABRIL Y JOSE MARTINEZ	
CONSULTORIO MEDICO	ESTRADA FRANCO LUIS ENRIQUE	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR Y JUNIN	
CONSULTORIO MEDICO	AGUILAR VENEZUELA MARTHA ELIANA	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	MALDONADO Y ROCAFUERTE	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	ORTIZ LOMAS HORRACIO MARCELO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	AV. VEINTIMILLA Y SAN CRISTOBAL	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SINDICATO DE CHEFERES	INDICATO DE CHEFERES PROFESIONALES ECUATORIA	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR Y ROCAFUERTE	
CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO DE CHEFERES	INDICATO DE CHEFERES PROFESIONALES ECUADOR	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR Y ROCAFUERTE	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	GARCIA BALARRA JULIA YOLANDA	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	PICHINCHA Y SUCRE	
C.O. SAN LUIS	SILVA CAZORLA LUIS AGUILAS	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR Y 9 DE OCTUBRE	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	ERAZO CHINGAL TITO ARTURO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	JARDIN DEL NORTE	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	PIERRO LUIS ENRIQUE TADEO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	RAFAEL ARELLANO Y ROBERTO SIERRA	
CONSULTORIO MEDICO	VENEZUELA GARCIA MARTHA CELIA	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	OLMEDO Y JUNIN	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	CHAMORRO HIDALGO YOLANDA JOSEFINA	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	MALDONADO	
CONSULTORIO MEDICO	MONTENEGRO SALAZAR EDUARDO WILSON	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	MALDONADO Y QUITO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	JATIVA MARCO VINICIO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	TULCAN	CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE SUCRE Y OLMEDO	
JUAN DE DIOS	RETELO AYALA ROBERTO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	JULIO ANDRADE	13 DE ABRIL Y TARGUI	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	CALVA ROMERO LETY ESPERANZA	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOYACA Y BOLIVAR	
CONSULTORIO MEDICO	MORILLON CANO JULIO RODRIGO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOLIVAR Y AYACUCHO	
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	ALMEIDA REVELLO BYRON ANIBAL	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	CALLE BOLIVAR Y AYACUCHO	
CONSULTORIO MEDICO ALFREDO LAGUNA	LAGUNA VELASCO HERNANDO ALFREDO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	OLMEDO Y ROCAFUERTE	
CONSULTORIO MEDICO	CLINICA CESMED	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	SAN FRANCISCO Y URUGUAY	
CONSULTORIO MEDICO	DRA. POZO MEJIA BETHY JANETH	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	OLMEDO Y JUNIN	
CONSULTORIO PEDIATRICO	BOLAÑOS GUERRA MARTHA EMERSON	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	GARCIA MORENO Y BOLIVAR	
ORTO DENT	ALVARADO HERRERA FERNANDO RODRIGO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	SUCRE Y JUNIN	
CONSULTORIO MEDICO NOVACLINICA	GUERRERO JACOME SILVIO MARCELO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	AV. CENTENARIO Y VEINTIMILLA	
CONSULTORIO MEDICO NOVACLINICA	HERRERA ENAYENDES BETTY ARACELY	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	AV. CENTENARIO Y VEINTIMILLA	
CONSULTORIO MEDICO NOVACLINICA	TORRES LONDA WILSON CAMARON	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	AV. CENTENARIO Y VEINTIMILLA	
CONSULTORIO MEDICO DR. GALO ENRIQUEZ	ENRIQUEZ LUNA GALO RAMIRO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	OLMEDO Y AYACUCHO	
INSTITUTO MEDICO DE LA MUJER	PAZMORO VALLABARES CARLOS RODRIGO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	SUCRE JUNIN ESQUINA	
DENTAL CENTER	MAQUIN RUEDA EDWIN GONZALO	CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	OLMEDO Y PICHINCHA	
SAN JOSE	DONOSO VARGAS MISTON ENRIQUEZ	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	CAJES URUGUAY Y AV. MANABI	
CONSULTORIO MEDICINA INTERNA	POMA MINGA ANGELO LEONARDO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	BOYACA Y BOLIVAR	
CONSULTORIO MEDICO	MONTENEGRO AGUILAR EDUARDO BOLIVAR	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	AV. SAN FRANCISCO Y URUGUAY	
CONSULTORIO MEDICO CLINICA CESMED	CASTAÑEDA GUARIBO EDGAR FERRIN	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	GONZALES SUAREZ	SAN FRANCISCO Y URUGUAY	
CONSULTORIO MEDICO	SUBERTE MARQUEZ SILVIO MARCELO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR Y TARGUI	
CENTRO ODONTOMOLOGICO	NARANJO ALVAREZ CESAR VINICIO	CONSULTORIOS MEDICOS	TULCAN	TULCAN	BOLIVAR Y AYACUCHO 2DO. PISO	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

A continuación se describe también la red interna del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Provincia del Carchi, tanto del Seguro General como del Seguro Social Campesino.

UNIDADES MÉDICAS DEL SEGURO GENERAL DE SALUD PROVINCIA DEL CARCHI	
NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD MÉDICA	CANTÓN
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA TULCÁN	Tulcán
UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA SAN GABRIEL	Montúfar
UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA EL ANGEL	Espejo

ELAB. POR: DRA. XIMENA NARVÁEZ M.

UNIDADES MÉDICAS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO PROVINCIA DEL CARCHI

NOMBRE Y CÓDIGO DE LA UNIDAD MÉDICA (DISPENSARIO)	CANTÓN	PARROQUIA	KM PRIMER ORDEN	KM SEGUNDO ORDEN	KM TERCER ORDEN
FRAILEJON	Tulcán	Maldonado	18 Km	115 Km	
MORAL	Tulcán	JULIO ANDRADE		8Km	
IPUERAN	Tulcán	JULIO ANDRADE	6 Km	6 Km	
POPULAR HUAQUEÑA	HUACA	MARISCAL SUCRE	10 Km		
PIARTAL	MONTUFAR	SAN JOSE	8 Km		
LA DELICIA 1	MONTUFAR	GONZALEZ SUAREZ		7 Km	
CANCHAGUANO	MONTUFAR	SAN JOSE			
MONTEVERDE	MONTUFAR	SAN JOSE	8 Km		
LA GRUTA	MONTUFAR	LA PAZ	14 Km		
SAN PABLO2	BOLIVAR	LOS ANDES	6 Km	2Km 1/2	
SAN RAFAEL DE CALDERA	BOLIVAR	CALDERA	15 Km	10 Km	
SAN FRANCISCO 1	ESPEJO	LA LIBERTAD			
INGUEZA	ESPEJO	27-sep	2 Km	5 Km	
SAN ANTONIO DE MIRA	MIRA	MIRA	12 Km	3 Km	
SANTA LUCIA	MIRA	LA CONCEPCIÓN			39 Km.
SANTIAGUILLO	MIRA	JUAN MONTALVO			32 Km
SANTA ROSA DEL PLAYON	LA BONITA	SANTA ROSA DEL PLAYON	18 Km		
CHAPUES	TULCAN	GONZALES SUAREZ	5 Km	1 Km	

FUENTE: SSC CARCHI

ELAB. POR: DRA. XIMENA NARVÁEZ M.

Eliminado: Tulcán

Eliminado: Tulcán


Eliminado: Tulcán



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

MAPA DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS UNIDADES DE SALUD PÚBLICA PROVINCIA DEL CARCHI



FUENTE: CAA IESS TULCÁN
ELAB. POR: GOBIERNO PROVINCIAL CARCHI

En el mapa de distribución de las Unidades de Salud de la Provincia del Carchi se puede observar la distribución geográfica de las diferentes unidades.

Como infraestructura de salud, el cantón Tulcán cuenta con un centro de salud, 10 subcentros de salud y 8 puestos de salud, siendo un común denominador personal e insuficiente, carencia de equipamiento, equipos y medicinas.

INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA DEL CANTÓN TULCÁN										
UNIDAD OPERATIVA	MÉDICO	ODONTÓLOGO	OBSTETRIZ	PSICÓLOGO	QUÍMICO FARMACÉUTICO	INSPECTORES SANITARIOS	ENFERMERA	AUXILIAR ENFERMERA	AUXILIAR ODONTOLÓGICA	PROMOTOR DE SALUD
Centros de Salud										
Centro de Salud N° 1 Tulcán	6	5	2	1	1	4	4	6	2	-
Subcentros de Salud										
Tajamar	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-
Sur	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-
San Francisco	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-
Urbina	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Tufiño	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Maldonado	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-
Chical	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-
Julio Andrade	2	2	1	-	-	-	3	1	1	-
Santa Martha de Cuba	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-
Pioter	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Puestos de Salud										
La guaña										1
San Marcos										2
Gualpi Medio										1
Gualpi Alto										1
El Guaré										1
Ishpi										1
Tobar Donoso										1
La Tarabita										1

FUENTE: INEC 2010

1.2.2 Unidad Médica del Seguro General

1.2.2.1 Financiamiento y Gasto

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Facturación:

Eliminado: ¶

AÑO MES	2010	2011	2012	2013
ENERO	64,897.75	81,166.75	92,324.84	154,462.83
FEBRERO	71,960.06	75,952.87	84,092.47	139,763.18
MARZO	93,721.57	110,934.33	115,591.16	156,567.49
ABRIL	82,270.34	91,659.13	101,108.05	179,076.07
MAYO	80,749.86	99,218.32	101,047.48	154,283.93
JUNIO	89,289.72	110,561.86	93,059.69	161,612.39
JULIO	94,568.28	94,915.54	105,594.23	177,321.69
AGOSTO	101,221.21	90,526.52	118,493.69	153,800.21
SEPTIEMBRE	93,544.71	108,890.47	106,781.92	149,264.30
OCTUBRE	113,333.22	107,707.76	86,189.09	157,810.06
NOVIEMBRE	85,820.28	95,772.40	116,891.64	133,084.71
DICIEMBRE	88,712.63	81,649.96	94,793.43	105,082.48
TOTAL	1,060,089.63	1,067,305.95	1,215,967.69	1,822,129.34

Recursos Financieros:

Año	Monto gasto corriente		Monto gasto de inversión	
	Aprobado	Ejecutado	aprobado	Ejecutado
2006	1 013 270,08	579 426,43	560 096,00	385 659,09
2007	1 251 560,21	630 490,70	385 828,22	197 972,83
2008	1 257 139,00	842 813,23	380 092,00	70 140,58
2009	1 335 674,00	813 482,01	465 003,00	121 354,08
2010	1 483 496,00	1 203 217,41	224 175,00	167 059,88
2011	1 892 392,00	1 323 258,40	143 325,00	27 063,50
2012	1 975 260,60	1 337 156,40	802 474,80	23 893,80
2013	1 721 521,00	1 324 001,70	357 402,66	312 095,95

1.3 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RIESGOS

1.3.1 A nivel del estado de salud

El Centro de Salud se encuentra ubicado en el Centro de la ciudad de Tulcán, las vías de acceso son de primer orden, lo cual facilita el acceso de la población a la misma.

La situación de salubridad de la localidad facilita las condiciones higiénico sanitarias, sin detectarse riesgos específicos en la población, por la condición climática los eventos respiratorios constituyen el principal problema de salud relacionado con un riesgo.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

El cantón Tulcán al tener como actividad económica la agricultura, ha evidenciado problemas con la utilización inadecuada de agroquímicos, sin embargo esta población en su mayoría no se encuentra afiliada al Seguro General de Salud.

1.3.2 A nivel de la gestión e inversión

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra permanentemente corrigiendo los problemas administrativos en la gestión y para esto ha identificado que falta poner mayor énfasis en la Planificación institución y en el correcto control y seguimiento de la ejecución de las actividades programadas.

1.4 MATRIZ FODA

MATRIZ FODA	
ENTORNO (MEDIO EXTERNO)	
1	2
OPORTUNIDADES (+)	AMENAZAS (-)
1 APERTURA DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES A LOS SERVICIOS DE CAA TULCÁN	1 INCERTIDUMBRE CON LA CENTRALIZACION DE COMPRAS DE MEDICINAS A NIVEL NACIONAL
2 SISTEMAS DE GESTION POR PROCESOS	2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE DEL NIVEL CENTRAL CON DIRECCIONAMIENTO PARCIAL Y NO INTEGRAL
3 INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR PRODUCTIVIDAD	3 DISMINUCION DE LOS VALORES ECONOMICO EN EL TARIFARIO DE LA RED NACIONAL DE SALUD
4 DISMINUCION DEL TIEMPO DE ESPERA, CONSULTA PROGRAMADA CALL CENTER	4 DIFICIL ACCESO A CITAS MEDICAS A TRAVÉS DEL CALL CENTER
5 AMPLIACION DE DIFERENTES AREAS	5 DETERIORO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL
6 CURSOS, SEMINARIOS Y PASANTIAS DE ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO	6 SEGUROS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA MODERNA CON FACIL ACCESO A ATENCION MEDICA
7 ATENCION MEDICA INTEGRAL LA FAMILIA DEL AFILIADO MENORES DE 18 AÑOS Y CONYUGES	7 CRISIS ECONÓMICA EN LA FRONTERA NORTE
8 INTEGRACION A LA RED NACIONAL DE SALUD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD	8 INCORPORACIÓN DE SEGUROS DE SALUD PRIVADOS EN INSTITUCIONES DE LA LOCALIDAD
3	4



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

FORTALEZAS (+)		DEBILIDADES (-)	
1	PROGRAMA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL	1	INGRESOS MENORES A COSTOS (FACTURACION)
2	TARIFARIO ACTUAL CON VALORES APROPIADOS	2	INESTABILIDAD LABORAL DEL PERSONAL (SE ENCUENTRA POR CONTRATO) Y DIFICULTAD PARA CONSEGUIR ESPECIALISTAS
3	CENTRO DE REFERENCIA (ESPECIALIDADES) PARA LAS UNIDADES MÉDICAS PROVINCIALES	3	FALTA DE SOSTENIBILIDAD EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A TODO NIVEL
4	DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PROPIO	4	DESABASTECIMIENTO OCASIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (CENTRALIZACIÓN DE COMPRAS)
5	PROGRAMACION DE GASTOS A EFECTUARSE EN EQUIPOS, MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS (PAC)	5	DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
6	POBLACION AFILIADA CAUTIVA	6	FALTA DE PROGRAMAS DE POST GRADOS POR PARTE DEL IEES (DEVENGANTES DE BECA)
7	FACIL ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA DEL PACIENTE	7	BUROCRATIZACIÓN EN LOS TRÁMITES FINANCIEROS
8	CONTAR CON SISTEMAS INFORMATICOS ADECUADOS	8	DEMANDA INSATISFECHA EN ESPECIALIDADES
INSTITUCION (MEDIO INTERNO)			



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2. JUSTIFICATIVOS PARA EL PROYECTO

Es indispensable contar con la infraestructura adecuada para de esa manera brindar atención médica oportuna, eficaz y eficiente, con calidad y calidez en el primer nivel de atención, que permita el fortalecimiento de dicho nivel, permitiendo resolver de esta manera el 90% de los problemas de salud de nuestra área de influencia.

Con la infraestructura, equipamiento y personal adecuado se podrá incluir al IESS en los programas sociales y de salud impulsados por el Gobierno Central tomando en cuenta el nuevo Plan de Desarrollo que fortalece la Red Pública Integral, siendo el único Centro de Salud con categoría C1 del Distrito Uno de la provincia del Carchi.

De igual manera permitirá fortalecer la red interna del IESS, y de esta manera la descongestión del II nivel de atención, que en nuestro caso corresponde al hospital IESS Ibarra ya que se facilitará el acceso geográfico de la población a los diferentes servicios de salud, manteniendo un mayor acercamiento de atención ciudadana

2.1 DINÁMICA INSTITUCIONAL

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, ha adquirido un espacio importante en la provisión de servicios de salud tanto a nivel local como provincial. Con aproximadamente 60 años de labor en la ciudad, dando atención únicamente a los afiliados del Seguro Social, siempre fue una unidad de consulta externa en medicina general y hace 10 años se incrementó la consulta en especialidades: Traumatología, Ginecología, Oftalmología y cirugía general.

La integración de estas especialidades permitió proveer servicios nuevos a la población, que permitieron disminuir los niveles de referencia, y facilitando el acceso a los servicios de salud a la población asignada y asegurada de la provincia del Carchi.

En el contexto provincial en la Red Interna del IESS nuestra unidad se constituye el único centro de tipología C, ya que las unidades de San Gabriel y El Ángel han sido consideradas con tipología B, lo cual nos permite constituirnos como un centro de referencia de dichas unidades. La lógica se mantiene con las unidades del Seguro Social Campesino.

Es importante considerar también el fortalecimiento de la Red Integral Pública de Salud que nos permitiría ofrecer nuestros servicios a los miembros de dicha red.

Eliminado: nuestros servicios

La provincia del Carchi cuenta con 164.524 habitantes que representan el 1.1% de la población total del Ecuador (81.155 hombres y 83.369 mujeres).


La población del cantón Tulcán es de 86.498 habitantes y del cantón San Pedro de Huaca 30.511 Habitantes

El Centro de Salud, Tipo C1, IESS Tulcán tiene influencia directa en el Distrito Uno que comprende los cantones de Tulcán y San Pedro de Huaca que contemplan el 71% de la población de la provincia.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



La población afiliada en nuestra provincia de distribuye de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA POR SEXO

TIPO DE AFILIACIÓN		DISTRITO UNO		
		TULCAN	SAN PEDRO DE HUACA	TOTAL DISTRITO
		Afiliados (núm.)	Afiliados (núm.)	Afiliados (núm.)
PRIVADA	Masculin o	3,219	118	3,337
	Femenin o	2,569	64	2,633
	Genero	5,788	182	5,970
PUBLICA	Masculin o	2,522	110	2,632
	Femenin o	2,527	68	2,595
	Genero	5,049	178	5,227
VOLUNTARIO	Masculin o	60		60
	Femenin o	128	3	131

Eliminado: num

Eliminado: num

Eliminado: num



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Genero	188	3	191
RELACIÓN TRABAJO	Masculino	5,801	228	6,029
	Femenino	5,224	135	5,359
	Genero	11,025	363	11,388

Fuente: Archivo Dirección Provincial IESS Carchi
Elaborado por: Dra. Ximena Narváez M.

2.2 INFRAESTRURA FÍSICA ACTUAL Y EQUIPAMIENTO

Se edifica en un terreno de 9.346 metros cuadrados, distribuidos en dos bloques: Área Administrativa 800 metros cuadrados, Área Médica 900 metros cuadrados y Quirófano 260 metros cuadrados; y, patios, estacionamientos y áreas verdes 8.236 metros.

Las áreas se distribuyen en los bloques según el siguiente detalle:

BLOQUE	ÁREA
UNO	ÁREA ADMINISTRATIVA
	DOS CONSULTORIOS – CONSULTA EXTERNA
	FARMACIA
	REHABILITACIÓN
	LAVANDERÍA
DOS	CONSULTA EXTERNA
	ESTADÍSTICA
	TRABAJO SOCIAL
	LABORATORIO
	ODONTOLOGÍA
	QUIROFANO

Equipamiento:

Equipos Biomédicos:

EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	MARCA	AÑO DE COMPRA	VALOR DE COMPRA
DOPPLER FETAL AUDIBLE CON PANTALLA DIGITAL	UNO	BUENO	HUNTLEIGH	2003	620.00
ELECTROCARDIOGRAMA DE TRES CANALES	UNO	BUENO	SCHILLER	2003	1,699.00
BICICLETAS ESTACIONARIAS	DOS	BUENO	JK EXER	2004	2,600.00
TANQUE DE PARFINA	UNO	BUENO	CHATTANOGA	2004	336.00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

TANQUE DE PARAFINA 18 LBRS	UNO	BUENO	SAMMONS PRESTON	2004	784.00
FOTOMETRO RIELE PM 51	UNO	BUENO	RIELE	2004	6,496.00
CENTRIFUGA DE MESA	UNO	BUENO	HETTICH	2005	1,350.00
MICROCENTRIFUGA	UNO	BUENO	HETTICH	2005	1,769.00
BAÑO MARIA	UNO	REGULAR	MEMMERT	2005	1,036.00
ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO	UNO	BUENO	CHATTANOGA	2005	2,450.00
EQUIPO DE ONDA CORTA	UNO	BUENO	METTLER	2005	3,999.00
VIDEO COLPOSCOPIO	UNO	BUENO	ECLERIS	2005	8,500.00
CAMARA IDENT DE PELICULAS	UNO	BUENO	AKOMOTTO	2005	2,350.00
SISTEMA DE LASER TERAPIA	UNO	BUENO	CHATTANOOGA	2005	2,900.00
EQUIPO DE POLEAS DUPLEX	UNO	BUENO	SAMMONS	2005	1,200.00
BANDA SIN FIN	UNO	BUENO	HORIZON	2005	5,000.00
TANQUE DE COMPRESASQUIMICAS	UNO	BUENO	CHATANOGA	2005	1,900.00
MESA CUADRISEPS	UNO	BUENO	SAMMONS	2005	2,950.00
ELECTROCIRUGIA DE ALTA FRECUENCIA	UNO	BUENO	WFM	2006	2,150.00
EVACUADOR DE HUMO	UNO	BUENO	WFM	2006	1,200.00
EQUIPO DE RAYOSX TELECOMANDO	UNO	BUENO	SIEMENS	2006	111,800.00
MESAS QUIRURGICA UNIVERSAL CON OPCION DE RAYOS X	UNO	BUENO	HILLMED	2007	18,400.00
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA	UNO	BUENO	AARON	2007	10,192.00
EQUIPO DE SUCCION QUIRURGICO	UNO	BUENO	GOMCO	2007	4,600.00
MAQUINA DE ANESTESIA	UNO	BUENO	DAMECA	2007	24,000.00
LAMPARA CIELITICA DE 2 SATELITES	UNO	BUENO	SURGIRIS	2007	17,200.00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

MONITOR DESFRIBILADOR	UNO	BUENO	SURGIRIS	2007	10,100.00
AUTO CLAVE A VAPOR	UNO	BUENO	TUTINAUER	2007	28,500.00
TORRE PARA CIRUGIA LAPAROSCO	UNO	BUENO	FIEGERT	2007	63,500.00
ECOGRAFO PARA OFTALMOLOGIA	UNO	BUENO	AVISO AB	2007	21,300.00
COAGULOMETRO	UNO	BUENO	HUMACLOT JUNIOR	2007	2,360.00
PROCESADOR AUTOMATICO DE PELIC	UNO	BUENO	FISCHER	2007	9,120.00
ELCTROCAUTERIO MONO Y BIPOLAR	UNO	BUENO	AARON BOVIE	2007	2,650.00
LAMPARAAUXILLAR DE PDESTAL LUZ ALOGENA	UNO	BUENO	MERIVAARA	2007	7,200.00
AUTOREFRACTOMETRO	UNO	BUENO	CANNON	2007	12,300.00
MICROSCOPIO OFTALMICO	UNO	BUENO	TOPCOM	2007	38,400.00
MONITOR MULTI PARAMETROS	UNO	BUENO	NEWTECHMEDICAL	2007	12,000.00
MICROSCOPIO BINOCULAR	UNO	BUENO	HUMASCOPEPLUS	2008	1,480.00
EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA REHABI	UNO	BUENO	CHATTANOOGA	2008	1,300.00
CAMAS ELECTRICAS PARA RECUPERA	DOS	BUENO	ADVANCED	2008	7,780.00
BANDAS SIN FIN	DOS	BUENO	CHATTANOOGA	2008	9,796.00
BOMBA DE INFUSION ELECTRONICA	UNO	BUENO	JMS	2008	2,160.00
BICICLETAS ESTACIONARIAS	DOS	BUENO	MONARK	2008	2,980.00
EQUIPO DE ELECTROTERAPIA AVANZADA	UNO	BUENO	PHYSIOMED EXPERT	2008	3,650.00
MASEAJADORES CORPORALES	DOS	BUENO	CORE PRODUCTS	2008	580.00
EQUIPO ODNTOLOGICO CON RVG	UNO	BUENO	PRODONTOMED	2009	12,906.00
TERMO CUNA A BASE DE FOCOS	UNO	BUENO	JARAFABI	2009	379.00
EQUIPO DENTAL COMPLETO	UNO	BUENO	WINNER FLEX	2009	9,599.00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

INSTRUMENTAL MEDICO VARIOS	41 PIEZAS	BUENO	ALLGAIER INSTRUMENTE	2009	3,420.27
COCHE DE PARO	UNO	BUENO	CI-HEALTHCARE	2009	2,850.00
COMPRESOR NEBULIZADOR	TRES	BUENO	SALTERLAB	2009	390.00
BALANZA MECANICA DE PIE	DOS	BUENO	SECA	2009	230.00
OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	UNO	BUENO	RIESTER	2009	520.00
GLUCOMETRO	UNO	BUENO	ADVANTAGE	2009	110.00
INSTRUMENTAL MEDICO VARIOS	34 PIEZAS	BUENO	ACME	2009	760.00
MICROMOTOR PARA DESGASTAR ACRILICO	UNO	BUENO	STRONG	2009	446.40
INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO VARIOS	143 PIEZAS	BUENO	PRODONTOME D	2009	704.73
EQUIPO DE OSTEOSINTESIS 3.5 MM	UNO	BUENO	IQL GRUPO BIOMET MERCK	2010	3,626.00
EQUIPO DE OSTEOSINTESIS 4,5 MM	UNO	BUENO	TRAUMED	2010	5,226.00
INSTRUMENTAL MEDICO VARIOS	53 PIEZAS	BUENO	SKLAR	2010	2,595.00
EQUIPO DE ONDA CORTA	UNO	BUENO	CHATTANOOGA	2010	5,000.00
BAÑO MARIA	UNO	BUENO	BOERINGGER MANNHEIM GMBH	2010	2,375.00
DOOPLER FETAL DE MANO	UNO	BUENO	HUNTLEIGH	2010	580.00
LARINGOSCOPIO	UNO	BUENO	MACINTOSH	2010	230.00
FRONTOLUX	UNO	BUENO	ALLTION	2010	400.00
PODOSCOPIO	UNO	BUENO	NACIONAL	2010	300.00
TENSIOMETRO ANAEROIDE PEDIATRICO	UNO	BUENO	WELCH ALLYN	2010	51.00
SET DE DIAGNOSTICO	CINCO	BUENO	RIESTER	2010	220.00
CENTRIFUGA TUBOS	24	UNO	CLAY ADAMS	2010	2,850.00
INSTRUMENTAL LAROSCOPIA VARIOS	10 PIEZAS	BUENO	FIEGERTH	2010	4,190.00
INCUBADORA	UNO	BUENO	HILLMED	2010	7,600.00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

CONTADOR HEMATOLOGICO 22 PARAMETROS	UNO	BUENO	ORPHEE	2010	12,350.00
FACO EMULSIFICADOR VITRECTOR ANTERIOR	UNO	BUENO	OPTIKON	2010	43,000.00
PERFORADOR PARA TRAUMATOLOGIA	UNO	BUENO	DIMEDA	2010	12,300.00
TENSIOMETRO DE PARED	CUATRO	BUENO	RIESTER	2010	580.00
CABLE BIPOLAR TIPO BANANA Y CONNECTION FLAT	UNO	BUENO	ALLGAIER	2010	250.00
MONITORES MULTIPARAMETROS	DOS	BUENO	GENERAL MEDITECH	2010	3,990.00
HOME GYM 2 ESTACIONES	UNO	BUENO	KAO	2010	1,187.50
DIGITALIZADOR DE IMÁGENES	UNO	BUENO	FUJI FILM	2011	79,900.00
MAMOGRAFO	UNO	BUENO	CINTEC MEDICAL	2011	69,390.00

Equipos Electro mecánicos:

Equipo	Cantidad	Estado de funcionamiento	Marca	Año de compra	Valor de compra
ABRILLANTADORA INDUSTRIAL	UNO	BUENO	ELX USA	2003	1,540.00
TRASFORMADOR TRIFASICO	UNO	BUENO	INATRA	2006	4,537.00
GRUPO ELECTROGENO	UNO	BUENO	BROADCROWN	2007	21,238.00
DESMALEZADORA STHIL	DOS	BUENO	STHIL	2007	1,084.18
CALEFACTOR	CINCO	BUENO	FINS	2009	265.00
TRACTOR PODADOR 19.5 HP 46"	UNO	BUENO	POULAN PRO	2010	2,044.63

Transporte:

Transporte	Cantidad	Estado de funcionamiento	Marca	Año de compra	Valor de compra
AMBULANCIA	UNO	MALO	NISSAN	1991	
AMBULANCIA	UNO	BUENO	MERCEDES BENZ	2010	47,946.38

Otros:

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Mobiliario	Cantidad	Estado de funcionamiento	Marca	Año de compra	Valor de compra
CAMA HOSP DE 2 MANIVELAS	UNO	BUENO	FERROMEDICA	2004	
CHASE LONG DE EXAMENES	UNO	BUENO	FERROMEDICA	2004	117.74
SILLA DE RUEDAS	DOS	BUENO	FERROMEDICA	2005	776.78
CAMILLA DESMONTABLE	UNO	BUENO	FERROMEDICA	2005	776.99
CAMA HOSPITALARIA	UNO	BUENO	FERROMEDICA	2005	483.92
CHASE LONG	SEIS	BUENO	FERROMEDICA	2005	803.53
CENTRAL DE OXIGENO	UNO	BUENO	BORJA	2007	2,900.00
SISTEMA DE PURI DE AGUA	UNO	BUENO	AQUACLEAN	2007	1,712.00
CARRO DE CURACIONES	CUATRO	BUENO	FERROMEDICA	2008	103.58
GRADILLA DE UN PELDAÑO	CINCO	BUENO	FERROMEDICA	2008	22.41
ARCHIVADOR 4 GAVETAS	UNO	BUENO	FERROMEDICA	2008	254.70
TABURETE GIRATORIO	DOS	BUENO	FERROMEDICA	2008	122.36
VITRINA PARA INSTRUMENTAL	UNO	BUENO	FERROMEDICA	2008	202.07
SILLA PARA TOMA DE PRESION	DOS	BUENO	FERROMEDICA	2008	133.02
LOCKER DE UN CUERPO UNA PUERTA	CUATRO	BUENO	FERROMEDICA	2008	137.61
SILLA PARA EXTRACCION DE SANGRE	UNO	BUENO	FERROMEDICA	2008	133.02
CHASE LONG CON CAJONES	DOS	BUENO	FERROMEDICA	2008	272.08
CHASE LONG PEDIATRICO CON INFANTOMETRO	UNO	BUENO	JARAFABI CIA. LTDA.	2009	190.00
LOKER DE DOS CUERPOS	SEIS	BUENO	JARAFABI CIA. LTDA.	2009	1,365.00
CARROS DE CURACION NIQUELADOS	CUATRO	BUENO	JARAFABI CIA. LTDA.	2009	390.00
NEGATOSCOPIO DE TRES PANELES	UNO	BUENO	JARAFABI CIA. LTDA.	2009	255.00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

SILLAS TANDEM 4 ASIENTOS	CINCO	BUENO	JARAFABI CIA. LTDA.	2009	1,346.00
VITRINA DE DOS CUERPOS	UNO	BUENO	JARAFABI CIA. LTDA.	2009	600.00

2.3 TALENTO HUMANO

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	UNO
DIRECTOR MÉDICO	UNO
SECRETARIA	UNO
TRABAJADORA SOCIAL	UNO
INFORMÁTICO	UNO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD	UNO
OFICINISTA DE CONTABILIDAD	DOS
AUXILIAR DE FARMACIA	DOS
AUXILIAR DE ESTADÍSTICA	UNO
CHOFER	UNO
AUXILIARES DE SERVICIO	CUATRO
AUXILIARES DE ENFERMERIA	CUATRO
AUXILIARES DE ODONTOLOGIA	UNO
AUXILIAR DE RAYOS X	UNO
FISIOTERPISTA	TRES
ENFERMERA	DOS
GINECOLOGIA	UNO
TRAUMATOLOGIA	UNO
MÉDICO GENERAL	CUATRO
MÉDICO FAMILIAR	UNO
TECNOLOGO EN LABORATORIO	DOS
ODONTOLOGOS	DOS

2.4 CARTERA DE SERVICIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	IESS			
	CENTRO DE SALUD, TIPO C1, IESS TULCÁN			
TOTAL DE CAMAS DE TODO EL HOSPITAL				
CARTERA DE SERVICIOS	CONSULTA EXTERNA		HOSPITALIZACIÓN	
	N° DE	<u>No</u>	N° DE	<u>Observación</u>

Eliminado: Nro

Eliminado: Observacion



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	CONSULTORIOS	médicos especialistas	CAMAS	
1	NEONATOLOGIA				
2	GINECOLOGIA	1	1		07:00/13:00 17:00:19:00
3	OBSTETRICIA				
4	CENTRO OBSTETRICO				
5	PLANIFICACION FAMILIAR				
		CONSULTA EXTERNA		HOSPITALIZACION	
	MEDICINA INTERNA	N° DE CONSULTORIOS	No médicos especialistas	N° DE CAMAS	Observación
1	MEDICINA GENERAL	4	4		08:00 / 20:00
2	MEDICINA INTERNA				
3	NEUMOLOGIA				
4	CARDIOLOGIA				
5	ENDOCRINOLOGIA				
6	GASTROENTEROLOGIA				
7	NEUROLOGIA				
8	GERIATRIA				
9	PSIQUIATRIA				
10	NEFROLOGIA				
11	PSICOLOGIA				
12	GERIATRIA				
13	ATENCION ADOLECENTE				
14	DERMATOLOGIA				
15	ALERGIOLOGIA				
16	GENETICA MEDICA				
17	ONCOLOGIA				
18	HEMATOLOGIA				
19	OTORRINOLARINGOLOGIA				
20	MEDICINA FAMILIAR	1	1		07:00 /15:30
21	REUMATOLOGIA				

Eliminado: Nro
Eliminado: Observacion



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

		CONSULTA EXTERNA		HOSPITALIZACION	
2	UROLOGIA				
	SERVICIO DE CIRUGIA	N° DE CONSULTORIOS	No médicos especialistas	N° DE CAMAS	Observación
1	CIRUGIA GENERAL				
2	UROLOGIA				
3	OTORRINOLARINGOLOGIA				
4	OFTALMOLOGIA				
5	NEUROCIRUGIA				
6	CIRUGIA PEDIATRICA				
7	CIRUGIA PLASTICA				
8	CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO				
9	CIRUGIA VASCULAR				
10	TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA	1	1		08:00/ 16:30
1	CIRUGIA OFTALMOLOGICA				
1	ONCOLOGIA QUIRURGICA				
2					
1	CIRUGIA CARDIACA				
3					

Eliminado: Nro

Eliminado: Observacion

		CONSULTA EXTERNA		HOSPITALIZACION	
	SERVICIO DE Pediatría	N° DE CONSULTORIOS	No médicos especialistas	N° DE CAMAS	Observación
1	PEDIATRIA				
2	ESCOLARES				
3	PREESCOLARES				
4	MENORES DE UN AÑO				
		CONSULTA EXTERNA		HOSPITALIZACION	
	SERVICIOS ODONTOLOGIA	N° DE CONSULTORIOS	No médicos especialistas	N° DE CAMAS	Observación
1	ODONTOLOGIA GENERAL	1	2		07:30 /20:00

Eliminado: Nro

Eliminado: Observacion

Eliminado: Nro

Eliminado: Observacion



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2	ODONTOLOGIA PEDIATRICA				
3	ENDODONCIA				
4	EXODONCIA				
5	PERIDONCIA				
6	CIRUGIA MAXILOFACIAL				
	OTROS SERVICIOS	EXISTE		OBSERVACION	
		SI	NO		
1	BANCO DE LECHE HUMANA		X		
2	BANCO DE SANGRE		X		
3	RADIOTERAPIA		X		
4	TELECOBALTOTERAPIA		X		
5	YODOTERAPIA		X		
6	QUIMIOTERAPIA		X		
7	BRAQUITERAPIA		X		
8	SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL		X		
9	SERVICIO DE HEMODIALISIS		X		
10	BANCO DE TEJIDOS		X		
11	QUIROFANOS	1			QUIRÓFANO DEL DÍA: SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS MENORES DE GINECOLOGÍA TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA GENERAL
12	EMBOLIZACION		X		
13	COLOCACION DE PROTESIS		X		
14	RADIOCIRUGIA GAMMA KANIFE		X		
15	SALA DE YESOS		X		
16	SALA DE CURACIONES		X		
	MEDICINA CRITICA	EXISTE		N° DE CAMAS	OBSERVACION
		SI	NO		
1	EMERGENCIA GENERAL		X		
2	EMERGENCIA PEDIATRICA		X		
3	EMERGENCIA GINECOLOGICA		X		
4	EMERGENCIA OFTALMOLOGICA		X		
5	OBSERVACION		X		
6	SALA PRIMERA ACOGIDA (vif)		X		



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

7	UNIDAD DE TRAUMA		X		
8	TRIAJE		X		
9	UNIDAD DE TRASPLANTE		X		
1	CATETERISMO DE		X		
0	EMERGENCIA		X		
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		EXISTE		N° DE CAMAS	OBSERVACION
		SI	NO		
1	UCI ADULTOS		X		
2	UCI NEONATOLOGIA		X		
3	UNIDAD BASICA DE QUEMADOS		X		

Cuántas cirugías día por especialidad?

	APOYO DIAGNOSTICO	REALIZA		HORARIO		
		SI	NO	4 HORAS	8 HORAS	24 HORAS
LABORATORIO CLINICO						
1	HEMATOLOGIA	X			X	
2	QUIMICA SANGUINEA	X			X	
3	UROANALISIS	X			X	
4	SEROLOGIA	X			X	
5	BACTERIOLOGIA	X			X	
6	COPROLOGICOS	X			X	
7	HORMONALES (PSA, HCGB)	X			X	
8	MARCADORES TUMORALES		X			
9	PAP TEST		X			
10	ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS		X			
11	GASOMETRIA ARTERIAL		X			
12	VIH-SIDA		X			
13	PRUEBAS PARA PALUDISMO		X			
14	CHAGAS		X			
15	LEISHMANIA		X			
16	HEPATITIS		X			
17	DENGUE		X			
18	HELICOBACTER PILORI	X			X	
19	INMUNOGLOBULINAS		X			
20	GENETICA MOLECULAR		X			
21	NIVELES DE FARMACOS EN SANGRE		X			
22	EXAMENES TOXICOLOGICOS		X			
23	MICROBIOLOGIA	X			X	
24	PRUEBAS PRE TRASFUCIONALES		X			
25	INMUNO HISTOQUIMICA		X			
26	SCREENING NEONATL AMPLIADO(ENDOCRINO METABOLICO)		X			
27	NIVEL DE PLOMO		X			
28	NIVEL DE ZINC		X			



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	IMAGENOLOGIA	REALIZA		HORARIO		
		SI	NO	4 HORAS	6 HORAS	24 HORAS
1	RADIOLOGIA CONVENCIONAL	X			X	
2	ECOGRAFIA		X			
3	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA		X			
4	MAMOGRAFIA	X			X	
5	ECOCARDIOGRAFIA A COLOR		X			
6	ECOGRAFIA DOPPLER		X			
7	RESONANCIA MAGNETICA		X			
8	ARTERIOGRAFIAS		X			
9	ESPLENOPORTOGRAFIA		X			
10	ANGIOPLASTIA NO CORONARIA		X			
11	EMBOLIZACION		X			
12	COLANGIOGRAFIA		X			
13	FLEBOGRAFIA		X			
14	LINFOGRAFIA		X			
15	RADICULOGRAFIA		X			
16	SIALOGRAFIA		X			
17	GALACTOGRAFIA		X			
18	ARTROGRAFIA		X			
19	DENSITOMETRIA OSEa		X			
20	GAMMAGRAFIA		X			
21	RADIODIAGNOSTICO MAXILO FACIAL		X			

	OTROS EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO	REALIZA		HORARIO		
		SI	NO	4 HORAS	8 HORAS	24 HORAS
1	ENDOSCOPIA					
2	ELECTROCARDIOGRAFIA					
3	COLPOSCOPIA (JUEVES 09:00/13:00)	X		X		
4	CISTOSCOPIA		X			
5	RECTOSIGMOIDEOSCOPIA		X			
6	AUDIOMETRIAS		X			
7	ELECTROMIOGRAFIA		X			
8	COLONOSCOPIA		X			
9	CATETERISMO DIAGNOSTICO		X			
10	BIOPSIA GUIADA POR TAC		X			
11	ESTUDIOS DE HIPERTENSION ARTERIAL		X			
12	BRONCOSCOPIA		X			
13	HOLTER EKG		X			



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

14	HOLTER PA		X			
15	ANALISIS DE MARCAPASOS		X			
16	POTENCIALES TARDIOS		X			
17	ERGOMETRIA		X			
18	ELECTROENCEFALOGRAMA		X			
19	ELECTROMIOGRAFIA		X			
20	ELECTROCORTICOGRAFIA		X			
21	AUDIOMETRIA		X			
	SERVICIOS DE APOYO Y TRATAMIENTO	REALIZA		HORARIO		
		SI	NO	4 HORAS	12 HORAS	24 HORAS
1	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION		X			
a	MICROONDA		X			
b	ULTRASONIDO	X			X	
c	ELECTROESTIMULACION	X			X	
d	INTERFERENCIALES		X			
e	COMPRESAS TERMICAS	X			X	
f	EJERCICIOS TERAPEUTICOS	X			X	
g	HIDROTERAPIA	X			X	
h	HIDROMASAJE	X			X	
i	COMPRESAS QUIMICAS	X			X	
j	PARAFINA	X			X	
k	NATACION		X			
l	TERAPIA MOTORA	X			X	
m	TERAPIA OCUPACIONAL		X			
n	NEUROTERAPIA		X			
o	LASER TERAPIA	X			X	
p	ULTRASONIDO	X			X	
q	ONDA CORTA	X			X	
r	MAGNETO TERAPIA	X			X	
2	REHABILITACION SICOLOGICA	X			X	
3	AGIOPLASTIA CORONARIA		X			
4	CATERERISMO CARDIACO TERAPEUTICO		X			
5	COLOCACION DE MARCAPASO		X			
6	ABLACION		X			
7	TERAPIA GRUPAL		X			
8	TERAPIA DEL DOLOR		X			
9	CUIDADOS PALIATIVOS		X			
10	TERAPIA RESPIRATORIA		X			
11	TERAPIA DEL LENGUAJE		X			
	SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIOS	EXISTE		Horario		
		si	no	4 horas	8 horas	24 horas
1	TRABAJO SOCIAL	X			X	
2	FARMACIA EXTERNA	X				12H



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

3	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA		X			
1	SERVICIO DE AMBULANCIA	EXISTE		Horario Y N° Unidades		
		si	no	8 HORAS	12 HORAS	24HORAS
1	AMBULANCIA COMPLEJIDAD I	X				1
2	AMBULANCIA COMPLEJIDAD II		X			
3	AMBULANCIA COMPLEJIDAD III		X			

2.5 DATOS ESTADÍSTICOS DE COBERTURA

	2009	2010	2011	2012	2013
PRIM. CON. EN EL AÑO	2,403	3,824	4,643	8,612	9,638
ACTIVOS					
SEG. DE SALUD IND. FAM.	6,386	20,253	22,598	23,465	25,983
SEG. RIESGOS DEL TRABAJO	-	-	-	-	-
VOLUNTARIOS	393	594	988	1,290	1,608
SB TOTAL	6779	20847	23586	24755	27591
CONYUGE	-	-	32	16	68
HIJOS < 6 AÑOS	1	262	2,447	4,382	5,438
SB TOTAL	1	262	2479	4398	5506
JUBILADO	2,186	5,154	6,277	5,487	5,600
S.S.C.	73	377	209	334	546
MONTEPIO	324	1,398	1,104	939	915
SB TOTAL	2583	6929	7590	6760	7061
NO AFILIADO	3	-	-	-	4
TOTAL	9366	28038	33655	35913	40162
SEXO					
HOMBRE	3,827	11,777	14,358	14,929	17,182
MUJER	5,539	16,261	19,293	20,984	22,980
TOTAL	9366	28038	33651	35913	40162
GRUPO DE EDAD					
MENOR UN MES	1	1	8	9	11
DE 1 A 11 MESES	9	25	82	200	182
DE 1 A 14 AÑOS	9	308	1,962	3,379	4,239
DE 15 A 40 AÑOS	1,746	6,885	9,003	10,073	11,518
DE 41 A 60 AÑOS	4,243	11,867	13,062	13,626	15,354
61 Y MAS AÑOS	3,358	8,952	9,534	8,626	8,858
TOTAL	9366	28038	33651	35913	40162
POR ENFERMEDAD					



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

PRIMERAS	4,149	15,971	22,675	22,791	26,484
SUBSECUENTES	4,488	10,835	10,313	12,470	13,157
TOTAL	8637	26806	32988	35261	39641

POR PROGRAMA [de que? TB PASI???](#)

PRIMERAS	330	182	327	512	1,102
SUBSECUENTES	192	479	336	720	1,097
TOTAL	522	661	663	1232	2199

RECETAS					
DESPAHADAS	34695	41015	56659	56279	66460
ODONTOLOGIA	1535	3081	3149	4509	6613
LABORATORIO	8323	12201	18736	22726	22987
IMAGENOLOGIA	3555	4157	3959	3714	5140
CIRUGIAS	296	299	277	181	250

Intervenciones Quirúrgicas (2008 – 2012): En la siguiente se describen los procedimientos quirúrgicos realizados durante los años que la unidad conto con los especialistas.

TIPO DE INTERVENCIONES	2008	2009	2010	2011	2012
Cirugía General	22	133	73	38	18
Ginecología	32	83	90	134	135
Oftalmología	45	72	73	88	
Traumatología	7	8	22	17	28
TOTAL	106	296	258	277	181

De los datos estadísticos anteriores podemos evidenciar el crecimiento en la demanda de nuestros afiliados, por lo cual la infraestructura física actual se ha tornado insuficiente para poder brindar una atención adecuada a los usuarios de los servicios médicos que presta el Centro de Salud, Tipo C1, IESS Tulcán.

Con formato: Párrafo de lista,
Justificado



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

MÉDICO FUNCIONAL

Eliminado: ¶
¶

A través de la herramienta del licenciamiento, se pretende establecer cuáles son los requerimientos en infraestructura, equipamiento y talento humano, para que podamos ofrecer servicios de primer nivel de atención, en la categorización C1.

El Programa Médico funcional es una herramienta que permite describir el modelo funcional y operativo para las unidades de salud, con la finalidad de que el diseño garantice una óptima presentación de servicios y un flujo adecuado de los y las usuarias de la unidad de salud, obedeciendo a las necesidades de la población, tomando en cuenta los componentes del MAIS FCI, definiendo las áreas mínimas que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, privacidad, eficiencia y confort para los pacientes y personal de salud.

Los aspectos que se consideran el Médico funcional son: La estructura física, dotación y ubicación de equipos, flujo médico funcional y recursos humanos, que deben estar en concordancia a la oferta de servicios de las Unidades de Salud. Marca pautas para crear la dimensión de áreas y espacios, características de las instalaciones requeridas para el equipo y mobiliario acorde a las actividades que se realizarán en cada servicio. El diseño del establecimiento debe tener claro el nivel de resolución y servicios que se pretenden brindar. Otro parámetro importante para la elaboración del Programa Médico Funcional es la productividad y rendimiento de los servicios, en base del cual se calcula los servicios, el personal y el equipamiento en función del número y tipo de actividades a desarrollar.

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, dentro del Primer Nivel de Atención, debería adecuarse de acuerdo a lo establecido en el Programa Médico Funcional, que a continuación presentamos.

OBJETIVO DE LA AMPLIACIÓN DE ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD, TIPO C1 IESS TULCÁN

Proveer todos los recursos esenciales para la el fortalecimiento de la atención, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad y rehabilitación, que garanticen la eficiencia en la atención de salud al asegurado y en la red.

ESTRUCTURAS DEL CENTRO DE SALUD, TIPO C1

El Centro de Salud tipo C es un establecimiento que funciona como primer contacto y puerta de entrada a la Red Pública de Servicios de Salud, su capacidad resolutoria es de primer nivel², se encuentran ubicados en un área geográfica, urbana permitan el acceso a una población de influencia de 25.000 a 50.000 habitantes, asignados o adscritos.

Presta servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos, a través de los servicios de consulta externa en medicina familiar y/o general integral, odontología general, interconsulta de pediatría y gineco-

² Un nivel de atención es un conjunto de establecimientos de salud organizados bajo un marco jurídico, legal y normativo; con niveles de complejidad necesarios para resolver con eficacia y eficiencia las necesidades sentidas de salud de la población. El nivel de complejidad es el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, en relación al nivel de atención al que corresponde, alcanzado mediante la especialización y tecnificación de sus recursos. Guarda relación directa con la categorización de establecimientos de salud.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

obstetricia, psicología, obstetricia y enfermería, puede disponer de servicios de apoyo en nutrición y trabajo social. Dispone de servicios auxiliares de diagnóstico en laboratorio clínico, Imagenología básica, opcionalmente audiometría, farmacia institucional, maternidad de corta estancia y emergencia; promueve acciones de salud pública y participación social; cumple con las normas programas de atención del MSP. El cálculo de población rige para el sector público. Su horario de atención es de 24 horas y su cartera de servicios en la siguiente:

ÁREAS	SERVICIOS
Medicina general / familiar/odontología	Atención a las enfermedades y problemas relacionados con la salud.
	Atención de emergencias: pediátricas, adultos y obstétricas.
	Atención Gineco Obstétrica.
	Atención de partos y recuperación de corta estancia.
	Referencia de los pacientes de acuerdo a su estado de salud.
	Certificaciones administrativas.
	Procedimientos médicos.
	Atenciones preventivas: control de niña/o sano, perinatales, inmunizaciones, VIH, TB, salud sexual y reproductiva.
	Atención / procedimientos odontológicos (Rx apical).
	Rehabilitación física.
Atención Psicológica.	
Servicios complementarios	Laboratorio.
	Imagenología (ecosonografía y rayos x).
	Farmacia.
Actividades colectivas	Participación en los procesos de planificación sanitaria participativa con líderes de la comunidad, apoyo a la ejecución de tareas de la comunidad en función de su salud y rendición de cuentas ante las comunidades.
	Seguimiento y apoyo a los TAPS de su área de influencia.
	Coordinación y gestión permanente con la comunidad para la identificación de problemas y el desarrollo de acciones en función del mejoramiento de su situación de salud.
	Fomento de la organización de las redes complementarias de la zona y traslado de pacientes.
	Educación Sanitaria sobre hábitos de vida saludables.
	Acciones de control de determinantes y riesgos a la salud.
Otros servicios	Impulso de acciones de higiene y mejoramiento del medio ambiente (atención primaria ambiental) y de acciones de salud comunitaria.
	Atención al Usuario Filiación y registro de la cita, cita programada, mantenimiento y actualización.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Adscripción al servicio de salud.
	Trabajo social.

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, estará conformado por las siguientes áreas:

SERVICIOS	ESPECIALIDADES
Enfermería	
Consulta Externa General	Medicina General
Consulta Externa de Especialidad	Familiar
	<u>Pediatría</u>
	Gineco-Obstetricia
	<u>Psicología</u>
	<u>Traumatología</u>
	<u>Oftalmología</u>
	<u>Medicina Interna</u>
	<u>Fisiatría</u>
Consulta Externa Odontología	
Procedimientos	Atención General
	Atención de Partos
<u>Quirófano del Día</u>	<u>Atención General</u>
Emergencia	
Laboratorio	
Imagenología	
Rehabilitación	
Control Sanitario*	
Farmacia institucional	

Eliminado: Pediatría

Eliminado: Psicología

UBICACIÓN, ACCESO Y RELACIONES FUNCIONALES.

Las diferentes áreas del Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, guardarán una adecuada relación médico funcional, con consecuencias espaciales de las necesidades, traducidas en espacios arquitectónicos definidos para la adecuada implementación de cada una.

DESCRIPCION DE AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD, TIPO C1

1. SERVICIO DE RECEPCIÓN - ADMISIÓN (ADMISIÓN Y ESTADÍSTICA)


Es un servicio de apoyo diseñado para facilitar el acceso de la población a los recursos disponibles en este Centro de Salud, manteniendo los principios básicos de equidad y eficiencia en la utilización de los mismos y garantizando la cohesión del conjunto de la organización frente al paciente y su proceso asistencial. Cuenta con los siguientes ambientes:

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR




AREA ACTUAL





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

1.1 Hall de acceso (entrada)

Es un ambiente central de fácil acceso en la entrada principal de la edificación, permite el acceso de familiares (visitas) y pacientes a los servicios que se ofertan en el Centro de Salud. Se encuentra directamente conectado con el ambiente de atención al público.

A este ambiente se accede a través de una doble puerta de entrada, que cumple la función de climatización de los ambientes internos, en los diseños de las nuevas edificaciones, este ambiente cuenta con 13 metros cuadrados, sin embargo, los centros de salud ya construidos deben considerar para este ambiente algunos estándares mínimos que deben cumplirse:

Señalización de seguridad³, en sus diferentes clases, cada una de las cuales con su finalidad específica. Esta vía de circulación y su cruce deben estar señalizados para evitar obstrucciones e interferencias. Las señales deben ser fácilmente identificables y visibles. El tamaño de las señales debe estar acorde con la distancia a la que deben ser percibidas.

Debe carecer de barreras arquitectónicas, evitando las escaleras. Idealmente se consideran las rampas. Se posibilitará, al menos, una zona cubierta de parada de vehículos para el desembarco de pacientes. Además, dicho espacio cumplirá con los requisitos exigidos a las plazas de aparcamiento accesible.

Garantizarán las condiciones de accesibilidad, no admitiéndose anchos menores de 1,80 metros. Zócalo de material resistente y lavable hasta una altura mínima de 1.50 m.

EL Centro de Salud, Tipo C1 IESS Tulcán, cuenta con 108 metros cuadrados como ambiente general, y los zócalos cumplen con lo establecido por Ministerio de salud Pública.

1.2. Sala de espera general

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan a ser atendidos por los servicios que se encuentran demandando o mientras se concreta un trámite administrativo. La superficie esperable es idealmente de 25 metros cuadrados. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

En el Centro de Salud, Tipo C1 IESS Tulcán, cuenta con una sala de espera con 108 metros cuadrados, la distribución de espacios está realizada de tal forma que esta área está incluida en la Sala de espera de Consulta Externa.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTE
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	4	-	4
	Banca 4 puestos.	7	-	7
	Basurero general. Cubo de 50 litros con tapa basculante (vaivén). Plástico reforzado. Para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2
	Reloj de pared.	1	-	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	1	-
	Sistema de música ambiental.	1	1	-

³Gráficos que señalen las rutas de evacuación hasta el área de reunión o zona de seguridad externa.

	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	-	1
	Extintor contra incendios	1	1	-



1.3. Sanitario

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos, sus paredes recubiertas por cerámica.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.
 - Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	1 (PLÁSTICO)	4
	Dispensador de papel mecha.	4	1	4
	Basurero con pedal, 5 litros, para desechos infecciosos.	4	1 (MENOS CAPACIDAD)	4
	Gancho doble.	4	-	4
	Dispensador de preservativos	4	-	4

De igual manera los baños de la Sala de espera, se incluyen en el ambiente de la Sala de Espera de la Consulta Externa.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

1.4. Ambiente de atención al público

Este ambiente forma parte del servicio de recepción y admisión del Centro de Salud tipo C, aquí se cumple con la función de información, control, y atención al beneficiario y visitantes; se encuentra directamente conectado al Hall de acceso (entrada). El control consiste en actuar limitando de acceso a otras áreas. Cuenta con un espacio para mostrador de recepción y otro para atención personalizada.

Mostrador de recepción, es un espacio en el cual se proporciona información, se hace control del acceso a los otros servicios, y se atiende al beneficiario y visitantes. Este espacio cuenta con un área de 10 metros cuadrados, conexiones informáticas y telefónicas y debe disponer con el siguiente mobiliario, equipamiento y Talento humanos.

El Centro de Salud, Tipo C1 IESS Tulcán, cumple con el requerimiento de espacio para el mostrador de recepción.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mostrador para la atención directa al público con espacio para 1 a 3 puestos de atención.	1	1	-
	Silla giratoria con brazos	3	3 (1 con brazos y 2 sin brazos)	2
	Papelera de oficina	1	1	1
	Pizarra de corcho para anuncios. Con soportes de aluminio para colgar en la pared. Marco de aluminio con esquineros plásticos. Dimensiones aprox: 1200 x 800 mm	1	1 (Panel para información en plástico con imagen institucional)	1
	Administración Farmacia			
	Armario alto puertas medias + puertas bajas. Dimensiones aproximadas: Longitud 80 cm x Profundidad 40 cm x Altura 202 cm.	1	-	1
Basurero para desechos comunes y reciclables.	2	2	-	
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje.	1	1	-
	Impresora B&W.	1	1	-
	Extintor contra incendios.	1	1	-

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Asistente Administrativo- Agendador.	2	1	1

Atención personalizada, es un espacio para la atención y orientación individualizada a pacientes y familiares, ubicado adjunto al mostrador de recepción, cuenta con área de 10



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

metros cuadrados, conexiones informáticas, telefónicas, Talento Humano en el mismo del espacio anterior, además del siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Dotado de mesa de trabajo.	1	1	-
	Silla giratoria con brazos	1	1 (silla giratoria sin brazo)	1
	Silla de confidente	2	2	-
	Armario con cajones y estantes.	1	1	-
	Perchero de pie.	1	-	1
	Papelera oficina	1	1	-
	Basurero para desechos comunes y reciclables.	2	-	2
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje	1	1	-
	Impresora B&W	1	1	-

En el Centro de Salud, Tipo C1 no existe este ambiente, y las funciones del mismo, se ejercen a través de la ventanilla de atención al público.

1.5 Archivo de documentos clínicos.

En un ambiente destinado al almacenamiento de documentos clínicos de todos los servicios del Centro de salud, durante el tiempo que se mantengan como soporte físico, según la normativa de licenciamiento, deseablemente debe contar con 25 metros cuadrados, debe contar con todas las medidas de seguridad, sobre todo contra riesgos de incendios, inundaciones u otro factor potencial que pueda dañarlos. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Sistema de archivo Móvil para previsión (historias clínicas, consentimientos informados, etc) de 5m x 2,5 x 4m.	1	-	1
	Mesa de despacho con ala para ordenador	1	-	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	-	1
	Basurero para desechos comunes y reciclables.	2	-	2
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1
	Extintor de incendios	1	-	1

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	portátil			
--	----------	--	--	--

El CAA Tulcán, comparte este espacio con admisión y estadística con el área de archivo, con un total de 36,76 metros cuadrados.

El talento humano para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTE	FALTANTE
Asistente de estadística.	2	-	-

La sistematización de la historia clínica en la institución ha permitido prescindir del archivo físico, de tal forma que lo único que se mantiene en archivo son las historias de años anteriores, que se utilizan con muy poca frecuencia, y por esta razón no es necesario contar con talento humano para esta función exclusivamente.

1.6. Consultorio de trabajo social

El ambiente de consultorio de trabajo social, tiene la función de atender y orientar socialmente a pacientes y familiares. Tiene un área de 10 metros cuadrados con características de confort y confidencialidad. Cuenta con conexiones informáticas y telefónicas necesarias y el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para equipo de computo.	1	1	-
	Silla de confidente.	2	2	-
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	1 (Sin brazos)	1
	Armario con cajones y estantes.	1	1	1
	Perchero de pie.	1	-	1
	Papelera oficina.	1	1	-
	Basurero para desechos comunes y reciclables.	2	1	1
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje	1	1	-
	Impresora B&W	1	1	-

El talento humano para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTE	FALTANTE
Trabajador/a social	1	1	-

El área de Trabajo Social del CAA Tulcán, cuenta con el espacio físico, personal de acuerdo a lo establecido para las Unidades tipo C.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



2. Consulta Externa

Sector del establecimiento de salud destinado a la atención ambulatoria de individuos⁴. Es un conjunto de consultorios para la atención ambulatoria que se ubican como un servicio de atención dentro de un establecimiento de mayor resolución. Para los Centros de Salud tipo C, está conformada por los siguientes ambientes: una sala de espera, sanitarios, enfermería, 7 consultorios polivalentes, 2 consultorios para la atención gineco – obstétrica, un consultorio de psicología y un consultorio odontológico.

⁴ El individuo ambulatorio, es la persona que utiliza los servicios de diagnóstico y/o tratamiento de un establecimiento de atención.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL


SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.1. Sala de espera general

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan ser convocados, a enfermería, al consultorio médico polivalente o al consultorio odontológico. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie deseable es de 9 m² por local de atención adscrito (1 metro cuadrado por persona, 9 personas por local) y máximo 6-8 consultorios por sala de espera. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTE
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	6	2	4
	Banca 4 puestos.	12	16	-
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2
	Reloj de pared.	1	-	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	1	-
	Sistema de música ambiental.	1	1	-
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	-	1
	Extintor de incendios	1	-	1



262,10 m² incluye pasillos

2.2. Sanitario

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

- Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTE
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	-	4
	Dispensador de papel mecha.	4	-	4
	Basurero para desechos infecciosos.	4	-	4
	Gancho doble.	4	-	4
	Dispensador de preservativos	4	-	4

Para el cumplimiento de este estándar, se plantea la implementación de servicios higiénicos para personas con discapacidad:

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL M2
2 Servicios higiénicos para personas con discapacidad (uno para hombres y otro para mujeres)	<i>Inodoro</i>	10 m2
	<i>Lavamanos</i>	
	<i>Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 O 32 x 1.2 mm. Con gancho portarrollos.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas 	<i>Barra de apoyo fija pared/suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700mm. En acero inoxidable AISI 304 o 32 x 1,5 mm.</i>	

2.3. Consultorio psicología

Ambiente considerado para la atención y orientación social a pacientes y familiares, al menos debe contar con área de 10 metros cuadrados, contar con las conexiones informáticas y telefónicas, para acceder a este ambiente no se requiere pasar por enfermería. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para equipo de computo.	1	-	1
	Sillas giratorias con brazos y respaldo regulable en altura.	1	-	1
	Silla de confidente.	2	-	2
	Armario con cajones y estantes.1	1	-	1
	Perchero de pie.	1	-	1
	Papelera oficina.	1	-	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Basureros para desechos comunes y reciclables.	3	-	3
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Psicólogo/a	2	-	1

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, debe complementar su estructura física con la implementación de un consultorio de Psicología.

2.4. Enfermería

Este ambiente, es un espacio de trabajo de enfermería que realizan funciones de apoyo a los consultorios de la consulta externa y mediciones clínicas o somato métricas previas al ingreso en los consultorios médicos. Dotada de lavabo para lavado de manos del personal de enfermería y conexiones informáticas y telefónicas.

Para este tipo de Centro de Salud, se ha pensado dos espacios de 16 metros cuadrados cada una, una de ellas contará con un Vacunatorio no menor a 9 metros cuadrados. Debe contar con el siguiente: mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mostrador doble puesto (depende de la longitud del área).	2	-	2
	Armario todo puertas.	2	-	2
	Sillas giratorias con brazos y respaldo regulable en altura.	4	1	3
	Mesa de auscultación (vacunatorio).	1	-	-
	Vitrina (vacunatorio).	1	-	-
	Taburete con respaldo para pies y espalda (vacunatorio).	1	-	-
	Camilla de evaluación	2	2	-
	Gradilla de dos pasos	2	2 (de un paso)	2
	Coche de curación con 3 cajones y estantes.	2	1 (sencillo)	2
	Mesa de trabajo.	2	1	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales	6	8	-
Equipamiento	Paquetes de lencería	2	2	-
	Báscula con estadímetro	2	2	-
	Equipo de curaciones	2	9	-
	Equipo de sutura	2	2	-

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Equipo de retiro de puntos	2	9	-
Frigos por termo (vacunatorio)	40	-	40
Refrigerador (vacunatorio)	1	-	1
Regulador de voltaje (vacunatorio).	1	-	1
Termos (vacunatorio)	4	-	4
Termómetro para refrigeradora (vacunatorio).	1	-	1
Equipo de perifoneo	1	-	1
CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	2	2	-
Regulador de voltaje	2	-	2
Impresora B&W	2	2	2

El talento humano mínimo para este ambiente:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Enfermera/o	2	3	-
Auxiliar de enfermería	2	2	-

El área de enfermería existente en el Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, cuenta con una superficie de 39 metros cuadrados, sin embargo, la relación funcional entre los espacios no es adecuada, en vista de que existe el pasillo que conduce a Quirófano, en medio de los dos ambientes destinados a enfermería. Es importante que esta área se distribuya adecuadamente para que tenga una adecuada funcionalidad.



2.5. Consultorio polivalente

Ambiente destinado a la exploración y atención de pacientes. Se atenderá a la población demandante sana o enferma de manera integral, desarrollando acciones de promoción, prevención con énfasis en la identificación de riesgos y atención oportuna al daño y en las acciones curativas brindando recomendaciones médicas en cuanto a terapias farmacológicas, dietéticas y consejería en salud, en algunos casos procedimientos menores, por lo que se tendrá en cuenta requisitos de privacidad visual y auditiva (Área para entrevistas separada por una cortina, mampara, o división interna del área para revisión física del paciente), esta



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

atención se brindara en los diferentes ciclos de vida. Se estima para cada consultorio un total de 4 atenciones por hora.

Cada consultorio cuenta con un área de 16 metros cuadrados, dispone de espacio para camilla de reconocimiento, mesón con lavabo con almacenamiento inferior y superior con puertas. Conexiones informáticas y telefónicas. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTEN.	FALTANT.
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	7	5	-
	Silla confidente.	14	10	-
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	7	5	-
	Camilla de evaluación.	7	5	-
	Gradilla de dos pasos	7	5 (1 paso)	5
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	21	15	-
	Lámpara cuello de ganso	7	-	7
Equipamiento	Fonendoscopio	7	5	-
	Martillo de percusión.	7	5	-
	Tensiómetro con brazaleta adulto.	7	5	-
	Tensiómetro con brazaleta pediátrico.	7	-	7
	Electrocardiograma	7	2	3
	Espirómetro.	7	-	7
	Espejo laríngeo.	7	-	7
	Otoscopio.	7	5	2
	Oftalmómetro.	7	9	-
	Dopler portátil.	7	2	5
	Equipo de planificación familiar y detección oportuna de cáncer de cérvix.	7	-	7
	Maletín de visita domiciliaria equipado.	7	1	6
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	7	5	-
	Regulador de voltaje	7	-	5
	Impresora B&W	7	-	5

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Médico/a Familiar/General, número depende de la población	7	5	2

El Centro de Salud, Tipo C1 IESS Tulcán, cuenta con 5 consultorios de 19,43 metros cuadrados, destinados a la atención de Consulta Externa y Medicina Familiar.

2.6. Consultorio gineco – obstétrico

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Este ambiente se ha considerado diferente al consultorio polivalente, porque a diferencia de este, aquí se realiza consultas especializadas, atendidas por Obstetras o gineco obstetra, profesionales que realizan el seguimiento y control del embarazo normal (el complicado se atiende en el nivel hospitalario), puerperio y actividades de atención a la salud sexual y reproductiva.

Ambiente destinado a la exploración y atención gineco obstétrica de la población demandante sana o enferma de manera integral, desarrollando acciones de promoción, prevención con énfasis en la identificación de riesgos y atención oportuna al daño y en las acciones curativas brindando recomendaciones medicas en cuanto a terapias farmacológicas, dietéticas y consejería en salud, en algunos casos procedimientos menores, por lo que se tendrá en cuenta requisitos de privacidad visual y auditiva (área para entrevistas separada por una cortina, mampara, o división interna del área para revisión física del paciente).

Para este tipo de centro de salud se ha considerado dos consultorios, cada uno de los cuales debe contener un sanitario para utilizado como tal o como lugar de cambio de ropa a una bata de exploración, este cuenta con todos los servicios sanitarios requeridos. Cada consultorio cuenta con un área de 16 metros cuadrados, dispone de espacio para camilla de reconocimiento, mesón con lavabo que cuenta con almacenamiento inferior y superior y puertas. Conexiones informáticas y telefónicas. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

El Centro de Atención Ambulatorio cuenta con 1 Consultorio, con un espacio físico de 12,71 metros cuadrados.

Es necesario integrar un consultorio adicional para Ginecología en nuestra unidad.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTE
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	2	1	1
	Silla confidente.	4	2	2
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	1	1
	Armario con cajones y estantes.	2	-	2
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	6	3	3
	Perchero de pie.	2	-	2
	Papelera metálica.	2	1	1
	Armario vitrina, 60 cm.	2	1 (vitrina)	2
	Sillón ginecológico.	2	1	1
	Gradilla de dos pasos	2	1 (gradilla de 1 paso)	2
Lámpara de examen rodable	2			
Equipamiento	Dopler fetal portátil	1	1	1
	Coche de curación	2	1	1
	Monitor NPIB y SPO2	2	-	2
	Fonendoscopio.	2	1	1
	Martillo de percusión.	2	-	2
	Tensiómetro con brazaleta adulto.	1	1	1
	Espejo laríngeo.	1	-	1
	Otoscopio.	1	-	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Oftalmometro.	1	-	1
Equipo de planificación familiar y detección oportuna de cáncer de cérvix.	1	-	1
CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
Regulador de voltaje	1	-	1
Impresora B&W	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTE	FALTANTE
Obstetrix y/o Gineco Obstetra	2	1 (Médico Ginecóloga)	1

2.6.1.1. Consultorio de odontología con Rx de odontología

Ambiente destinado a la exploración y atención odontológica de pacientes. Se atenderá a la población demandante sana o enferma de manera integral, desarrollando acciones de promoción, prevención con énfasis en la identificación de riesgos y atención oportuna al daño y en las acciones curativas brindando recomendaciones médicas en cuanto a terapias farmacológicas, dietéticas y consejería en salud.

Este ambiente contará con un área de 45 metros cuadrados, contará con un mesón con doble lavabo y espacio de almacenamiento inferior y superior; tomas de agua, drenajes y aire comprimido, así como conexiones informáticas y telefónicas. Este ambiente se complementa con dos espacios, uno para lavado y esterilización (con 7 metros cuadrados de área) y otro para rayos x (con 4 metros cuadrados de área). Adicionalmente debe considerarse un espacio adecuado para ubicación de un compresor. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán cuenta con un área para Odontología de 27,26 metros cuadrados, dividida para 2 consultorios, sin embargo la distribución funcional no ha permitido separar el ambiente exclusivo para rayos x, y las demás observaciones planteadas, por tanto es necesario que se adecúe la infraestructura de esta área para cumplir con los lineamientos del MSP.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTE
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	5	1	4
	Silla confidente.	5	3	2
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	5	1	4
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	14	3	11
	Taburete rodable para unidad dental.	5	2	3
	Delantal de plomo	1	2	-
	Protectores de Tiroides	1	1	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Protectores gonadales	1	-	1
	Guantes Pb	1	-	1
	Percha para protecciones plomadas	1	-	1
	Set para manejo de desechos odontológicos	5	-	1
	Dosímetro personal	5	1	4
Equipamiento	Unidad dental completo con manguera por sistema Colibrí.	5	2	3
	Compresor a pistón seco, 1.5 kW. Con caja de insonorización.	5	1	4
	Lámpara de polimerización.	5	-	5
	Limpiador de ultrasonidos.	5	-	5
	Negatoscopio.	5	-	5
	Set de instrumentación rotatoria para equipo dental.	5	-	5
	Vibrador de amalgama.	5	1	4
	Autoclave de sobremesa.	5	1	4
	Equipo de Instrumental para Operatoria dental.	80	30	50
	Equipo instrumental de cirugía menor dental.	80	1	79
	Equipo instrumental de diagnóstico dental.	80	29	51
	Equipo instrumental de profilaxis dental.	80	2	78
	Sistema radiográfico para diagnosis intra-oral.	1	1	-
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	5	2	3
	Regulador de voltaje	5	1	4
Impresora B&W	5	1	4	
Extintor de incendio	1	-	1	

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Odontólogo	5	2	3
Auxiliar de odontología	3	1	2



2.6.1.2. Sala de lactancia

El objetivo de esta sala es la capacitación en lactancia y manejo de recién nacidos a las mujeres gestantes o que se encuentran en periodo de lactancia, es un área de 12 metros cuadrados que dispone de tomas eléctricas, de teléfono, de agua y drenajes y donde se encuentra el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mueble bañera para recién nacido.	1	-	1
	Sillón para madre	1	-	1
	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	-	1
	Dispensador de papel mecha	1	-	1
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales	3	-	3
	Mesón con lavabo y espacio almacenamiento inferior y superior	1	-	1
Equipamiento	Balanza para bebés electrónico-digital	1	-	1
	Esterilizador de biberones	1	-	1
	Calienta biberones	1	-	1
	Lavadora de material alta desinfección	1	-	1
	Sacaleche	2	-	2
	Frigorífico con congelador	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Enfermera/o	1	-	1

El Centro de Salud, Tipo C1 IESS Tulcán no cuenta con este espacio físico, por tal motivo es indispensable adecuarlo para la atención de recién nacidos.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.1.3. Sala de actividades grupales

Este ambiente está destinado para realizar: actividades grupales, ser usada como aula para capacitaciones para el personal de salud o para la comunidad y para realizar reuniones de trabajo.

Es un ambiente con un área de 24 metros cuadrados, es un espacio polivalente con capacidad para 18 personas, con conexiones informáticas y telefónicas. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa para reuniones.	1	-	1
	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	-	1
	Silla fija de vinilo con brazo, tapizada.	18	-	18
	Papelera metálica.	1	-	1
	Basureros para desechos comunes.	1	-	1
	Negatoscopio.	1	-	1
Equipamiento	Pantalla de proyección mural eléctrica.	1	-	1
	Proyector multimedia.	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1

El Centro de Salud, Tipo C1 IESS Tulcán no cuenta con este espacio físico, por tal motivo es indispensable integrarlo para nuestra unidad.

2.6.2. Procedimientos

El Centro de Salud, Tipo C1 no cuenta con esta área, por lo que debe implementarse en su totalidad.

Es un servicio complementario ubicado al interior del Centro de Salud tipo C, destinado a prestar las condiciones de infraestructura, equipamiento, mobiliario y talento humano, para realizar procedimientos médicos generales de diagnóstico o terapéuticos en pacientes ambulatorios, a personas que lo requieran ya sea por consulta espontánea o derivado por algún profesional del equipo de salud. Estará a cargo de un profesional de la salud, quien será responsable ante la autoridad sanitaria del funcionamiento de dichas salas y de dar cumplimiento a la reglamentación sanitaria y normas técnicas vigentes. Cuenta con los siguientes ambientes: atención personalizada, sala de procedimientos, esterilización, utilería, lencería y desechos intermedios.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL


SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.2.1. Sala de espera

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan el llamado a la sala de espera donde se realizarán los procedimientos demandados. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie debe ser de 20 metros cuadrados, en la cual se puedan acomodar hasta 20 personas. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	4	-	4
	Banca 4 puestos.	2	-	2
	Basurero para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2
	Reloj de pared.	1	-	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	-	1
	Sistema de música ambiental.	1	-	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	-	1
	Extintor contra incendios	1	-	1

2.6.2.2. Sanitarios

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.
 - Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	-	4
	Dispensador de papel mecha.	4	-	4
	Basurero para desechos infecciosos.	4	-	4
	Gancho doble.	4	-	4
	Dispensador de preservativos	4	-	4

2.6.2.3. Atención personalizada

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

En un ambiente ubicado adjunto a las sala de espera destinado a la atención y orientación a pacientes y familiares que harán uso de este servicio. Está dotado de conexiones informáticas y telefónicas, su área es de 10 metros cuadrados y debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	-	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	2	-	2
	Silla de confidente	1	-	1
	Papelera metálica.	1	-	1
	Armario con cajones y estantes	1	-	1
	Basureros para desechos comunes.	1	-	1
	Perchero de pie	1	-	1
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Auxiliar de enfermería	1	-	1

2.6.2.4. Sala de procedimientos

EL Centro de Salud, Tipo C1 IESS Tulcán no cuenta con esta área, por lo que debe implementarse en su infraestructura en su totalidad.

En un ambiente en el cual se realizar procedimientos médicos y monitoreo fetal, entre los procedimientos que se realizan en él se mencionan: suturas, lavado de oídos, lavado ocular, onicectomía, extracción de cuerpo extraño no complicado, taponamiento nasal, férula yeso, inyección, administración de medicamentos, instalación de sondas, hidratación parenteral, lavado gástrico, curaciones en general, retiro de puntos, oxígeno terapia, nebulizaciones, aspiración de secreciones, electrocardiograma, atención de partos expulsivos, entre otros.

El área de este ambiente es de 24 metros cuadrados, una puerta de acceso no menor a 1,40 metros de ancho para acceso de camas, además, dos espacios para camillas, en cada uno debe contar con 3 tomas de gases (oxígeno y vacío) a nivel de los cabeceras de cada cama; conexiones informáticas y telefónicas. La operatividad de este servicio es responsabilidad de una enfermera (considerada en el ambiente anterior). Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTE
Mobiliario	Mesa de operaciones electrohidráulica con accesorios generales.	3	-	3
	Mesón con lavabo y espacio de almacenamiento inferior y superior.	1	-	1
	Armarios altos con puertas	1	-	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	acristaladas.			
	Vitrina de ambiente estéril.	1	-	1
	Reloj de pared.	1	-	1
	Sistema de raíles.	2		2
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes.	1	-	1
	Lámpara examen rodable consulta.	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2
	Porta sueros.	6	-	6
Equipamiento	Flujómetro para oxígeno.	2	-	2
	Vacuómetro.	1	-	1
	Monitor de signos vitales, Monitor NIBP & SpO2.	1	-	1
	Doppler fetal portátil.	1	-	1
	Equipos de sutura.	2	-	2
	Equipos de curación.	2	-	2
	Equipos de retiro de puntos.	2	-	2
	Equipo de extracción de cuerpo extraño.	2	-	2
	Equipo de parto.	1	-	1
	Electro cardiograma	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTE	FALTANTE
Enfermera/o	1	-	1

2.6.2.5. Esterilización

Ambiente destinado para realizar la esterilización rápida y oportuna de equipamiento, lencería y otros, necesarios para ser utilizados en la sala de procedimientos como en otros servicios que no cuenten con el equipo para el caso.

El área destinada para este ambiente según el licenciamiento es de 15 metros cuadrados. Debe contar con, tomas eléctricas, de agua y drenajes (para lavado y secado de instrumental previo el empaquetado). Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTE
Mobiliario	Mesón para autoclave de sobremesa.	1	-	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	2	-	2
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	-	1
	Dispensador de papel mecha.	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2
	Armario con cajones y estantes	1	-	1
Equipamiento	Autoclave de sobremesa.	2	-	2



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Eliminado: ¶

¶

2.6.2.6. Utilería y preparación

Ambiente destinado para utilería limpia y preparación, cuenta con área de 4 metros cuadrados y es utilizado por el personal de enfermería de este servicio, cuenta con mesón con doble lavamanos y espacio de almacenamiento inferior y superior, así como también de las tomas eléctricas, de agua y drenaje. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTE
Mobiliario	Armario vitrina.	1	-	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	-	1
	Dispensador de papel mecha.	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	2	-	2
	Carro de medicación unidosis	1	-	1
	Armario de estupefacientes (psicotrópicos), metálico con cierre.	1	-	1
Equipamiento	Autoclave de sobremesa.	2	-	2
	Refrigerador 1 / 8 °C, 130 L	1	-	1

2.6.2.7. Utilería usada

Ambiente destinado a la utilería usada, cuenta con área de 3 metros cuadrados y es utilizado por el personal de enfermería de este servicio, cuenta con mesón con doble lavamanos y espacio de almacenamiento inferior y superior, así como también de las tomas eléctricas, de agua y drenaje. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTES
Mobiliario	Mesón de acero inoxidable con lavabo con vertedero.	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2

2.6.2.8. Lencería

Ambiente destinado almacenamiento de ropa limpia, manejado por el personal de enfermería de este servicio. Se área es de 3 metros cuadrados, Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm.	2	-	2
	Carro ropa limpia.	1	-	1
	Carro ropa usada.	1	-	1
	Dispensador de papel mecha.	1	-	1

2.6.3. Área de emergencia

El Centro de Salud, Tipo C1 no cuenta con esta área, por lo que debe implementarse en su totalidad.

El centro de salud tipo C, a diferencia de los tipo A y B, tiene una permanencia de atención de 24 horas, con el objetivo de garantizar la atención de las emergencias presentadas en la zona



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR


de influenza, por tal motivo cuenta con una ambulancia y los siguientes ambientes: estacionamiento y lugar de llegada de ambulancia, vestíbulo o desembarco de pacientes, triage de pacientes, área de camillas, recepción y admisión, sala de espera, sanitarios, unidad de choque o reanimación, consultorio de emergencia, sala de curaciones y yesos, sala de observación, área de enfermería y soporte y estación de enfermería.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.3.1. Servicio de Recepción - Admisión de emergencia

Es un servicio de apoyo diseñado para facilitar el acceso de las personas que presentan un problema de salud que requiere una atención urgente, cuenta con dos accesos: uno para pacientes que llegan por sus propios medios y otro para pacientes que llegaron al servicio en una ambulancia. Este último acceso se conecta con un espacio cubierto para el desembarco de pacientes con 12 metros cuadrados. Los accesos están dotados de puertas de apertura amplia, automática y sellado hermético.

Entre los dos accesos se ubica un ambiente con ventanillas para la atención de los dos accesos, cuenta con un área de 12 metros cuadrados, en este ambiente de atiende y admite para la atención de la emergencia, cuenta con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humanos:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENCIA	FALTANTES
Mobiliario	Mostrador para 2 puestos de trabajo (1,50 x 2).	1	-	1
	Silla giratoria con brazos.	2	-	2
	Papelera oficina.	2	-	2
	Cartelera de corcho.	1	-	1
	Armario alto todo puertas.	2	-	2
	Basureros para desechos comunes.	2	-	2
Equipamiento	Central de recepción de llamada al personal.	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Asistente Administrativo- Agendador.	1	-	1

2.6.3.2. Triage de pacientes

En un ambiente donde se cumple la función de recibir y evaluar a los pacientes que llegan a emergencia desde ambulancia o por los propios medios. Está ubicado adyacente a las entradas incluye una puerta para acceso exterior y comunicación directa con los mostradores de atención. Tiene un área de 12 metros cuadrados. Su puerta de acceso no debe ser menor a 1,20 metros que facilite el ingreso de casas. Debe contar con tomas de oxígeno, aire y vacío, además, conexiones informáticas y telefónicas, y un lavamanos. Dispone del siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para equipo de computo.	1	-	1
	Silla giratoria con brazos.	1	-	1
	Papelera oficina.	1	-	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	-	1
	Armario con cajones y estantes.	1	-	1
	Perchero de pie.	1	-	1

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Basureros para desechos comunes infecciosos y especiales.	3	-	3
Equipamiento	Equipo de sutura.	2	-	2
	Tensiómetro adulto.	1	-	1
	Tensiómetro niño.	1	-	1
	Estetoscopio adulto.	1	-	1
	Estetoscopio niño.	1	-	1
	Equipo de diagnóstico.	1	-	1
	Equipo de parto.	2	-	2
	Vaucómetro.	2	-	2
	Flujómetro para oxígeno.	2	-	2
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje	1	-	1
Impresora B&W	1	-	1	

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Médico/a Familiar/General.	1	-	1

2.6.3.3. Almacén de camas / camillas

Es un ambiente destinado al parking de camas, sillas u otras ayudas para los pacientes que ingresan a la emergencia y requieren de los mismos, su área es de 8 metros cuadrados y paredes resistente a impactos. Cuenta con el siguiente mobiliario:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Camilla básica de transporte.	1	-	1
	Silla de ruedas.	3	-	3
	Silla de ruedas para obesos		-	

2.6.3.4. Sala de espera

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan ser atendidos. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie de este ambiente debe ser de 25 metros cuadrados, esta área se destina a 2 familiares por paciente y 3 pacientes por punto de atención para cada uno se designa 0,75 metros cuadrados, asíen la cual se puedan acomodar hasta 20 personas. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	4	-	4
	Banca 4 puestos.	2	-	2
	Basurero para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2
	Reloj de pared.	1	-	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	-	1
	Sistema de música ambiental.	1	-	1
	Sistema de VENDING	1	-	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	(Máquinas dispensadoras de alimentos).			
	Extintor contra incendios	1	-	1

2.6.3.5. Sanitario

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.
 - Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	-	4
	Dispensador de papel mecha.	4	-	4
	Basurero para desechos infecciosos.	4	-	4
	Gancho doble.	4	-	4
	Dispensador de preservativos	4	-	4

2.6.3.6. Unidad de choque – reanimación

Este ambiente cumple la función de atención de pacientes graves, por lo que requiere instalaciones apropiadas para soporte vital avanzado, requiere acceso fácil y directo desde la entrada y evitar el cruce con circulaciones de otros puestos de atención. Su área es de 18 metros cuadrados, y tiene la capacidad para un paciente. Cuanta con 1 mesón con lavabo y espacio de almacenamiento inferior y superior; tomas de oxígeno, aire y vacío; debe disponer como mínimo de 8 enchufes todos conectados a tierra. Habrá una conexión para teléfonos, llamada de enfermeras y red informática e instalación para monitorización. Cuanta con se siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Lámpara examen rodable consulta.	1	-	1
	Coche de paro.	1	-	1
	Camilla básica de transporte.	1	-	1
	Mostrador de urgencias.	1	-	1
Equipamiento	Electrocardiógrafo de 12 canales.	1	-	1
	Respirador de transporte.	1	-	1
	Monitor paciente parámetros vitales.	1	-	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Laringoscopio adulto, pediátrico y neonatal.	1	-	1
Resucitador manual, adulto, pediátrico y neonatal.	1	-	1
Equipo para atención y diagnóstico médico.	1	-	1
Glucómetro.	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Médico/a Familiar/General.	1	-	1
Enfermera/o	1	-	1

2.6.3.7. Consultorios

Ambiente destinado a la exploración y atención de pacientes. Para exploración y diagnóstico de pacientes. Número de consultorios ajustado a demanda, sin embargo, al menos debería disponerse de dos, uno para atención pediátrica y un segundo para la atención de adultos.

Cada consultorio cuenta con un área de 16 metros cuadrados, dispone de espacio para camilla de reconocimiento, mesón con lavabo con almacenamiento inferior y superior con puertas. El talento humano es el mismo del ambiente anterior. Conexiones informáticas y telefónicas. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	2	-	2
	Silla confidente.	4	-	4
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	-	2
	Camilla de evaluación.	2	-	2
	Gradilla de dos pasos	2	-	2
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	6	-	6
	Lámpara examen rodable consulta.	2	-	2
	Sistemas de railes con cortinas.	2	-	2
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes	2	-	2
Equipamiento	Fonendoscopio.	2	-	2
	Martillo de percusión.	2	-	2
	Tensiómetro con brazaleta adulto.	2	-	2
	Tensiómetro con brazaleta pediátrico.	2	-	2
	Electrocardiograma.	2	-	2
	Espirómetro.	2	-	2
	Espejo laríngeo.	2	-	2
	Otoscopio.	2	-	2
	Oftalmómetro.	2	-	2



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Dopler portátil.	2	-	2
	Negatoscopio digital.	2	-	2
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	2	-	2
	Regulador de voltaje	2	-	2
	Impresora B&W	2	-	2

2.6.3.8. Sala de curaciones y yesos

Espacio designado para la realización de curaciones e inmovilizaciones de los pacientes que lo requieran en la emergencia de este centro de salud. Su área es de 16 metros cuadrados, cuenta con una puerta amplia para el paso camas, mínimo 1,20 metros. Cuenta con tomas de gases (oxígeno y vacío), mesón con lavabo y espacio de almacenamiento inferior y superior, conexiones informáticas y telefónicas, el recurso humano es el mismo que labora en los ambientes anteriores, cuenta con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	-	1
	Silla confidente.	2	-	2
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	-	1
	Camilla de evaluación.	2	-	2
	Gradilla de dos pasos	2	-	2
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	6	-	6
	Lámpara examen rodable consulta.	2	-	2
	Armario con estantes y cajones.	1	-	1
	Perchero de pie.	1	-	1
	Papelera metálica.	1	-	1
	Armario vitrina, 60 cm.	1	-	1
	Mesa Mayo.	1	-	1
	Camilla para sala de yeso.	1	-	1
	Carro de yesos.	1	-	1
Coche de curaciones con 3 cajones y estantes	2	-	2	
Equipamiento	Refrigerador bajo mesa 1 / 8 °C, 130 L.	1	-	1
	Monitor de tensión arterial (NIBP) y Saturador de oxígeno (SpO2).	1	-	1
	Sierra de yesos deseable con aspirador.	1	-	1
	Negatoscopio digital.	2	-	2
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	2	-	2
	Regulador de voltaje	2	-	2
	Impresora B&W	2	-	2



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

En cada uno de los ambientes además de los datos absolutos de producción debe tener indicadores de rendimiento y uso pues lo que debe justificar técnicamente la relación costo-beneficio.

2.6.3.9. Sala de observación y estabilización

Ambiente utilizado por pacientes que requieran tratamientos o valoración secuencial durante varias horas. Para ese centro de salud se han designado dos salas, una para atención de adultos y una segunda para niños, el número de puestos para cada sala estará ajustados a la demanda, deseable 9-10 metros cuadrados por puesto, se espera que al menos sean dos puestos para la sala de pediatría y tres puestos para la sala de adultos. En este sentido, la sala de pediatría al menos será de 20 metros cuadrados y la sala de adultos de 30 metros cuadrados.

Deberá permitir la intimidad de los pacientes, cada cama será susceptible de individualizarse por cortinas, o mejor aún por tabiques. Su ubicación permite el control visual desde la estación de Enfermería. Dispone de lavamanos en el área, tomas de oxígeno, aire y de vacío, tomas informáticas y de llamada a enfermería. Cuenta con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Cama de hospitalización II (Electro Hidraulica).	6	-	6
	Coche de paro.	1	-	1
	Cabecero vertical, doble (PARA GASES MEDICINALES).	6	-	6
	Lámpara examen rodable.	1	-	1
	Mesa Auxiliar dos baldas y cajones, rodable.	1	-	1
	Portasueros.	6	-	6
Equipamiento	Flujómetro para oxígeno.	6	-	6
	Vacuómetro.	6	-	6
	Monitor NIBP & SpO2.	6	-	6
	Respirador NIV, BIPAP, turbina.	6	-	6
	Sistema de calentamiento para paciente.	2	-	2
	Calentador de fluidos médicos.	2	-	2

2.6.3.10. Estación de enfermería

Este ambiente, es un espacio de trabajo de enfermería que realizan el monitoreo de pacientes que se encuentran en observación y estabilización. Dotada de lavabo para lavado de manos del personal de enfermería y conexiones informáticas y telefónicas.

Cuenta con un área de 8 metros cuadrados cada una. Cuenta con acceso y visión directa al área de observación y estabilización. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mostrador doble repisa en U.	1	-	1
	Silla giratoria con brazos	3	-	3
	Papelera oficina.	3	-	3
	Cartelera de corcho.	1	-	1
	Armario vitrina, 60 cm.	1	-	1
	Armario de estupefacientes	1	-	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	(psicotropicos) metálico con cierre.			
	Coche de curación con 3 cajones y estantes.	1	-	1
	Carro de medicación unidosis (manual).	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales	2	-	2
Equipamiento	Refrigerador bajo mesa 1 / 8 °C, 130 L.	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	2	-	2
	Regulador de voltaje	2	-	2
	Impresora B&W	2	-	2

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Enfermera/o	1	-	1
Auxiliar de enfermería	1	-	1

2.6.3.11. Utilería limpia

Ambiente integrado a la estación de enfermería, destinado para utilería limpia y preparación, cuenta con área de 4 metros cuadrados y es utilizado por el personal de enfermería de este servicio, cuenta con mesón con doble lavamanos y espacio de almacenamiento inferior y superior, así como también de las tomas eléctricas, de agua y drenaje. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Armario vitrina.	1	-	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	-	1
	Dispensador de papel mecha.	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	2	-	2
	Carro de medicación unidosis	1	-	1
	Armario de estupefacientes (psicotrópicos), metálico con cierre.	1	-	1
Equipamiento	Autoclave de sobremesa.	2	-	2
	Refrigerador 1 / 8 °C, 130 L	1	-	1

2.6.3.12. Utilería usada

Destinado a la utilería usada, destinado al almacenaje de material usado, cuenta con área de 3 metros cuadrados y es utilizado por el personal de enfermería de este servicio, cuenta con mesón con doble lavamanos y espacio de almacenamiento inferior y superior, así como también de las tomas eléctricas, de agua y drenaje. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesón de acero inoxidable con lavabo con vertedero.	1	-	1
	Equipo para lavar bidet, patos	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2

2.6.3.13. Lencería

Ambiente destinado almacenamiento de ropa limpia, manejado por el personal de enfermería de este servicio. Se área es de 3 metros cuadrados, Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm.	2	-	2
	Carro ropa limpia.	1	-	1
	Carro ropa usada.	1	-	1

2.6.3.14. Dormitorios para personal de turno

Es un ambiente destinado al descanso del personal de guardia, el número de dormitorios es ajustado a profesionales de guardia. Para este centro de salud se ha designado dos dormitorios de 10 metros cuadrados cada uno, que cuentan con sanitario con lavabo, inodoro y ducha, conexión informática y de teléfono, armario empotrado interior lavable. Cuenta con el siguiente mobiliario:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Cama básica.	2	-	2
	Colchón básico.	2	-	2
	Almohada + funda.	2	-	2
	Velador.	2	-	2
	Sillón sin brazos.	2	-	2
	Mesa simple.	2	-	2
	Papelera metálica.	2	-	2
	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	2	-	2
	Dispensador de papel mecha.	2	-	2
	Basurero para desechos comunes e infecciosos.	2	-	2
	Secamanos eléctrico.	2	-	2
	Gancho doble.	2	-	2

2.6.4. Área de atención al parto.

El Centro de Salud, Tipo C1 no cuenta con esta área per se, por lo que debe implementarse en su totalidad.

Esta área es destinada a la evaluación, atención del parto normal y recuperación post parto inmediata, cuenta con los siguientes ambientes, consultorio de evaluación obstétrica, estación de enfermería, utilería limpia, utilería usada, lencería, Unidad de trabajo parto y recuperación



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR


del neonato. El parto culturalmente adecuado permite el acompañamiento de familiares y la partera, así como demanda el espacio para elaborar bebidas medicinales.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.4.1. Consultorio de evaluación obstétrica

Ambiente destinado a la exploración y valoración de pacientes obstétricas, que demandan atención de parto normal. Este ambiente forma parte del servicio de atención del parto y se convierte en la puerta de entrada a este servicio. Sin embargo, puede ser usado indistintamente para toma de datos, definición de pruebas pre quirúrgicas, consulta, reconocimiento o tratamiento y curaciones post quirúrgicas. Cuenta con un área de 16 metros cuadrados, dispone de espacio para camilla de reconocimiento, mesón con lavabo con almacenamiento inferior y superior con puertos conexiones informáticas y telefónicas. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	-	1
	Silla confidente.	2	-	2
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	-	1
	Camilla Ginecológica.	1	-	1
	Gradilla de dos pasos	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	3	-	3
	Lámpara examen rodable consulta.	1	-	1
	Sistemas de railes con cortinas.		-	
	Armario con cajones y estantes.	1	-	1
	Perchero de pie.	1	-	1
	Papelera metálica.	1	-	1
	Armario vitrina, 60 cm.	1	-	1
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes	1	-	1
	Equipamiento	Fonendoscopio.	1	-
Monitor ante / intraparto.		1	-	1
Tensiómetro de pared adulto.		1	-	1
Dopler portátil.		2	-	2
Negatoscopio digital.		2	-	2
CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.		2	-	2
Regulador de voltaje		2	-	2
Impresora B&W		2	-	2

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Médico/a Familiar/General.	1	-	1

2.6.4.2. Estación de enfermería

Este ambiente, es un espacio donde se desempeñan actividades de enfermería de apoyo a la atención del parto normal. Dotada de lavabo para lavado de manos del personal de enfermería y conexiones informáticas y telefónicas. Cuenta con un área de 8 metros cuadrados. Cuenta con acceso y visión directa a las unidades de trabajo de parto y recuperación y al área de estancia corta de la parturienta. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mostrador doble repisa en L.	1	-	1
	Silla giratoria.	2	-	2
	Papelera oficina.	2	-	2
	Cartelera de corcho.	1	-	1
	Coche de paro.	1	-	1
	Armario vitrina, 60 cm.	1	-	1
	Armario metálico de dos puertas	1	-	1
	Coche de curación con 3 cajones y estantes.	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales	2	-	2
Equipamiento	Refrigerador bajo mesa 1 / 8 °C, 130 L.	1	-	1
	Desfibrilador con monitor, bifásico.	1	-	1
	Aspirador portátil, 30 l/min.	1	-	1
	Bilirrubinómetro.	1	-	1
	Monitor signos vitales: NIBP, SpO2.	1	-	1
	Respirador de transporte.	1	-	1
	Electrocardiógrafo de 12 canales	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1
Extintor contra incendios	1	-	1	

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Enfermera/o	1	-	1
Auxiliar de enfermería	1	-	1

2.6.4.3. Utilería limpia

Ambiente integrado a la estación de enfermería, destinado para material limpio y preparación, cuenta con área de 4 metros cuadrados y es utilizado por el personal de enfermería de este servicio, cuenta con mesón con doble lavamanos y espacio de almacenamiento inferior y superior, así como también de las tomas eléctricas, de agua y drenaje. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesón con doble lavabo con espacios inferiores y puertas bajas.	1	-	1
	Armario vitrina.	1	-	1
	Coche de curaciones.	1	-	1
	Porta sueros.	6	-	6



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Armario de estupefacientes (Psicotrópicos), metálico con cierre.	1	-	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	-	1
	Dispensador de papel mecha.	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	3	-	3
	Carro de medicación unidosis	1	-	1
Equipamiento	Autoclave de sobremesa.	2	-	2
	Refrigerador 1 / 8 °C, 130 L	1	-	1

2.6.4.4. Utilería usada

Destinado a la utilería usada, destinado al almacenaje de material usado, cuenta con área de 3 metros cuadrados y es utilizado por el personal de enfermería de este servicio, cuenta con mesón con doble lavamanos y espacio de almacenamiento inferior y superior, así como también de tomas eléctricas, de agua y drenaje. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesón de acero inoxidable con lavabo con vertedero.	1	-	1
	Equipo para lavar bidet, patos	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2

2.6.4.5. Lencería

Ambiente destinado almacenamiento de ropa limpia, manejado por el personal de enfermería de este servicio. Se área es de 3 metros cuadrados, Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Estantería rejilla en ac.inox., 105x46x190 cm.	2	-	2
	Carro ropa limpia.	1	-	1
	Carro ropa usada.	2	-	2

2.6.4.6. Unidad de trabajo de parto y recuperación (UTPR)

Es un ambiente en el cual se realiza la atención de todo el proceso del parto normal garantizando las mejores condiciones de comodidad y privacidad para mujeres y sus acompañantes. Para los centros de salud tipo C se han diseñado cuatro UTPR, cada uno con un sanitario. En los cuales se atiendan partos adecuados culturalmente, lo que implica que es ellos se atienda el parto culturalmente adecuado, con el acompañamiento de familiares y la partera, estos deben contar con espacio para elaborar bebidas medicinales. Además, luego del parto se convierta en el área de recuperación y de observación de signos de alarma, de fomento del manejo adecuado del RN, de consejería de anticoncepción y la lactancia, aquí la paciente puede ser fajada según sus costumbres; por este motivo el periodo de estancia en la UTPR será de 24 a 48 horas según la evolución de caso⁵.

⁵ MPS. Guía Técnica para la Atención del Parto Culturalmente adecuado. 2008.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Su área es de 32 metros cuadrados en la se incluye un espacio para la recuperación neonatal de 6 metros cuadrados. Cuenta con el siguiente el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Cama de hospitalización II (Electro Hidráulica).	4	2	2
	Cabecero vertical, doble (PARA GASES MEDICINALES).	4	-	4
	Almohada + funda.	4	4	-
	Cabecero vertical (gases medicinales).	4	-	4
	Almohada para cambios posturales.	4	2	2
	Lámpara quirúrgica móvil, halógena.	4	-	4
	Velador.	4	2	2
	Sillón descanso.	4	-	4
	Mesa instrumental auxiliar.	4	-	4
	Cuna para recién nacidos.	4	-	4
	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	-	4
	Dispensador de papel mecha.	4	-	4
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	24	-	24
	Gancho doble.	4	-	4
	Cuna térmica con resucitador.	4	-	4
	Mesa de Mayo en acero inoxidable.	4	1	3
	Mueble lavabebés con vestidor.	4	-	4
	Mesa auxiliar para pesa infantil.	4	-	4
Equipamiento	Monitor intraparto.	4	1	3
	Bomba volumétrica, 2 canales.	4	-	4
	Sistema integrado de llamada y comunicación con enfermera.	4	-	4
	Flujómetro para oxígeno.	4	2	2
	Vacuómetro.	4	-	4
	Pulsioxímetro portátil.	4	4	-
	Unidad para extracción de vacío.	4	-	4
	Resucitador manual.	4	-	4

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	neonatal.			
	Monitor de transporte: ECG, R, NIBP, 1xT ^a , SpO ₂ .	4	-	4
	Equipo de instrumental para la atención del parto.	4	-	4
	Monitor de transporte neonatal.	4	-	4
	Pesabebés electrónico con tallímetro.	4	1	3
	Incubadora de transporte.	4	1	3
	Secamanos eléctrico	4	1	3

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Obstetriz	5	-	5


2.6.5. Área de fisioterapia

Es un servicio que aborda en forma precoz y racional el problema de la discapacidad ya sea temporal o permanente. Atiende las patologías músculo esqueléticas, coordinando el trabajo al interior del equipo, así como con los demás servicios del centro de salud, con el objetivo de complementar la atención, en el área de la rehabilitación física. Consta de los siguientes ambientes: Sala de espera, sanitario, vestuario para pacientes, consultorio de fisioterapia, sala de fisioterapia física, mostrador de tratamiento.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, cuenta con un área de Rehabilitación, de 269, 15 metros cuadrados, en las que se han adaptado los diferentes espacios con los que cuenta el Servicio.

2.6.5.1. Sala de espera

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán no cuenta con esta área, cuenta con una pequeña área improvisada como sala de espera.

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan ser atendidos en el servicio. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie deseable es de 10 metros cuadrados para albergar hasta 6 personas. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	2	1 de 4 puestos 3 de 3 puestos	-
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	11 2 rojo	-
	Reloj de pared.	1	-	1
	Camilla básica de transporte.	1	-	1
	Silla de ruedas.	2	1	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	-	1
	Sistema de música ambiental.	1	-	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	-	1
	Extintor de incendios	1	1	-

2.6.5.2. Sanitario

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.
 - Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	1	3



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Dispensador de papel mecha.	4	-	4
	Basurero para desechos infecciosos.	4	2	2
	Gancho doble.	4	-	-
	Dispensador de preservativos	4	-	4

2.6.5.3. Vestuario - sanitario pacientes

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, no cuenta con esta área.

Ambiente destinado al cambio de ropa de pacientes previa al ingreso a la sala de rehabilitación, este ambiente cuenta con sanitarios, se ha considerado dos espacios, uno para mujeres y otro para hombres, cada uno cuenta con una superficie de 6 metros cuadrados para los vestidores y 3 metros cuadrados para el sanitario. Puertas de acceso amplias para el ingreso de personas con discapacidades. Cuenta con el siguiente mobiliario:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Armario - taquilla, 2 un.	2	-	2
	Banco de vestuario, 150 cm.	2	-	2
	Gancho de pared, mural con 4 colgadores metálicos.	2	-	2
	Basureros para desechos comunes.	2	--	2
	Papelera en acero inox, 100 L.	2	-	2
	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	2	-	2
	Dispensador de papel mecha.	2	-	2
	Basureros para desechos infecciosos	4	-	4
	Gancho doble	8	-	8

2.6.5.4. Consultorio

Nuestra Unidad cuenta con un Consultorio en donde se realizaba atención de Fisiatría, a pesar de que no está ubicado en el mismo ambiente de Rehabilitación, se encuentra dentro del mismo bloque.

Ambiente destinado a la exploración y valoración de pacientes previa a la atención de rehabilitación física. Este ambiente forma parte del servicio de fisiatría y se convierte en la puerta de entrada a este servicio. Cuenta con un área de 16 metros cuadrados, dispone de espacio para camilla de reconocimiento, mesón con lavabo con almacenamiento inferior y superior con puertas conexiones informáticas y telefónicas. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1	1
	Silla confidente.	2	2	-
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	1	-
	Camilla de examen general dos cuerpos.	1	1	-



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Gradilla de dos pasos	1	1 (1 PASO)	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	3	2	1
	Lámpara examen rodable consulta.	1	-	1
	Armario con cajones y estantes.	1	-	1
	Perchero de pie.	1	-	1
	Papelera metálica.	1	1	-
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes	1	-	1
Equipamiento	Fonendoscopio.	1	-	1
	Tensiómetro de pared adulto.	1	-	1
	Martillo de reflejos	1	-	1
	Negatoscopio digital.	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Médico/a fisiatra	1	-	1

2.6.5.5. Sala de Fisioterapia Física

Ambiente destinado a la realización de terapias de rehabilitación física a pacientes referidos desde los servicios del centro de salud tipo C o desde los centros de salud de menor resolución. Este ambiente cuenta con un área de 40 metros cuadrados. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTE	FALTANTE
Mobiliario	Jaula de Rocher completa (fisioterapia).	1	-	1
	Mesa de manos y tendones universal.	1	1	-
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	1	-
	Escalera con rampa.	1	1 (sin rampa)	1
	Gradilla de dos pasos.	1	5 (1 paso)	1
	Camilla.	1	11	-

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Colchón para grúa.	1	-	1
	Colchonetas.	5	1	4
	Espaldera de un cuerpo madera.	5	-	5
	Juego 4 cuñas Skay diferentes tamaños.	1	-	1
	Juego de pesas con soporte.	1	-	1
	Juego de cilindros.	1	-	1
	Juegos de 6 sacos en skay en arena de 1/2 a 5 kg.	1	-	1
	Muñequeras y tobilleras lastradas de 0,5 a 5 kg.	1	-	1
	Paralela 3,5 mts.	1 (2,5)	1	-
	Tabla de Boheler.	1	-	1
	Camilla de masaje lisa.	2	-	2
	Silla para terapia.	2	-	2
	Carro porta equipos.	2	4	-
	Camilla hidráulica de tres secciones.	3	-	3
Equipamiento	Rueda de hombro de pared.	1	-	1
	Bicicleta estática con reloj avisador y velocímetro.	2	2	-
	Grúa móvil y eléctrica.	1	-	1
	Lampara de infrarojos.	1	1	-
	Equipo tracción continua e intermitente con camilla.	1	1	-
	Hidrocolator calor para 4 compresas.	2	2	-
	Unidad de refrigeración.	1	1	-
	Baño de parafina portátil (incluye carga de parafina)	2	2	-
	Tens dos canales.	2	2	-
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	2	-
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Tecnóloga/o en Fisioterapia	2	3	-



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



2.6.6. Laboratorio

Nuestra unidad cuenta con un laboratorio clínico que funcionalmente no permite el acceso de personas con discapacidad, ubicado en el edificio viejo y remodelado del Centro. Cuenta con un área de 75,50 metros cuadrados, en la cual se distribuyen los diferentes espacios del servicio.

Son unidades de atención ubicadas al interior del Centro de Salud tipo C, en donde se analiza cualitativa y cuantitativamente muestras biológicas provenientes de personas sanas o enfermas, con el objetivo de garantizar resultados confiables en los que apoyen los servicios médicos para la toma de decisiones más adecuada en la resolución de problemas de salud.

Esto se logra a través de un manejo adecuado de las muestras desde la toma y/o recepción de la muestra hasta la emisión de resultados obtenidos por métodos de análisis manuales o automáticos. La atención es de tipo ambulatorio y de pacientes obstétricas que se encuentran en corta estancia durante se atiende su parto. Este servicio recibe muestras de pacientes que se atienden en el centro de salud o en centros de salud tipo A y B ubicados en el área de influencia, desde donde envían muestras pre procesadas y en condiciones óptimas de transporte.


Consta de los siguientes servicios: sala de espera, área general de toma y/o recepción de muestras, área de toma de muestras especiales, área de procesamiento (consta de ambientes para: análisis bioquímico, hematológico y uroanálisis), área de análisis de resultados, regadera de seguridad, cámara fría y lavado de material.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL


SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.6.1. Sala de espera

Contamos con un área de 10,5 metros cuadrados.

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan el llamado al ambiente donde se receptorá y/o tomará la muestra. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie debe ser de 20 metros cuadrados, en la cual se puedan acomodar hasta 20 personas. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	4	1 (3 PUESTOS 1 DE 4 PUSTOS)	3
	Banca 4 puestos.	2	1	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	1	1
	Reloj de pared.	1	-	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	-	1
	Sistema de música ambiental.	1	-	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	-	1
	Extintor de incendios	1	-	1

2.6.6.2. Atención personalizada

Nuestra unidad no cuenta con esta área.

En un ambiente ubicado adjunto a las sala de espera destinado a la atención, orientación y entrega de resultados a pacientes y familiares que harán uso de este servicio. Está dotado de conexiones informáticas y telefónicas, su área es de 10 metros cuadrados, su talento humano es compartido con Imagenología y debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	-	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	2	-	2
	Silla de confidente	1	-	1
	Papelera metálica.	1	-	1
	Armario con cajones y estantes	1	-	1
	Basureros para desechos comunes.	1	-	1
	Perchero de pie	1	-	1
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	-	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Asistente administrativa/o	1	-	1

2.6.6.3. Área general de toma de muestras

Nuestra Unidad cuenta con un área de 15 metros cuadrados.

Ambiente designado para la toma o recepción de muestras provenientes de pacientes que se atienden en los servicios del centro de salud C o enviadas desde los centros de salud tipo A y B ubicados en el área de influencia, el área dependerá del número de puestos de toma de muestras que se implemente (estos dependerá de la población adscrita), cada puesto contará con 5 metros cuadrados, al menos debería ser tres puestos (área mínima 15 metros cuadrados). Este espacio se complementa con un área de clasificación de muestras, aquí llegarán en carros procedentes de los puntos de extracción periféricos o del área de extracciones, cuenta con mesón y lavabo y espacio de almacenamiento inferior, debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para equipo de computo completo.	1	-	1
	Sillón toma de muestras.	3	2	1
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes.	3	-	3
	Papelera en acero inoxidable.	1	-	1
	Lámpara examen rodable consulta.	1	-	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	6	3	1
	Dispensador de papel mecha.	1	-	1
	Vitrina.	1	-	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura			-
Equipamiento	Tensiómetro de pared.	3	-	3
	Extintor contra incendios	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje	1	-	1
	Impresora B&W	1	1	-

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Tecnólogo/a de laboratorio	1	1	-
Auxiliar de laboratorio	1	1	-



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



2.6.6.4. Sala de toma de muestras especiales

Nuestra unidad no cuenta con este ambiente.

Ambiente o espacio polivalente destinado a: recuperación de pacientes posterior a la toma de muestra, toma de muestras especiales, extracciones de muestras en niños y toma de muestras en pacientes que requieran estar acostados durante la extracción. Este ambiente tiene un área de 9 metros cuadrados, este espacio es utilizado por el personal de laboratorio descrito en el ambiente anterior. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Camilla de exploración, 2 cuerpos.	1	-	1
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes.	1	-	1
	Papelera en acero inoxidable.	1	-	1
	Lámpara examen rodable consulta.	1	-	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario	1	-	1
	Basureros para desechos infecciosos, especiales y comunes.	2	-	2
	Dispensador de papel mecha	1	-	1
	Vitrina	1	-	1
Equipamiento	Tensiómetro de pared.	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
--------------	--------	------------	-----------

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesasca_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Tecnólogo/a de laboratorio	1	1	-
----------------------------	---	---	---

2.6.6.5. Sala de Bioquímica y Hematología.

Contamos con un espacio de 20,5 metros cuadrados.

Se trata de una sala donde se realizan análisis bioquímicos y hematológicos, manuales o automatizados. Cuenta con un área de 15 metros cuadrados, mesón con recubrimiento de resinas sintéticas termoestables de al menos 20 mm de grosor y nivel de la mesa exacta, conexiones informáticas, telefónicas e internet, tomas de agua y drenajes, debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTATNES
Mobiliario	Campana de extracción	1	-	1
	Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoya pies.	1	2	-
	Basureros para desechos infecciosos, especiales y comunes.	3	2	1
Equipamiento	Contador hematológico.	1	1	-
	Analizador de química clínica automático si la demanda lo justifica.	1	1	-
	Lector de VSG, 112 tubos.	1	-	1
	Centrífuga de mesa de 24 tubos.	1	1	-
	Estufa de secado y autoclave.	1	1 (ESTUFA)	-



El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Tecnólogo/a en laboratorio clínico.	2	1	1

2.6.6.6. Sala de uro análisis

Nuestra unidad no cuenta con un área específica de uroanálisis.

Se trata de una sala donde se realizan uro análisis, manuales o automatizados. Cuenta con un área de 12 metros cuadrados, mesón con recubrimiento de resinas sintéticas termoestables de al menos 20 mm de grosor y nivel de la mesa exacta, conexiones informáticas, telefónicas e internet, tomas de agua y drenajes, debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoya pies.	1	-	1
	Basureros para desechos: infecciosos, comunes y especiales.	3	-	3
	Canastillas para transporte de material.	1	-	1
	Set de 2 gradillas de 30 tubos.	1	-	1
Equipamiento	Analizador automático de Sangre Oculta en Heces.	1	-	1
	Analizador semi-automático de tiras de orina.	1	-	1
	Centrífuga de mesa de 24 tubos.	1	-	1
	Estufa incubadora de hasta 70°C.	1	-	1
	Microscopio binocular.	1	-	1
	Microscopio fluorescencia con contraste de fases.	1	-	1
	Asa de platino y porta asas.	1	-	1
	Baño María.	1	-	1
	Centrífuga para microhematocrito.	1	-	1
	Mechero bunsen.	1	-	1
	Mezclador de tubos.	1	-	1
	Micropipeta 10ul.	1	-	1
	Micropipeta 20ul.	1	-	1
	Reloj de intervalos.	1	-	1
	Rotador de rango graduable.	1	-	1
Extintor contra incendios	1	-	1	

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Tecnólogo en laboratorio clínico	3	3	-

2.6.6.7. Sala de análisis de resultados

Contamos con un área de 2 metros cuadrados.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Es un ambiente en el cual se realizan actividades administrativas del servicio como: elaboración, validación y aprobación de informes, organización y entrega de resultados, pedidos de insumos, etc.; cuenta con un área de 10 metros cuadrados, donde se desempeñan los profesionales descrito en los ambientes anteriores; cuenta con tomas eléctricas y para internet, debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1	-
	Basureros para desechos comunes	1	1	-
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	2	-
	Silla confidente.	1	-	1
	Armario con cajones y estantes.	1	-	1
	Perchero de pie.	1	-	1
	Papelera metálica.	1	1	-
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje	1	1	-
	Impresora B&W	1	1	-
	Extintor contra incendios	1	1	-

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Licenciado/a en laboratorio clínico	1	-	1

2.6.6.8. Área de lavado de material de laboratorio

Este espacio se ha adecuado dentro del área de bioquímica y hematología.

Ambiente destinado para realizar el lavado y esterilización rápida y oportuna del material reutilizable del laboratorio. El área destinada para este ambiente según el licenciamiento es de 8 metros cuadrados. Debe contar con, tomas eléctricas, de agua y drenajes (para lavado y secado del material previo el empaquetado). Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesón para autoclave de sobremesa.	1	-	1
	Mesa de trabajo mural acero inoxidable (metro lineal).	1	-	1
	Estantería alta de varilla.	2	-	2
	Cestillos de lavado DIN 1/1.	10	-	10
	Rack de 4 niveles (Estantes metálicos fabricado en tool 0.75" con parantes ranurados en lámina 2 mm).	2	-	2
	Carro de transporte de racks.	1	-	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	1	-
	Dispensador de papel mecha.	1	-	1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	2	-
Equipamiento	Autoclave de sobremesa.	2	-	2
	Pistola de presión aire / agua.	1	-	1
	Condensador de vapor.	1	-	1
	Sistema de tratamiento de agua.	1	1	-

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Auxiliar de laboratorio	1	1	-

2.6.6.9. Cámara fría

Nuestra Unidad no cuenta con este espacio.

Es un área de 3,5 metros cuadrados, destinada al almacenaje de reactivos de laboratorio que requieren ser mantenidos en temperaturas bajas. Consta del siguiente mobiliario y equipo:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Estanterías esmaltadas en acero inoxidable.	4	-	4
Equipamiento	Refrigerador con congelador	1	-	1
	Reguladores de voltaje	2	-	2
	Cámara frigorífica modular (paneles), de carga frontal.	1	-	1

2.6.6.10. Regadera de seguridad

Nuestra unidad no cuenta con esta área.

Es un ambiente destinado para situaciones puntuales como los accidentes en los cuales se presentaron contactos con substancias tóxicas, consta de regadera empotrada en pavimento y suelo antideslizante, con ducha de emergencia.

Debe considerarse un extintor anti incendios.

2.6.7. Imagenología

El área de Imagenología del Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán, no se encuentra distribuida funcionalmente, el área de ecografía ha tenido que ser reubicada en un consultorio de otra área de la unidad. Es necesaria la reubicación en un espacio físico que permita una adecuada relación funcional de los ambientes que corresponden a este servicio.

Son unidades de atención en las que se realizan diagnósticos sobre la base de imágenes, en esta denominación se incluyen, para los centros de salud tipo C, ecosonografía y Rayos x convencional, ejecutados por profesionales de la salud especializados, la atención es de tipo ambulatoria y para las pacientes de corta estancia durante la atención del parto. Su estructura física dispone de ambientes con protección especial según normas que regula las radiaciones y dispone de equipo especializado según el caso.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL


SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.7.1. Sala de espera (1,50 X 3,50)

Nuestra unidad ha adaptado un pasillo de 1,50 x 3,50 metros cuadrados, como sala de espera.

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan el llamado al ambiente se realizará el examen de imagenología. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie debe ser de 10 metros cuadrados, en la cual se puedan acomodar hasta 6 personas. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	2	3 DE 3 PUESTOS Y 2 DE 4 PUESTOS	-
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	-	2
	Reloj de pared.	1	-	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	-	1
	Sistema de música ambiental.	1	-	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	-	1
	Extintor de incendios	1	-	1

2.6.7.2. Atención personalizada

Nuestra unidad no cuenta con esta área.

En el mismo ambiente utilizada para el laboratorio clínico, ubicado adjunto a las sala de espera destinado a la atención, orientación y entrega de resultados a pacientes y familiares que harán uso de este servicio. Está dotado de conexiones informáticas y telefónicas, su área es de 10 metros cuadrados y debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1	-
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	2	2	-
	Silla de confidente	1	-	1
	Papelera metálica.	1	1	-
	Armario con cajones y estantes	1	-	1
	Basureros para desechos comunes.	1	2	-
	Perchero de pie	1	-	1
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje	1	1	-
	Impresora B&W	1	1	-



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.7.3. Unidad de Ecografía

Nuestra unidad cuenta con un ambiente de 16,1 metros cuadrados para el funcionamiento de ecografía.

Es un ambiente que cuenta con los requerimientos necesarios para realizar estudios con ultrasonido, el diseño del centro de salud tipo C, cuenta con 2 ambientes de 13 metros cuadrados cada uno, una de las cuales cuenta con un espacio para la realización de mamografías, disponen de tomas de gases: oxígeno y vacío. Conexiones informáticas y telefónicas, lavamanos y sanitario, y una cabina para el cambio de ropa de los y las pacientes. La puerta de acceso no menor a 1,20 metros de ancho para acceso de camas. Debe disponer del siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa multiposición para examen ecográfico.	2	-	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	1	-
	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1	-
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	6	2	4
	Dispensador de papel mecha.	2	1	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	2	-	2
	Banca fija para cambio de ropa en cabina	2	-	2
Equipamiento	Ecógrafo doppler color Alta Resolución gama alta vascular.	1	-	1
	Equipo de ultrasonido doppler color nivel intermedio.	1	1	-
	Vacuómetro.	1	-	1
	Flujómetro para oxígeno.	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje.	1	1	-
	Impresora B&W.	1	1	-

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Licenciado/a radiólogo	1	-	1
Tecnólogo/a en radiología	5	-	5



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.7.4. Unidad de radiología simple

Nuestra unidad cuenta con un área de 24,19 metros cuadrados para el área de rayos x.


Es un ambiente que cuenta con los requerimientos necesarios para realizar estudios radiológicos, con un área de 22 metros cuadrados, una de las cuales cuenta con un espacio para la realización de mamografías, disponen de tomas de gases: oxígeno y vacío. Conexiones informáticas y telefónicas, lavamanos y sanitario, y una cabina para el cambio de ropa de los y las pacientes. La puerta de acceso no menor a 1,20 metros de ancho para acceso de camas, ventana de control sobre la sala con protección anti-RX. En este ambiente se desempeñan el mismo talento humano del ambiente anterior. Debe disponer del siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1	-
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	1	-
	Delantal de plomo.	1	2	-
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	3	4	-
	Protectores de Tiroides.	1	1	-
	Protectores gonadales.	1	1	-
	Guantes Pb.	1	1	-
	Percha para protecciones plomadas	1	1	-
	Negatoscopio Digital.	1	2	-
Banca fija para cambio de ropa en cabina	2	-	1	
Equipamiento	Sistema de radiología digital. Equipo para pacientes en bipedestación o decúbito, e incluso para pacientes en sillas de ruedas, encamados, o con problemas de movilidad.	1	1	-
	Procesadora automática de placas	1	1 (BAJA)	1
	Vacuómetro.	1	-	1
	Flujómetro para oxígeno.	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje.	1	1	-
Impresora B&W.	1	1	-	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



Area de Rayos x, área 24,19

2.6.8. Sala de telemedicina

Nuestra Unidad no cuenta con esta área.

En un ambiente polivalente en el cual se realizan estudios de casos, discusiones clínica, puedes ser usado como aula o para reuniones y trabajo médico. Tiene un área de 12 metro cuadrado y cuenta con conexiones informáticas y telefónicas, dispone de siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa para reuniones.	2	-	2
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	-	2
	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	-	1
	Basureros para desechos comunes.	1	-	1
	Silla fija de vinilo sin brazo, tapizada.	4	-	4
	Papelera metálica.	1	-	1
	Negatoscopio Digital.	1	-	1
Equipamiento	Proyector multimedia	1	-	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-	1
	Regulador de voltaje.	1	-	1
	Impresora B&W.	1	-	1

2.6.9. Farmacia Institucional

El Centro de Salud, Tipo C1 cuenta con una farmacia con un espacio físico de 21,28 metros cuadrados para el área de despacho, y 50,4 metros cuadrados para el área de bodega.

Aun teniendo el espacio acorde a los establecido, el espacio se ha tornado reducido para la cantidad de producto almacenado.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Además es importante recalcar que la ubicación de la farmacia no es adecuada, ya que se encuentra en el bloque destinado a la atención administrativa de la unidad.


La farmacia es un servicio donde se almacena, distribuye y dispensa medicamentos, insumos médicos y odontológicos necesarios para atender las necesidades del primer nivel de atención. Para el Centro de Salud tipo C se consideran dos ambientes: dispensación externa y bodega.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.9.1. Dispensación Externa de medicamentos y bodega

Es un ambiente donde se proporciona uno o más medicamentos a un paciente, como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto se informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado de dicho medicamento. Cuenta con un área de 25 metros cuadrados dos puntos de atención separados que garanticen confidencialidad de la atención al paciente. Cuenta, además con, tomas eléctricas y de internet. Mesón con doble lavabo con espacios inferiores y puertas bajas. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTE
Mobiliario	Mostrador doble repisa en U.	1	-	1
	Silla giratoria con brazos.	1	1	-
	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm.	2	-	2
	Armario de medicamentos metálico con puerta.	2	1	1
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	3	2	1
	Carro nodriza para unidosis	6	-	6
	Mesa de trabajo mural acero inox (metro lineal)	2	-	2
Equipamiento	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	3	2	1
	Refrigerador profesional de laboratorio +2 - +14°C , 560 L.	1	1	-
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje.	1	1	-
	Impresora B&W.	1	1	-

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Auxiliar de farmacia	2	2	-

2.6.10. Área de la coordinación Técnica

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán cuenta con un bloque específico en donde se concentran los espacios para las actividades administrativas.

Es el área designada a los ambientes en donde se realizarán las actividades de planificación, coordinación y administrativas que se realizan en el centro de salud.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL


SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.10.1. Sala de espera

Contamos con un ambiente específico para la sala de espera, que cumple con los requerimientos de este documento.

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes, familiares, visitantes o personal de otras unidades de atención, permanecen mientras esperan para ser atendidos por los ambientes del área administrativa. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie debe ser de 5 metros cuadrados, en la cual se puedan acomodar hasta 5 personas. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Bancas 4 puestos.	1	3	-
	Basureros para desechos comunes.	1	1	-
	Reloj de pared.	1	-	1
Equipamiento	Sistema de música ambiental.	1	-	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	-	1
	Extintor de incendios	1	-	1

2.6.10.2. Unidad administrativa de apoyo

En el bloque administrativo de nuestra unidad estos espacios se encuentran adecuadamente distribuidos, en un área que cumple con la normativa.

Ambiente donde se desempeña el asistente de la coordinación administrativa, realizado actividades de secretaría, información y comunicación institucional, entre otras actividades, su área es de 20 metros cuadrados, esta área puede contener hasta 4 mesas de trabajo y archivo, cuenta con conexiones informáticas y telefónicas, y el siguiente mobiliario, equipamiento y recursos humanos.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesas de trabajo para 2 puestos.	2	2	-
	Sillón sin brazos.	2	1	1
	Armario con cajones y estantes.	2	1	1
	Perchero de pie.	2	-	2
	Papelera metálica.	4	-	4
	Basureros para desechos comunes y reciclables.	3	1	2
Equipamiento	Fotocopiadora.	1	2	-
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	2	-
	Regulador de voltaje.	1	1	-
	Impresora B&W.	1	1	-
	Extintor de incendios.	1	1	-

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
--------------	--------	------------	-----------

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Asistente administrativo de la coordinación	2	1	-
---	---	---	---

2.6.10.3. Coordinación técnica de la unidad operativa

Este ambiente se ha improvisado en un consultorio ubicado en el bloque médico, con el fin de mantener un adecuado control de las actividades desempeñadas en esta área. Cuenta con un área de 16 metros cuadrados.

Ambiente donde se desempeña la coordinación administrativa del centro de salud, su área es de 12 metros cuadrados, cuenta con sanitario, conexiones informáticas y telefónicas, y el siguiente mobiliario, equipamiento y recursos humanos.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa de despacho ejecutiva	1	1	-
	Sillón gerencia.	1	-	1
	Silla de confidente.	1	2	-
	Armario con cajones y estantes.	1	1	-
	Perchero de pie.	1	-	1
	Papelera metálica.	1	1	-
	Sillón, 1 plaza.	2	-	2
	Mesa de centro, baja.	1	-	1
Equipamiento	Basureros para desechos comunes.	1	1	-
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje.	1	-	1
	Impresora B&W.	1	-	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	EXISTENTES	FALTANTES
Coordinador Técnico de la Unidad Operativa	1	1	-

2.6.11. Área de personal


Nuestra unidad no cuenta con esta área.

Se trata de un área complementaria donde se encuentran varios ambientes cuya función es apoyar al desempeño de la unidad operativa. Consta de los ambientes: sala polivalente, zona de estar del personal, vestuarios y sanitarios.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.11.1. Sala polivalente

Nuestra unidad cuenta con el Auditorium, que cumple con el espacio físico, y ha sido destinado a las actividades detalladas para la sala polivalente.

Es un ambiente que será utilizado para reuniones de trabajo de las áreas de dirección, docencia, consejería y promoción para pacientes. Tiene un área de 64 metros cuadrados. Está dotada de conexiones informáticas y telefónicas y del siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTE
Mobiliario	Mesa para reuniones.	1	-	1
	Basureros para desechos comunes.	1	1	-
	Silla fija de vinilo sin brazo, tapizada.	6	30	-
	Papelera metálica.	1	-	1
	Pizarra blanca.	1	1	-
Equipamiento	Proyector multimedia	1	1	-
	Pantalla de proyección mural eléctrica.	1	1	-
	Computadora portátil.	1	1	-

2.6.11.2. Sala de estar del personal y cuarto de preparación de alimentos

Nuestra unidad no cuenta con esta área.

El objetivo de este ambiente el de prepara alimentos y descanso del personal, se cuenta con un cuarto donde preparará alimentos (14 m2) y otro específico para estar del personal (12 m2). Cuenta con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Mesa para 4 personas.	1	-	1
	Basureros para desechos comunes.	1	-	1
	Silla apilable.	8	-	8
Equipamiento	Microondas	1	-	1
	Refrigerador	1	-	1

2.6.11.3. Vestidores y sanitarios

Nuestra Unidad no cuenta con esta área.

Ambiente destinado al aseo personal y como vestidores (cambio de uniformes y prendas de protección), está dividido en dos espacios, uno para mujeres y otro para hombres, cada uno cuenta con una superficie de 16 metros cuadrados. Cuenta con el siguiente mobiliario:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Lockers individuales Armario - taquilla, 2 und.	30	-	30
	Basureros para desechos comunes.	2	-	2
	Carro ropa usada 2 bolsas, con tapa.	2	-	2
	Carro ropa usada y limpia, acero inox.	2	-	2



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL


SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Banco de vestuario, 150 cm.	2	-	2
Perchero de pared, mural con 4 colgadores metálicos.	6	-	6
Papelera en acero inox, 100 L.	2	-	2
Dosificador de jabón en acero inoxidable.	2	-	2
Dispensador de papel mecha.	2	-	2
Basureros para desechos infecciosos	4	-	4
Gancho doble	8	-	8

2.6.12. Área de servicios

Nuestra unidad no cuenta con esta área.


Se trata de un área complementaria donde se encuentran varios ambientes cuya función es apoyar al funcionamiento de la unidad operativa. Consta de los ambientes: Informática, cuarto de limpieza, punto limpio y área de residuos sanitarios.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.12.1. Informática

Nuestra unidad no cuenta con esta área, ha sido improvisada en un consultorio médico que por falta de especialistas no se ocupa.

Es un ambiente en el cual se desarrolla de trabajo informático, donde se están ubicados los servidores informáticos, por lo que será de exclusivo uso informático. Cuenta con conexiones informáticas, telefónicas y eléctricas protegidas, además incorpora sistemas de control de temperatura y refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de los equipos y un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI). El acceso es totalmente restringido por motivos de seguridad. Comportamiento en espacios de RIESGOS MEDIO o BAJO según norma de Incendios. Su área es de 20 metros cuadrados. Cuanta con el siguiente mobiliario, equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTATES
Mobiliario	Mesas de trabajo para 2 puestos.	2	-	2
	Basureros para desechos comunes.	2	1	1
	Sillón sin brazos.	2	1	1
	Armario con cajones y estantes.	2	-	2
	Perchero de pie.	2	-	2
	Papelera metálica.	4	1	3
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1	-
	Regulador de voltaje.	1	1	-
	Impresora B&W.	1	-	1

2.6.12.2. Bodega general

El Centro de Salud, Tipo C1 Tulcán no cuenta con esta área.

Ambiente está destinado para el almacenamiento centralizado de materiales, insumos, suministros de la unidad operativa, su dimensión está en función de la demanda, sin embargo se considera que debería ser menos a 20 metros cuadrados. Aquí el Almacenamiento es en bloque, es decir en varias zona fragmentado lo embodegado en varias zonas por motivos de protección contra incendios, pero además para facilitar la gestión de almacenes. Cuanta con el siguiente mobiliario:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Estantería básica, acero galvanizado.	2	-	2
	Basureros para desechos comunes.	1	-	1
	Estantería Aluminio - Polietileno, 2.048 x 373 x 1.700.	2	-	2



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

2.6.12.3. Punto limpio

Nuestra unidad no cuenta con este espacio.

Es un ambiente en el cual se deposita temporalmente residuos recuperables y reciclables, hasta que un gestor ambiental los retire periódicamente, su área es de 10 metros cuadrados, cuenta con un piso deslizante, sus puertas son amplias para facilitar la movilización de los residuos a depositarse. Además dispone de un lavamanos y drenajes adecuados.

2.6.12.4. Área de desechos sanitarios

Nuestra unidad cuenta con este ambiente, cumpliendo con los estándares señalados por el Ministerio de Salud,

Este servicio tiene como objetivo realizar una correcta separación, identificación, transporte y eliminación de los desechos, y reducir el riesgo de lesiones y accidentes y cuidar la salud del personal que labora en el Centro de Salud, usuarios, visitantes y del medio ambiente. Cuenta con los siguientes ambientes: depósito de desechos infecciosos, depósito de desechos comunes y especiales.

Los desechos llegan aquí desde todos los ambientes del centro de salud y permanecen hasta que son retirados por los recolectores públicos y llevados a su eliminación final.

Cada uno de los espacios de almacenamiento tiene un área de 8 metros cuadrados, están dotados una adecuada ventilación, con paredes y piso lavables, es gestionado por personal auxiliar. No cuenta con mobiliario y equipamiento.

2.6.12.5. Cuarto de limpieza

Nuestra unidad no cuenta con este espacio físico.

Ambiente destinado al albergue de mobiliario y equipamiento necesario para la mantener limpios el ambiente de depósito de desechos, además en este ambiente son adecuados recolectores móviles de desechos y prendas de bioseguridad. Cuenta con un área de 3 metros cuadrados, lavaderos, tomas de agua y drenaje.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EXISTENTES	FALTANTES
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	1	-	1
	Dispensador de papel mecha.	1	-	1
	Basureros para desechos comunes e infecciosos.	2	-	2
	Ganchos dobles	2	-	2

Resumen de TH para los centros de salud tipo C

ÁREAS	AMBIENTE	TALENTO HUMANO	Nº	EXISTE.	FALTANTES	TOTAL
Servicio de Recepción - Admisión (Admisión y Estadística)	Atención al Público	Asistente Administrativo-Agendador	2	-	2	5
	Archivo de Historias Clínicas	Asistente estadística	2	1	1	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Consultorio de trabajo social	Trabajador/a Social	1	1	-	
Consulta Externa	Enfermería	Enfermera/o	2	3	-	25
		Auxiliar de enfermería	2	2	-	
	Consultorios polivalente	Médico/a Familiar/General, número depende de la población	7	5	2	
		Obstetrix/gineco obstetra	2	1	1	
	Consultorio de odontología	Odontólogo/a	5	2	3	
		Auxiliar de odontología	3	1	2	
	Consultorio de psicología	Psicólogo/a	1	-	1	
	Sala de procedimientos	Enfermera/o	1	-	1	
Auxiliar de enfermería		1	-	1		
Sala de Lactancia	Enfermera/o	1	-	1		
Área de emergencia	Recepción y admisión de emergencia	Asistente Administrativo-Agendador	1	-	1	6
	Triaje de pacientes	Médico/a Familiar/General.	1	-	1	
	Unidades: choque, curaciones y yesos	Médico/a Familiar/General.	1	-	1	
		Enfermera/o	1	-	1	
	Estación de enfermería	Enfermera/o	1	-	1	
Auxiliar de enfermería		1	-	1		
Área de atención del parto	Consultorio de evaluación obstétrica	Médico/a Familiar/General.	1	-	1	8
		Enfermera/o	1	-	1	
	Estación de enfermería	Auxiliar de enfermería	1	-	1	
		Unidad de trabajo de parto y recuperación (UTPR)	Obstetrix/gineco obstetra	5	-	
Área de fisiatría	Consultorio de fisiatría	Médico fisiatra	1	-	1	3



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Sala de fisioterapia física	Tecnóloga/o en Fisioterapia	2	3	-	
Laboratorio	Atención personalizada	Asistente Administrativo	1	-	1	11
	Área de toma de muestras general y especiales	Tecnólogo/a de laboratorio	2	2	-	
		Auxiliar de laboratorio	1	1	-	
	Sala de bioquímica y hematología	Licenciado en laboratorio clínico	2	1	1	
	Sala de uro análisis	Tecnólogo/a de laboratorio	3	-	1	
	Sala de análisis de resultados	Licenciado en laboratorio clínico	1	-	1	
	Área de lavado de material de laboratorio	Auxiliar de laboratorio	1	-	1	
Imagenología	Atención personalizada	Asistente Administrativo (se comparte funciones con laboratorio)				6
	Unidad de ecografía	Licenciado/a radiólogo	1	-	1	
		Tecnólogo/a en radiología	5	-	5	
	Unidad de radiología simple	El mismo personal de la unidad de ecografía				
Farmacia Institucional	Dispensación externa de medicamentos y bodega	Auxiliar de farmacia	2	2	-	2
Área de Coordinación Técnica	Unidad Administrativa de apoyo	Asistente administrativo de la coordinación	2	2	-	2
	Coordinación técnica de la unidad operativa	Coordinador Técnico de la Unidad Operativa	1	1	-	1
Área de servicios Institucionales	Informática	Técnico/a en informática	1	1	-	4
	Área de desechos y limpieza	Auxiliar de servicios	2	3	-	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	Seguridad	Guardia seguridad	de	1	3	-	
TOTAL				73			



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

MEDICO FUNCIONAL DEL SERVICIO DE UTAP

CENTRO DE SALUD TIPO C1 IESS TULCÁN

1. OBJETIVO DEL AREA MATERNO-INFANTIL

Proveer todos los recursos esenciales para controles prenatales, atención del parto y después del parto. Brindar una detección oportuna, temprana del embarazo, identificación de posibles riesgos y problemas prenatales en términos de salud, nutrición, categorización de riesgo y la atención en el servicio que proveerá el nivel de cuidados necesarios para la madre y su hijo.

2. ESTRUCTURA MATERNO-NEONATAL

Los Servicios de Salas de Parto, Ginecología y Obstetricia estarán conformados por las siguientes áreas funcionales: Consulta de Emergencia gineco-obstetrica, sala de observación, sala de labor o dilatación, salas de parto, área de cuidados posparto, sala de neonatología

3. UBICACIÓN, ACCESO Y RELACIONES FUNCIONALES.

El Servicio de SALA DE PARTOS estará ubicado con acceso directo desde emergencia; la sala de labor o dilatación, salas de parto, el puerperio y los cuidados del recién nacido deberán estar en áreas próximas.

El Centro Gineco-Obstetrico debe tener fácil acceso a las áreas de: laboratorio clínico, imagenología, banco de sangre, central de suministros y esterilización

4. DESCRIPCION DE AMBIENTES DEL CENTRO GINECO-OBSTETRICO

Consultorio de Admisión: Espacio destinado a la atención de mujeres en estado de gravidez que ingresan para solicitar admisión en el CGO

Este debe contar con el siguiente equipamiento y mobiliario:

5. LISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS FIJOS POR CONSULTORIO:

- Computadora que incluya servicio de INTERNET y COPIADORA
- Chase Long ginecológico
- Gradilla de dos escalones
- Escritorio
- Sillón
- Dos sillas para el paciente
- Un taburete
- Locker para la ropa (mandil, saco)
- Anaquel
- Balanza con tallímetro
- Negatoscopio de dos cuerpos
- Equipo de Diagnóstico
- Fonendoscopio
- tensiómetro
- Mesa de curaciones
- Martillo de percusión
- Un riñón metálico
- Termómetro
- Torundero
- Dos tarros de basura (para deshechos comunes y biológicos)



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

- Calefactor
- Camilla ginecológica con ruedas y barandas
- Campana de Pinard
- Monitor de signos fetales.
- Lámparas cuello de ganso
- Oxígeno.
- Contar con transfusión de sangre, análisis de grupo sanguíneo y factor, además de banco o reserva renovable de sangre.

Dimensiones 15-20 m² baño, lavabo c/c

Debe tener Intercomunicación con sala de partos, puesto de Enfermería y sala de estar de médicos.

Este espacio de consulta debe contar con transporte oportuno para referencia a un sitio de mayor complejidad si el caso lo amerita; contar con teléfono y radio enlazado en red.

6. ÁREA DE OBSERVACIÓN:

El área de observación está destinada a vigilar a las pacientes embarazadas que no están en trabajo de parto pero presentan posible riesgo por su estado para trasladarse, ya sea a su domicilio o es referida a otro nivel.

6.1. DIMENSIONES ARQUITECTÓNICAS

El espacio por cama en observación es de 6 m², con un ancho de 3 m. (3camas)

Esta área debe contar con los siguientes ambientes:

Puesto de enfermeras.

Área de estar para médicos, obstetras y enfermeras.

Ambiente para exámenes y tratamiento.

Área de seguridad y almacenamiento de medicamentos.

Bodega de lencería limpia.

Espacio de esterilización.

Bodega de ropa sucia.

Sanitario con lavabo, inodoro y ducha

Baño separado para el personal.

Esta sala debe poseer una iluminación y climatización ajustable y adecuada a los requerimientos de las pacientes igual para la realización de exámenes físicos, debe tener un sistema de intercomunicación para emergencias.

El ambiente de espera de observación debe ser de 1m² por persona, con un número de dos acompañantes por paciente. Este espacio no incluye circulación principal.

6.2. MOBILIARIOS Y EQUIPOS

- Mobiliario: Camas con colchones lavables en buen estado, Mesitas de cama, taburetes y sillas para cada cama, gabinete para ropa de cama y para pertenencias.
- Equipos: Ecógrafo, Monitor Cardiorácico, Ecodoppler.
- Provisión de oxígeno, aspiración y aire comprimido para cada cama
- Autoclave para el área de esterilización

7. SALA DE LABOR O DILATACION (dos camas)



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Esta área está destinada a ubicar a las pacientes previa evaluación médica, que se encuentran en trabajo de parto.

7.1. DIMENSIONES FÍSICAS

El área de labor debe tener un área de 9 m² por cama
Con un espacio adecuado para que las embarazadas puedan deambular.
Su estructura deberá contar con:

Paredes de superficie lisa, de fácil limpieza, lavables y resistentes a productos químicos, puertas de tipo vaivén amplias que permitan el acceso a camillas, sillas de ruedas y de equipos, mínimo 1,40 metros de ancho.

Pasillos amplios para el fácil tránsito de camillas, sillas de rueda y equipos con un ancho mínimo de 2.00 m.

Piso de superficie lisa de material durable, lavable, resistente a productos químicos, debe tener la curva sanitaria (piso y pared)

Debe contar sanitario con lavabo, inodoro, ducha, y barandas para el apoyo de las pacientes y elementos de tocador indispensables para asegurar aseo y confort a la embarazada y el familiar acompañante.

7.2. MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES

Camilla ginecológica, Silla giratoria, Lámpara Cuello de ganso, gradillas, anaquel o estante con llave, balde de acero inoxidable, espéculos, recipiente para espéculos de acero inoxidable de uso exclusivo de ésta área correctamente, equipos de revisión, y de diagnóstico

8. SALAS DE PARTOS (DOS)

Las salas de parto serán consideradas respecto a sus requerimientos funcionales y arquitectónicos como quirófanos, curvas sanitarias

Las salas de parto son áreas de acceso restringido, por lo que deben cumplir con los requerimientos exigidos para este tipo de área.

Además, deben estar disponibles de manera permanente para las Intervenciones obstétricas.

Se considerará para las Salas de Parto lo siguiente:

- Debe estar contigua al ambiente de parto para permitir un fácil y oportuno traslado de la paciente.
- Cada Sala de Parto debe estar destinada a la atención de una sola mujer por vez, con la adecuada asepsia y antisepsia del área entre parto y parto, la cual se efectuará de inmediato.
- Las salas de parto deben estar adecuadamente iluminadas y contar con temperatura ajustada para evitar enfriamientos de la madre y el neonato (de 24 a 26 °C).
- Deben contar con luces de emergencia o poseer planta de emergencia para las áreas de salas de partos.

8.1. MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES MEDICOS

- Mesa Ginecológica de partos



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

- Escalera de dos peldaños
- Mesa de instrumental,
- Taburete, porta sueros
- equipos y ropa para atención del parto vaginal
- material estéril,
- sistema de llamada de emergencia, reloj de pared con segundero, equipo para monitoreo, cardiotocográfico fetal, estetoscopio de pinard, lámpara cielítica

9. ÁREA DE RECEPCIÓN Y REANIMACIÓN DEL RECIÉN NACIDO

Es el área que está destinada exclusivamente a la recepción y reanimación del recién nacido, este ambiente debe estar provisto para brindar atención inmediata.

Debe ubicarse contiguo a las salas de parto, dentro de la misma área de acceso restringido.

El área mínima requerida es de 6 m²

Este ambiente debe contar con:

- Dos tomas de Oxígeno
- una de aire comprimido
- una de aspiración.
- Instalación eléctrica adecuada, por lo mínimo 6 enchufes.
- Luces de emergencia o conexión a planta de emergencia.
- Sistema de regulación de temperatura que garantice 37°C sobre cada cuna.
- Fuente de luz directa sobre la mesa de reanimación.

9.1. MOBILIARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES

- Mesa fija con acolchado lavable, lavamanos.
- Balanza, paidometro,
- material estéril, ropa quirúrgica,
- termómetro de pared,
- reloj de pared con segundero,
- equipo para correcta identificación del neonato
- Ambú
- Incubadora de transporte

10. ÁREA DE POSTPARTO (ocho camas)

Espacio de control y monitoreo de la madre y el recién nacido luego del parto normal

10.1. EQUIPAMIENTO MEDICO

- Monitores de signos vitales.
- Sistema de aspiración, oxígeno y aire comprimido.
- Equipamiento para administración intravenosa de fluidos.
- Disponibilidad para exámenes pélvico-vaginales.

Esta sala estará ubicada en el área semi-restringida, con acceso directo a las salas de parto.

El área de Cuidados Postparto deberá contar con un puesto de enfermera con superficie mínima de 3 m² y ancho de 1,40 m.

Aquí se brindará cuidados mediatos a las mujeres después del parto, hasta que estén totalmente recuperadas.

10.2. REQUERIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

El área mínima por cama en el área de RECUPERACION POST-PARTO es de 6 m², con un ancho de 3 m.

Esta unidad debe contar con los siguientes ambientes:

- curva sanitaria (pared y piso)
- Puesto de enfermeras.
- Ambiente para examinación y tratamiento.
- Bodega de lencería limpia.
- Área de esterilización.
- Bodega de ropa sucia.
- Debe tener un sanitario con lavabo, inodoro y ducha, por cada 4 camas de recuperación.
- lavamanos uno por cada cuatro camas, o uno por habitación.
- Las habitaciones deben contar con iluminación
- climatización ajustable y adecuada a los requerimientos de las pacientes
- El ambiente de espera de hospitalización debe tener un 1 m² por persona
- dos acompañantes por paciente. Este espacio no incluye la circulación principal.

10.3. MOBILIARIOS Y EQUIPOS MEDICOS

- Camas de hospitalización con colchones lavables
- mesas de cama, taburetes y sillas para cada cama,
- gabinete para ropa de cama y para pertenencias.
- Ecógrafo, Monitor Cardiorácico, Ecodoppler.
- oxígeno, aspiración y aire comprimido

11. SALA DEL RECIEN NACIDO O DE NEONATOLOGÍA

Es el servicio donde se proporciona atención al neonato en las 2 horas que proceden a su nacimiento en el caso de ser un recién nacido o el tiempo que requiere vigilancia médica continua en el caso de un prematuro.

11.1. ESPACIO FISICO

El área donde se ubicarán las cunas, denominada unidad de cuidado neonatal, se calcula considerando 3 m² por cuna o termo cuna

Se dispondrá de cubículos de aislamiento para niños en observación y deberán ubicarse los mismos con visión directa desde el puesto de enfermeras.

El ambiente destinado para el puesto de enfermeras deberá tener un área mínima de 3 m² y ancho de 1,40 m.

Se deberá disponer de un lavamanos externo adyacente al retén para el aseo del personal que ingresa al ambiente y disponibilidad de guantes y protectores para cambiarse cada vez que se ingresa.

Espacio para almacenar suministro de leche materna.

Este servicio deberá contar con:

- Paredes de superficie lisa, lavables y de pintura epóxica.
- Puertas de un ancho mínimo de 1.60 m que permitan el acceso a camillas, equipos, e incubadoras.
- Pasillos de un ancho mínimo de 1.80 m para el fácil tránsito de camillas, equipos e incubadoras.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

- Piso de superficie lisa de material durable, fácil de limpiar, curva sanitaria resistente a productos químicos. No habrá cortinas, persianas y/o similares en esta área.

11.2. MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICOS

- Camas pediátricas,
- termo cunas,
- Sillas, Gradillas,
- Una bañera por cada dos cunas

El Centro de Salud Tipo C1 IESS Tulcán no tiene adaptada esta estructura, por lo que es necesario que sea considerada en el proyecto de ampliación de la unidad íntegramente.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

MEDICO FUNCIONARIO DEL ÁREA DE QUIROFANO DEL CENTRO DE SALUD - TULCÁN

1. ANTECEDENTES

El Centro de Atención Ambulatoria IESS de Tulcán, hoy recategorizado como Centro de Salud Tipo C1 IESS Tulcán, de acuerdo a la nueva tipología establecida por el Ministerio de Salud Pública, ha tenido notables avances en la infraestructura física y equipamiento en las diferentes áreas de atención médica, y en el primer semestre del año 2008, entra en pleno funcionamiento el Quirófano del Día, con un equipamiento de última tecnología.

En el período comprendido entre el 2009 y el 2012, la unidad pudo integrar a su equipo médico un Cirujano General, Ginecólogo, Traumatólogo, Oftalmólogo, y contando con el contingente, de un anesthesiólogo vinculado a la unidad, se pudo desarrollar un número importante de cirugías programadas, sin ningún antecedente de complicaciones, entre ellas: en Ginecología cesáreas, AMEUS, salpingectomías, procedimientos menores; en Cirugía General hernioplastias inguinales, procedimientos menores, en Oftalmología cirugías de Pterigium, e inclusive se pudo realizar una campaña de cirugía de catarata por medio de FACO, con el apoyo de una Brigada Médica del Servicio de Oftalmología del Hospital Carlos Andrade Marín, con una recuperación satisfactoria de los afiliados que recibieron la intervención.

El cambio de las políticas públicas respecto a los horarios de atención, y otros factores, dificultaron la permanencia de los especialistas en la Unidad Médica, y a partir del año 2012, hasta la fecha, no se ha podido integrar nuevos especialistas en los diferentes cargos vacantes con los que cuenta nuestra unidad. Esto concluyó en una subutilización de la infraestructura física del Quirófano del Día.

Hoy con la recategorización, tenemos como objetivo que en el marco de las reformas propuestas para nuestra jerarquización, se pueda fortalecer el funcionamiento de esta área, con el propósito de continuar ofreciendo los servicios que la población estaba recibiendo con mucha satisfacción.

Con la Categorización tipo C1, nuestra unidad médica perdería la capacidad de resolver problemas que habíamos venido solucionando, por esta razón, se plantean los datos estadísticos, la infraestructura y el equipamiento, con el fin de que se analice la recategorización, a tipo C Plus, que permitiría continuar con la utilización de lo que con mucho sacrificio y gestión administrativa se ha logrado integrar a la cartera de servicios de nuestra institución, más todavía cuando es parte de la inversión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA- EQUIPAMIENTO

A continuación se describen las áreas y el equipamiento con las que cuenta el Quirófano del Día:



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

SALA PREPARACIÓN		
TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MOBILIARIO	BANCA 4 PUESTOS	2
	BASUREROS PLASTICOS	7
	CANCELES	3 DE 2 SERVICIOS
	BAÑO Y DUCHA	1
	CANCELES	1 DE UN CUERPO
	CANCELES	2 DE 6 SERVICIOS
	CAJONERA DE 5 SERVICIOS	2
	SILLA CONFIDENTE	1
	PIZARRA	1
	COCHE DE ROPA SUCIA CON SU RESPECTIVA FUNDA	1
EQUIPAMIENTO	MESA CURACIONES	1
	SILLA DE RUEDAS	1
	CAMILLA	1
	TENSIOMETRO DE PARED	1
	BALANZA MECANICA	1
	FONENDOSCOPIO	1
	GRADILLA DE UN PISO	1
PORTA SUEROS	1	



ESTERILIZACION

TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MOBILIARIO	MESA	2

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	ESTANTERIAS DE 6 SERVICIOS	1
	ESTANTERIA DE 5 SERVICIOS	1
	VITRINA	1
	ESCRITORIO	1
	ARCHIVADOR NEGRO DE 4 SERVICIOS	1
	GRADILLA	1
EQUIPAMIENTO	ESTERILIZADOR A VAPOR CON 2 TANQUES DE AGUA + 3 FILTROS	1
	ESTERILIZADOR EN FRIO CON INCUBADORA+ COMPRESOR	1



ESTACION DE ENFERMERIA

TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MOBILIARIO	MUEBLE AZUL CON COMPARTIMENTOS BLANCOS	3
	PAPELERA METALICA	1
	SILLAS CONFIDENTES	3
	TABURETE GIRATORIO METALICO	1
	SILLA GIRATORIA VERDE	1
	SILLON GIRATORIO VERDE	1
	MESA OVALADA COLOR CAFÉ	1
	TANQUE DE CO2	1
	EXTINGUIDORES	2



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

	BASUREROS	5
	LAVABOS	2
EQUIPAMIENTO	MONITOR	1
	CPU	1
	TECLADO	1
	MOUSE	1
	TELEFONO	2
	MICROONDAS	1
	REFRIGERADORA	1
	TANQUE DE CO2	1



SALA DE QUIROFANO

TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MOBILIARIO	BASUREROS	2
	VITRINAS	2
	GRADILLA DE UN PISO	1
	TABURETE	1
	SILLA GIRATORIA CON ESPALDAR	1
EQUIPAMIENTO	MESAS OVALADAS DE ACERO INOXIDABLE	2
	MESA MAYO	2

Rafael Arellano y García Moreno Telf:2980-321, 2981-238 Fax: Ext. 224 email:iesscaa_tulcan@yahoo.es Tulcán - Ecuador



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE	2
PORTA LAVACARAS	1
LAVACARA DE ACERO INOXIDABLE	2
TANQUE DE CO2 CON MANOMETRO	1
NEGATOSCOPIO	1
TORRE LAPAROSCOPICA	1
MESA QUIRURGICA	1
TORNIQUETE	1
COLPOSCOPIO	1
ELECTROBISTURI DE OFTALMOLOGIA (MONOPOLAR Y BIPOLAR)	1
MESA DE CURACION	3
MAQUINA DE ANESTESIA	1
BOMBAS DE INFUSION	2
FACO	1
MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO	1
LAMPARAS CIELITICAS	1
LAMPARA AUXILIAR	1
GONCO (SUCCIONADOR)	1
ELECTROBISTURI (MONOPOLAR Y BIPOLAR)	1
DEFIBRILADOR	1
PORTA SUEROS	3





El Quirófano del Día está dotado con el aparataje y sistema de apoyo mínimo necesarios para realizar una intervención quirúrgica: tiene:

- Diversos grupos de enchufes en la pared.
- Cuenta con una central de oxígeno y CO2
- Tomas de vacío y aire comprimido en pared, así como salida de gases anestésicos.

**SALA DE
RECUPERACION**

TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MOBILIARIO	RELOJ DE PARED	1
	BASUREROS	2
	SILLA CONFIDENTE	1
EQUIPAMIENTO	TERMOCUNA	1
	VELADORES	2
	MONITORES CON PEDESTAL	2
	TOMAS DE OXIGENO	2
	TELEFONO	2
	MESA DE COMER DE PACIENTE	2
	PORTA SUEROS	1
	INCUBADORA	1
	CAMAS ELECTRONICAS CON SU RESPECTIVO COLCHON	2
	TANQUE DE OXIGENO PEQUEÑO + COCHE	1
	TANQUE DE OXIGENO PEQUEÑO	1
	ELECTROCAUTERIO + EXTRACTOR DE HUMO+ MESA	1
	MONITOR FETAL CON MESA	1
	COCHE DE PARO	1
LAMPARA FOTOTERAPIA	1	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR



La infraestructura y equipamiento del Quirófano del Día han sido ejecutados, bajo estricta vigilancia de las dependencias técnicas que se correspondieron a la administración vigente en el periodo de implementación.

3. DATOS ESTADÍSTICOS

En esta tabla podemos evidenciar las cirugías por tipo de especialidad efectuadas en el periodo 2009 a 2012, siendo el fundamento por el cual, nuestra unidad aspira a continuar con la provisión de estos servicios a la población afiliada.

TIPO DE INTERVENCIONES	2008	2009	2010	2011	2012
Cirugía General	22	133	73	38	18
Ginecología	32	83	90	134	135
Oftalmología	45	72	73	88	
Traumatología	7	8	22	17	28
TOTAL	106	296	258	277	181

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Centro de Atención Ambulatoria IESS Tulcán, recategorizado como Centro de Atención Ambulatoria Tipo C1, cuenta con la infraestructura física y el equipamiento necesarios para continuar ofreciendo los servicios de Quirófano del Día.

2. La categorización tipo C1, de acuerdo a la normativa, restringiría la cartera de servicios que ha venido proporcionando nuestra unidad de salud en la comunidad local, así como a nivel provincial, en vista de que nuestra unidad se convirtió en un Centro de referencia de las Unidades Médicas del Seguro General y del Seguro Social Campesino de la provincia.

3. Es importante que se analice la posibilidad de Categorizar a nuestro Centro de Salud como tipo C Plus, para que la inversión realizada por la institución pueda dar sus frutos, y que la cartera de servicios que ha venido prestando a la comunidad pueda mantenerse, y si es necesario fortalecerse, enmarcándose claro está, en lo que le corresponda al nivel de atención al cual pertenecemos.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

ESTUDIO DE CONSULTORÍA

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE VARIAS ÁREAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA IESS TULCÁN

1. ANTECEDENTES

1. En el año 2010, con el Dr. Julio Narváz Córdoba, como Director de la Unidad se inicia la gestión para la autorización de la ampliación de la infraestructura del Centro de Atención Ambulatoria, para un Hospital del Día.
2. El 23 de mayo de 2011, mediante oficio N° 21100000-808, el entonces Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, Dr. Henry Medrano, autoriza el pedido de ampliación a Hospital del día.
3. En el mes de abril de 2011, se inician los procesos para la contratación de la Consultoría para los estudios de Ampliación de Varias áreas del Centro de Atención Ambulatoria IESS Tulcán, provincia del Carchi, proceso efectuado en el Nivel Central, con la intervención del director de la unidad como parte de la comisión.
4. El 22 de junio de 2011, el Dr. Henry Medrano, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, remite el contrato N° CT-21000000-0134-2011-dsgsif, suscrito el 20 de julio de 2011, para "Estudios de Consultoría Para la Ampliación de varias áreas del Centro de Atención Ambulatoria IESS Tulcán, Provincia del Carchi"; además comunicando al Director de la Unidad que se constituirá como Administrados del Contrato, y la Ingeniera Patricia Erazo, Funcionaria del Departamento de Infraestructura Hospitalaria como Supervisora.
5. El Contrato contempló dos fases, cumpliéndose la primera fase, la Arq. Consuelo Lombeida, proveedor adjudicado, entrega los estudios iniciales del proyecto, teniendo varias observaciones por parte del Departamento de Infraestructura Hospitalaria.
6. Mediante oficio N° 13000400-032-AI del 01 de Agosto de 2012, el Dr. Milton Tejada, Abogado de la Dirección Provincial IESS Carchi, en base al análisis de los documentos pertinentes a los incumplimientos por parte de la contratista, señala como conclusión la terminación unilateral del contrato.
7. Con el antecedente citado en la última cláusula, se remite el caso a Procuraduría del Nivel Central, en donde continúa el trámite.
8. La Contratista recibió un pago total de \$15.000, 00USD, de los \$21.000 USD asignados para la Consultoría.
9. Los planos arquitectónicos fueron aprobados por el Departamento de Infraestructura Hospitalaria.

2. CONCLUSIONES

Es necesario que se analicen los antecedentes planteados, para ver la posibilidad de utilizar los estudios pre aprobados, y de esta manera optimizar la inversión el estudio de Consultoría realizado, evitando así la duplicación del gasto, así como también la optimización del tiempo que implican este tipo de estudios.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

3. ANEXOS DEL CAPÍTULO Bloque Administrativo



Bloque Médico





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

ANEXOS GENERALES



Área de terreno disponible para la nueva construcción 1000 m²



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

BIBLIOGRAFIA

1. MSP. Acuerdo Ministerial N° 318, glosario de términos.
 2. MSP. Documento base para la normativa de la Planificación Territorial de la red servicios salud. Agosto 2012.
 3. MSP. Reglamento de Aplicación para el proceso de licenciamiento en los establecimientos del Primer Nivel de Atención del Sistema Nacional de Salud. Acuerdo Ministerial N° 1484. 24 de Julio del 2012.
- MSP. GLOBESALUD. GUIA METODOLOGICA PARA LA FINANCIACIÓN CAPITATIVA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. IN
4. INFORME DE CONSULTORIA. Febrero 2012..



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

5.